



4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Dotyczy postępowania: Dostawa systemu zarządzania płynnymi odpadami medycznymi z wyposażeniem na potrzeby ZBO – 1 zestaw, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.92.2023

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, **na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1604) informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dot. Załącznik nr 2 a do SWZ, PARAMETRY OGÓLNE

Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. dot. Załącznik nr 2 a do SWZ, PARAMETRY OGÓLNE, pkt 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach:

Szerokość 48,3 cm

Głębokość 58,4 cm

Wysokość 177,8 cm (bez stojaka na kroplówki)

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Dot. Załącznik nr 2 do SWZ formularz cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację tabeli cenowej i uwzględnienie w niej akcesoriów zużywalnych tj.:

- Łącznik pacjenta – 300 szt.

-Filtr powietrza HEPA – 4 szt.

-Detergent do stacji dokującej – 57L

-Mata ssąca – 120 szt.

Odp: Tak, Zamawiający modyfikuje tabelę techniczną (nowy Załącznik nr 2 w załączeniu).

Pytanie 4. Dot. Załącznik nr 2 do SWZ formularz cenowy

Czy Zamawiający pisząc w tabeli cenowej : „1 zestaw” ma na myśli 2 urządzenia do usuwania odpadów i 1 stację dokującą?

Odp: Tak, zgodnie z tabelą techniczną.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych