

DZP.KK.282.2.2023

Sopot, dnia 03.04.2023 roku

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 2-TP-23

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w podziale na 21 Pakietów – oferty częściowe.- znak 2-TP-23

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2022.1710 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	<p>Pakiet Nr 1 Wanna do kąpieli wirowej wraz z osprzętem Czy Zamawiający dopuści wannę o poniższej specyfikacji? Cechy charakterystyczne: - niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso, - niecka wzmocniana matami z włókna szklanego, - ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (75-210 l) - efektywny masaż przy użyciu 12 dysz kierunkowych, - możliwość pracy na dwóch poziomach (75/145 l): 1 – kończyny dolne, 2 – kończyny dolne + kręgosłup, - regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref, - elektroniczny panel sterowania, - ustawianie czasu zabiegu (1-30 min.) - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, - system odkamieniania sterowany elektronicznie, - czujnik temperatury wody, - czujnik poziomu wody, - system automatycznego napełniania, - szybkie napełnianie i opróżnianie niecki, - półautomatyczny system opróżniania niecki, - regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia - prysznic, - stopień ułatwiający wejście do wanny w zestawie. Dane techniczne: Pojemność zabiegowa l: 75-145 Pojemność do przelewu [l]: 210 Liczba dysz: 12 Czas napełniania/oprózniania [min]: 2 / 3,5 Pobór prądu [A]: 7 Zasilanie [V/Hz]: 230/50 Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 117 x 68 x 95 Szerokość z przyłączem prysznicowym [cm]: 70 Waga [kg]: 75</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zał. nr 3.1 do SWZ.</p>
2.	<p>Pakiet nr 1 Parawan teleskopowy: Czy Zamawiający dopuści parawan teleskopowy z zasłoną z materiału elanobawelna?</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 18 zał. nr 3.1 do SWZ.</p>
3.	<p>Pakiet Nr 3 bieżnia Czy zamawiający dopuści - Poz. 5 wymiar pasa bieżni - bieżnię o wymiarze pasa bieżni o poniższych parametrach:</p>	<p>Poz. 5 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 5 zał. nr 3.3 do SWZ.</p>

	<p>152,5x55cm? - Poz. 11 Zasilanie - Czy Zamawiający zrezygnuje z potrzeby wymagania przy bieźni zasilania-generatora i wtyczki DC? - Poz. 14 Wymiary Bieżni - urządzenie o wymiarach: dł 227 cm x wys x 149cm x szer x 89 cm - Poz. 15 Waga - urządzenie o wadze 150 kg? Reszta parametrów wg SIWZ.</p>	<p>Poz. 11 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 11 zał. nr 3.3 do SWZ. Poz. 14 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 14 zał. nr 3.3 do SWZ. Poz. 15 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 15 zał. nr 3.3 do SWZ.</p>
4.	<p>Pakiet 8 Krzesło do masażu Czy Zamawiający dopuści krzesło do masażu o poniższych parametrach? Parametry techniczne: - Głębokość: 50-55 cm - Szerokość: 55 cm - Wysokość regulowana: 110-120 cm - Dopuszczalne obciążenie: 150 kg - Waga: 9 kg - Konstrukcja stelaża wykonana z aluminium</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów z OPZ bez zmian. Parametry b/ i d/ są zgodne z wymogami wskazanymi w SWZ, pozostałych parametrów wskazanych w zapytaniu Zamawiający nie określał.</p>
5.	<p>Pakiet 13 Kabina UGUL z osprzętem 1/ Czy Zamawiający dopuści Kabinę UGUL o wadze 160 kg? 2/ Czy Zamawiający dopuści osprzęt wg poniższego: W skład zestawu wchodzi produkty : - Linka długość 1600 mm - KC/01 - 14 szt - Linka długość 960 mm - KC/02 - 6 szt - Linka długość 2450 mm - KC/03 - 1 szt - Linka długość 5720 mm - KC/04 - 1 szt - Linka długość 3750 mm - KC/05 - 3 szt - Linka długość 5000 mm - KO/01 - 1 szt - Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 – KC/06 – 6 szt. - Podwieszka ud i ramion - 145x540 - KC/07 – 6 szt. - Podwieszka pod miednicę 230x750 -KC/08 – 2 szt. - Podwieszka klatki piersiowej - KC/09 – 1 szt. - Podwieszka pod głowę - KC/10- 1 szt - Podwieszka stóp - KC/11- 4 szt - Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 – KC/12 – 4 szt. - Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 – KC/13 – 1 szt. - Kamaszek - KC/14/ - 2 szt - Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448, 3 paski 40x1130 – SE/03 – 1 szt. - Pas do stabilizacji klatki piersiowej pelota 118x300, pas 40x1080 – FC/01 – 1 szt. - Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 – UP/02 – 2 szt. - Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120, paski 30x365 – FC/02 – 2 szt. - Pas do stabilizacji ud pelota 118x300, paski 30x1100 – FC/03 – 1 szt. - Petla Glissona z orczykiem - US/02 - 1 szt - Ciężarek miękki 0,5 kg - KC/17 - 2szt - Ciężarek miękki 1,0 kg - KC/18 - 2szt - Ciężarek miękki 1,5 kg - KC/19 - 2 szt - Ciężarek miękki 2,0 kg - KC/20 - 2szt - Ciężarek miękki 2,5 kg - KC/21 - 2szt - Ciężarek miękki 3,0 kg - KC/22 - 1 szt</p>	<p>1/ Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 2/ Nie, Zamawiający nie dopuszcza.</p>

	- Ciężarek miękki 4,0 kg - KC/23 - 1 szt KC/24 - 60 sztuk															
6.	Pakiet 15 Atlas jednostanowiskowy wraz z osprzętem - Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści atlas o wymiarach: 1195 mmx 2058 mmx 2130 mm? - Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści atlas o wymiarach: 1195 mmx 2058 mmx 2130 mm? Reszta parametrów wg opisu.	- Poz 3 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 2 zał. nr 3.15 do SWZ. - Poz 11 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 11 zał. nr 3.15 do SWZ.														
7.	Pakiet 16 Schody treningowe - Poz. 2 informacja na wyświetlaczu Czy zamawiający dopuści schody bez informacji na wyświetlaczu METs? Reszta funkcji na wyświetlaczu będą dostępne. - Poz. 4 Język Czy zamawiający dopuści schody bez języka polskiego? - Poz. 5 port USB Czy Zamawiający zrezygnuje z portu USB do ładowania urządzeń, aktualizacji oprogramowania? - Poz. 10 wymiary Czy Zamawiający dopuści wymiary schodków: 550 mm x 278 mm x 205 mm ? - Poz. 14 Waga urządzenia Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 228kg? - Poz. 16 wymiary po zmontowaniu: Czy Zamawiający dopuści wymiar po zmontowaniu: 160cm x 97cm x 223cm? Reszta wg SIWZ	Poz. 2 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 2 zał. nr 3.16 do SWZ. Poz. 4 Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 5 Nie, Zamawiający nie dopuszcza . Poz. 10 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 10 zał. nr 3.16 do SWZ. Poz. 14 Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 16 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.														
8.	Pakiet 18 Bieżnia treningowa - Poz. 5 Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku posiadania języka polskiego w bieżni? Jest standardowo angielski i niemiecki. - Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wymiar powierzchni 164 x 60cm? - Poz. 10 Czy Zamawiający zrezygnuje z poręczy wielopozycyjnej? Bieżnia posiada standardowe uchwyty które są wystarczające i bezpieczne - Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści możliwość sterowania prędkością i pochyleniem z pulpitu? - Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach: 210 x 93 x 161mm?	Poz. 5 Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 8 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 8 zał. nr 3.18 do SWZ. Poz. 10 Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 11 Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 15 Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 15 zał. nr 3.18 do SWZ.														
9.	Pakiet Nr 5 Zestaw do sono i elektroterapii z osprzętem WYPOSAŻENIE KOZETKA Czy Zamawiający dopuści kozetkę metalową o poniższych parametrach:	Tak, Zamawiający dopuści. Parametry wymiarów i dopuszczalnego obciążenia są zgodne z aktualnymi wymogami wskazanymi w SWZ, pozostałych parametrów wskazanych w zapytaniu Zamawiający nie określał.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Stół rehtacyjny SR-S (standard)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Całkowita szerokość, mm</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Całkowita długość, mm</td> <td>1880</td> </tr> <tr> <td>Całkowita wysokość, mm</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>Kąt nachylenia wezglowia,</td> <td>+/- 40°</td> </tr> <tr> <td>Masa stołu, kg</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Dopuszczalne obciążenia, kg</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>		Model	Stół rehtacyjny SR-S (standard)	Całkowita szerokość, mm	550	Całkowita długość, mm	1880	Całkowita wysokość, mm	510	Kąt nachylenia wezglowia,	+/- 40°	Masa stołu, kg	27	Dopuszczalne obciążenia, kg	180
Model	Stół rehtacyjny SR-S (standard)															
Całkowita szerokość, mm	550															
Całkowita długość, mm	1880															
Całkowita wysokość, mm	510															
Kąt nachylenia wezglowia,	+/- 40°															
Masa stołu, kg	27															
Dopuszczalne obciążenia, kg	180															

10	<p>Pakiet nr 6 Aparat do elektroterapii wraz z osprzętem Poz 28 Kozetka medyczna drewniana Czy Zamawiający dopuści kozetkę o poniższych parametrach: Dane techniczne: - Długość: 200 cm - Szerokość: 70 cm - Wysokość: 76 cm - Kąt regulacji podglówka: 0 ° - 35 ° - Dopuszczalne obciążenie: 240 kg - Waga: 34 kg - drewniana konstrukcja dwuczęściowa, zagłówek, leże - Pokryta materiałem łatwo myjącym odporny na działanie środków do dezynfekcji - Uchwyt na papier</p>	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
11	<p>Pakiet nr 7 Stół do masażu z elektryczną regulacją wraz z osprzętem 1/ Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej : [°]: -70 / +40 ? Reszta parametrów bez zmian. 2/ Poz. 25 Taboret siodło Czy Zamawiający dopuści taboret siodło o poniższych parametrach: Dane techniczne: - Min. wysokość, mm 590 - Max. wysokość, mm 780 - Średnica podstawy, mm 600 - Skok mm 250 - System jezdny 4 kółka. - Profilowane siedzisko w kształcie siodła.</p>	<p>1/ Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w poz. 14 zał. nr 3.7 do SWZ. 2/ Nie, Zamawiający nie dopuszcza.</p>

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. Zmodyfikowana treść Zał. nr 3.1 - 3.21 do SWZ 2-TP-23

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w podziale na 21 Pakietów – oferty częściowe (znak: 2-TP-23) - **nie zmienia się**.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Augustyniak