



Toruń, 22.04.2024 r.

KPIM/204/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (14)

467. Czy Zamawiający w punkcie 18. ma na myśli całe drzwi czy tylko ich wewnętrzną powierzchnię?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje., że zapis dotyczy całych drzwi.

468. Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w tace dostosowane wielkością do komory.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

469.Co ma na myśli Zamawiający w punkcie 29 „Urządzenie zarejestrowane w URPLW MiPB”? Czy Zamawiający ma na myśli zgłoszenie urządzenia do Urzędu jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Dot. MCS3.5 - Dekontaminator gazowy

470. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie przeprowadzało proces dekontaminacji przy zastosowaniu technologii HPV (gazowego nadtlenu wodoru), który charakteryzuje się dużo wyższą skutecznością biobójczą (skuteczność redukcji drobnoustrojów na poziomie 6 log) niż zamgławianie?

Odpowiedź:

Szpital dopuszcza, ale nie wymaga.

Dot. MChz.2 Chłodziarka laboratoryjna z przeszklonymi drzwiami, wys.144 cm

492. Czy zamawiający zgodzi się na wyświetlacz w formie 4,3 calowego kolorowego panelu dotykowego, który także jest dobrze widoczny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Dot. MChp.2 - Chłodziarka laboratoryjna podblatowa 109I - drzwi przeszklone

493. Czy zamawiającemu chodzi o zakup chłodziarko-zamrażarki czy tylko chłodziarki ponieważ parametry wskazują że zamawiający chce także zamrażarkę.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią 153.

494. Prośba o podanie prawidłowych wymiarów zewnętrznych całego urządzenia ponieważ po zsumowaniu wymiarów wewnętrznych wysokość urządzenia będzie wyższa niż 82 cm i nie będzie to chłodziarka podblatowa.

Odpowiedź:

Wymiary zgodne z opisem parametrów w specyfikacji pkt. 1,2.

Dot. MChz.1 Chłodziarka laboratoryjna z przeszklonymi drzwiami, wys.184cm

495. Czy zamawiającemu chodzi o zakup chłodziarko-zamrażarki czy tylko chłodziarki ponieważ parametry wskazują że zamawiający chce także zamrażarkę podając w specyfikacji parametry wewnętrzne zamrażarki

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią 153.

496. Czy zamawiający zaakceptuje wymiary zewnętrzne chłodziarki (szer. x gł. x wys.), mm: 597/654/1884?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje.

499. Czy zamawiający zaakceptuje pojemność użytkową 297 l, przy pojemności brutto 420 l? Podane pojemności przez zamawiającego dotyczą modelu starego, wycofanego ze sprzedaży.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje.

500. Czy zamawiający odstąpi od spełniania parametru Klasa klimatyczna: min. 7 - producent nie podaje tej informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od spełnienia wymaganego parametru.

MCSsp.1 Sterylizator parowy, typB - 4StU

Tabela 1 Specyfikacja parametrów.

585. Lp. 1. Czy nie jest pomyłka pisarską zapis o wymaganiu komory nieprzelotowej podczas gdy w tytule specyfikacji jest mowa o sterylizatorze przelotowym?

Uzasadnienie: Proponowane urządzenie produkowane jest w wersji przelotowej i nieprzelotowej, różni się minimalnie wymiarami zewnętrznymi

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga urządzenia przelotowego i zmienia zapis załącznika "MCSpl.1 - Sterylizator plazmowy, typ R-130I, przelotowy [M.434.02]" punkt 1 na "Sterylizator plazmowy, przelotowy.



592. Pyt. 2 Dot. Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat który nie posiada obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

593. Pyt. 3 Dot. Pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat który posiada funkcje automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, Pulse Wave Doppler bez Color Doppler - dostępna na głowicach liniowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

594. Pyt. 4 Dot. Pkt. 31,32,33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat który nie posiada funkcji automatycznego ustawiania bramki kolorowego dopplera, pochylenia oraz wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

595. Pyt. 5 Dot. Pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym maksymalny PRF dla Dopplera Kolorowego wynosi 10 kHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

596. Pyt. 6 Dot. Pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym maksymalny PRF dla PWD wynosi 20 kHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

597. Pyt. 7 Dot. Pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z głowicą convex o zakresie częstotliwości 1,0 – 5,0 MHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

598. Pyt. 8 Dot. Pkt. 68

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z głowicą liniowa posiadającą 960 elementów o zakresie częstotliwości 2,0 – 12,0 MHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



599. Pyt. 9 Dot. Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z głowicą liniową typu hokej o zakresie częstotliwości 3,0 – 15,0 MHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

dot. MDO5.1 Aparat USG typ G – Średniej klasy

600. Pyt.1 pkt 2

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta, fabrycznie nowy nie poddemostracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2023r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

601. Pyt. 2 pkt 68

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z głowicą liniową wyprodukowaną w technologii Single Crystal pracującą w zakresie 2-14 MHz ilością elementów 256?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

602. Pyt. 3 pkt 73

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z funkcją nagrywania badania „na żywo” bezpośrednio na nośnik USB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

dot. MDO5.1 Aparat USG typ G – Średniej klasy

603. Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z ilością aktywnych, równoważnych pinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych 5 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

604. Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalnym PRF dla Dopplera Kolorowego 8 kHz oraz maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym 1,36 m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

605. Pyt. 3 Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalnym PRF dla PWD 16 kHz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



606. Pyt. 4 Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez funkcji nagrywania badania „na żywo” bezpośrednio na nośniki CD/DVD oraz USB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

dot. MDO5.1 Aparat USG typ G – Średniej klasy

607. Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z ilością aktywnych, równoważnych pinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych 4 ? W aparacie stacjonarnym posiadającym 4 aktywne porty nie ma konieczności wypinania gniazd natomiast porty pinowe zapewniają lepszą komunikację sondy z ultrasonografem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

608. Pyt. 2Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalnym PRF dla Dopplera Kolorowego 5,7 kHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

609. Pyt. 3Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą convex o ilości kryształów piezoelektrycznych 128 natomiast z maksymalnie wymaganym zakresem pracy głowicy 1-8 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

610. Pyt. 4Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez funkcji nagrywania badania „na żywo” bezpośrednio na nośniki CD/DVD oraz USB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

611. Pyt. 5Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez głowicy liniowej wykonanej w technologii matrycowej, ale z głowicą liniową pracującą w bardzo szerokim zakresie co najmniej 3-17 MHz oraz liczbą elementów 192 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

612. Pyt. 6 Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta głowica liniową typu Hockey do badań mięśniowo-szkieletowych pracująca w zakresie 4-16 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



613. Pyt. 7 Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną prędkością w Dopplerze Kolorowym 2,74 m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

614. Pyt. 8 Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalnym PRF dla PWD 16 kHz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

MCSpl.1 Sterylizator plazmowy, typR - 130l, przelotowy

625. 2. lp. 5 Czy Zamawiający dopuści wymiary komory 236x530 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

dot. MDO5.1 Aparat USG typ G – Średniej klasy

649. Ad.15 Czy dopuście Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf który posiada 4 gniazda głowic obrazowych w tym 3 równoważne gniazda typu RS oraz jedno gniazdo bezpinowe typu DLP

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

650. Ad. 24 Czy dopuście Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf który nie posiada możliwości obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

651. Ad.31 Czy dopuście Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf który nie możliwości automatycznego ustawiania bramki Dopplera kolorowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

652. Ad.33 Czy dopuście Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf który nie możliwości automatycznego ustawiania położenia oraz wielkości bramki dopplera pulsacyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

653. Ad.47 Czy dopuście Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf który posiada regulację bramki dopplera pulsacyjnego w zakresie 1,0-16,0mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



654. Ad.60 Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf który posiada głowicę do badań abdominalnych o znacznie lepszych parametrach (192 kryształy , kąt obrazowania 70°) o zakresie częstotliwości 1,9-5,0MHz

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

655. Ad.68 Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf który posiada głowicę liniową wykonaną w technologii jednorzędowej o ilość kryształów 256 oraz zakresie częstotliwości 3,6-12,0MHz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

656. Ad.69 Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf który posiada głowicę typu hokey do badań mięśniowo- szkieletowych o znacznie szerszym zakresie 5,0-18,0MHz przy wymogu 3,0-16,0MHz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dot. MOLkc.2 Kabina ciszy z RF, typ – 142x122cm

657. Ip. 1 Czy Zamawiający dopuści kabinę o wymiarach 150x120x215 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

658. Ip. 4 Czy Zamawiający dopuści okno – szyba trójwarstwowa 60x60 cm – szkło klejone hermetycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

659. Ip. 5 Czy Zamawiający dopuści dźwiękoszczelne drzwi wyposażone w dwie uszczelki magnetyczne, zawiasy tradycyjne - drzwiowe , regulowane – 3 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

660. Ip. 9 Czy Zamawiający dopuści ściany z płyty drewnopodobnej, wielowarstwowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

661. Ip. 12 Czy Zamawiający dopuści zakresy absorpcji sygnału akustycznego uzyskane wewnątrz kabiny 125 hz – 31 db, 250 hz – 32 db, 500 hz- 29 db, 1000 hz-29 db, 2000 hz-29 db, 4000- 22 db, 8000 hz- 21 db?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



662. lp. 13 Czy Zamawiający dopuści podłogę kabiny wielowarstwową i antywibracyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

663. lp. 16 Czy Zamawiający dopuści mocowanie za pomocą wkrętów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

664. **Dot. Gd6.3** Czy Zamawiający dopuści siedzisko składane mocowane do ściany z regulacją wysokości nóg o wymiarach 48x41x53 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Sondej-Orłowska