

Milicz, dn. 28.09.2021 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP9/2021

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na: **dostawa materiałów Szewnych dla Bloku Operacyjnego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1:

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest długość 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 2:

Pakiet nr 1, poz. 1-62

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu w stosunku 30/70 oraz w 50% stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 3:

Pakiet nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane 4 x 75 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości szaszetek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 4:

Pakiet nr 1, poz. 70-86

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne monofilamentowe, wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniający się między 90-120 dniem od zaimplantowania, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 5:

Pakiet nr 1, poz. 87-95

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, powlekane, wchłaniające się ok. 42 dni, o gwarantowanym okresie podtrzymywania po 5 dniach 50% lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 6:

Pakiet nr 1, poz. 96

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 96 do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 1 pozycję Nr 96 do osobnego Pakietu Nr 7 i zmieniony w tym zakresie Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularze Cenowe zamieści na na stronie prowadzonego postępowania.

PYTANIE NR 7:

Pakiet nr 1, poz. 96-102

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne monofilamentowe, o długim okresie wchłaniania, wykonany z polidoksanonu, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%, całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 8:

Pakiet nr 2, poz. 20-24

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 9:

Czy Zamawiający w pak 5 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry + Zszywki kompatybilne ze staplerem z poz 1 . Zszywka szerokiego typu, powleczona teflonem; grubość 0,6mm. Wymiary 6,5mm x 4,7 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 10:

Dotyczy Pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 szew syntetyczny wchłaniany z kopolimeru glikolu i l-laktydu (w stosunku 30%/70%) powleczonego 50% kopolimer glikolidu i poli l-laktydu i 50% stearynianu wapnia Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe 75 % po 14 dniach od zaimplantowania 40-50% po 21 dniach od zaimplantowania 25% po 28 dniach od zaimplantowania Całkowita absorpcja masy 56-70 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 11:


Dotyczy Pakietu Nr 3

Prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji numer 1, z powodu tego, iż producent wycofał w/w produkt z obrotu na terenie EU.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyłączy z Pakietu Nr 3 pozycję Nr 1 i zmieniony w tym zakresie Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularze Cenowe zamieści na stronie prowadzonego postępowania.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 04.10.2021r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SWZ.


M. KEZES
Milickie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Oćwieja