



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



Września, dn. 11.02.2022r.

SA-381-1/22

Dotyczy postępowania: „Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic alternatywnych : "Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, polimeryzowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/- 0,02mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem laboratoryjnym. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane na opakowaniu.”</p>	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
2.	<p>Pakiet nr 4 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 barierowy jałowy fartuch chirurgiczny: Jednorazowy, jałowy, barierowy, fartuch chirurgiczny z włókniny hydrofobowej typu SMS, w kolorze niebieskim, o gramaturze min. 43g/m2 i grubości 0,33mm. Rękaw fartucha zakończony jest elastycznym mankietem z poliestrowej dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch posiada 4 wszywane troki, z czego dwa zewnętrzne umiejscowione są w specjalnym kartoniku. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki z wysoce chłonnej gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40cm, spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019, rozmiar: M, L, XL, XXL?</p>	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

3.	<p>Pakiet 4, poz. 1 Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMMS.</p>	Zgodnie z SWZ
4.	<p>Pakiet 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie i komfort ruchów. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami: EN 14126:2003+AC:2004 PN-EN ISO 13688:2013-12 EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B EN 14325:2018 Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE ,materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.</p>	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
5.	<p>Pakiet 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Półmaski filtrującej FFP2 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji $\geq 94\%$, cząsteczek o wielkości $0,6 \mu\text{m}$), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.</p>	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
6.	<p>Pakiet 3 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Półmaski filtrującej FFP3 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji min. 99 %, cząsteczek o wielkości $0,6 \mu\text{m}$), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie po 40 szt.</p>	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

7.	Pakiet 6 Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga, aby dispenser oraz otwór dozujący zabezpieczony był dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją z zewnątrz ?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
8.	Pakiet 6 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem z SWZ.	Zamawiający dopuszcza, przeliczenie ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.
9.	Pakiet 3 Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga, aby rękawice były Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III co najmniej Typ B wg EN ISO 374-1 ?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Marian Janiak