



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Dra Witolda Chodźki 6

tel. +48 (81) 502 17 00

www.ucs.lublin.pl

e-mail: sekretariat@ucs.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

Numer sprawy: ZP.26.1.5.2023

Lublin, dnia 04.06.2023 r.

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nici chirurgicznych

Na podstawie art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, którym jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, odpowiednio wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 1 igłę o długości 20mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycjach nr 2 i 3 igłę o długości 20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 5 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nić o długości 90 cm.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 6 igłę o długości 13mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza igłę o długości 13mm.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 5 igłę o długości 17mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza igłę o długości 17mm.

Pytanie 6

Dotyczy Zadania nr 3, Pozycji nr 1-3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, Pozycjach nr 1-3 szew wykonany z poliglekapronu oraz igłę kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szew wykonany z poliglekapronu oraz igłę kosmetyczną.



Pytanie 7

Dotyczy Zadania nr 3, Pozycji nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 4 szew o podtrzymywaniu tkankowym 40% po 7 dniach oraz czasie wchłaniania 42 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szew o podtrzymywaniu tkankowym 40% - 65% po 7 dniach oraz czasie wchłaniania 42 dni. Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w Załączniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy / opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3, poz. 4, w taki sposób, że wykreśla z jego treści zapis: „ok. 50% po 8-11 dniach”.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania nr 3, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 5 szew o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach i 40% po 21 dniach, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szew o podtrzymywaniu tkankowym 65% - 80% po 14 dniach i 40% - 50% po 21 dniach.

Pytanie 9

Zadanie 3, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wytwarzany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza materiał szewny wytwarzany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu

Pytanie 10

Zadanie 1, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą w miejsce kłującej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Zadanie 2, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą w miejsce kłującej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Zadanie 2, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści nić bezbarwną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Zadanie 2, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści igłę o długości 19mm lub 12mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szów z igłą odwrotnie tnącą? W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o sprecyzowanie pojęcia - "igła kłująca"

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Igła kłująca czyli igła o przekroju okrągłym.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Dra Witolda Chodźki 6

tel. +48 (81) 502 17 00

www.ucs.lublin.pl

e-mail: sekretariat@ucs.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

Pytanie 15

Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szów z igłą odwrótnie tnącą? W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o sprecyzowanie pojęcia - "igła kłująca"

Odpowiedzi: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Igła kłująca czyli igła o przekroju okrągłym.

Pytanie 16

Pakiet 2 Próbki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbek z pozycji nr 1 i 3?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych (nr postępowania ZP.26.1.5.2023).

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie udzielonych wyjaśnień, wprowadzonych zmian i zapraszamy do składania ofert.