



Słupsk, dnia 01.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 67/PN/2023

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Sprostowanie opublikowanych pytań i odpowiedzi na pytanie z dnia 01.08.2023 r.:

Zamawiający omyłkowo powielił pytanie nr 1, w związku z tym publikuje prawidłowe pytania i odpowiedzi na nie poniżej.

Przed zmianą:

Pytanie nr 2:

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Po zmianie:

Pytanie nr 2:

Część nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzeń wysokoenergetycznych tylko z energią wyładowania 37J?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenia wysokoenergetyczne z energią ATP typu Burst i Ramp?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak