



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 14.04.2023 r.

DZP – 16/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa aparatury medycznej oraz wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej, do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie 1 – Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o następujących parametrach:

Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń:

- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic
- typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, PIER
- cewnik zbudowany z poliuretanu
- marker na końcu cewnika - „świecząca” w rtg końcówka cewnika
- cewnik zbrojony opłotem stalowym
- pokrycie hydrofilne dla wybranych krzywizn jak: MPA,Cobra,SIM,Headhunter,Berenstein,Vertebral,
- dobra sterowalność 1:1
- średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s
- średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21ml/s
- średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s
- długość od 65cm do 125cm
- akceptujące prowadnik .035”; .038”
- wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie 2 – Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści USG okulistyczne o poniższych parametrach?:

L.p.	Opis parametrów wymaganych
1	Przeñośny ultrasonograf okulistyczny o wadze 3,6 kg
2	Dotykowy, kolorowy ekran 12,1”
3	Możliwość podłączenia jednocześnie 3 głowic
4	Możliwość pracy w trybie A z biometrią i kalkulacją soczewki oraz w trybie prezentacji B
5	System archiwizacji oraz eksportu danych
6	Możliwość zapisu badania na nośnikach zewnętrznych (Pamięci USB)
7	Możliwość tworzenia raportów badania
8	Pojedyncze pokrętko pozwalające na zmianę wzmocnienia w zakresie 0-105 dB
Sonda B do tylnego odcinka oka	
10	Możliwość powiększenia obrazu
11	Możliwość nakładania skanu A na obraz trybu B
12	Możliwość pomiarów odległości, kątów, automatycznego pomiaru zaznaczonej powierzchni, wskazywania punktu
13	Częstotliwość pracy sondy 10 MHz
14	Skala szarości: 256
15	Nagrywanie filmu z badania: 150 klatek
16	Możliwość obróbki nagranych filmów z badań
17	Regulowane wzmocnienie sondy w zakresie 0-105 dB
18	Możliwość zmiany głębokości skanowania: 40 mm; 60 mm
19	Kąt skanowania 53°
20	Możliwość wyboru zdjęć klatka po klatce nagranych filmów
21	Możliwość zmiany kontrastu i ostrości wykonanych zdjęć
22	Rozdzielczość osiowa 0,2mm
23	Rozdzielczość poprzeczna 0,4 mm
24	Typ przetwornika magnetyczny
25	Możliwość prezentacji kolorowej wyników badania
Sonda A-skan biometryczna	
26	Kalkulacja soczewek IOL, 8 formuł (6 standardowych + 2 po zabiegach chirurgii refrakcyjnej)
27	7 różnych trybów dopasowanych do typu oka + możliwość dopasowania 5 trybów
28	Średnia oraz odchylenie standardowe pomiarów
29	Tryb immersyjny lub kontaktowy
30	Rozdzielczość 0,05 mm
31	Częstotliwość głowicy 10 MHz
32	Zakres pomiaru 0- 40mm
33	Tryb pomiaru zoptymalizowany dla gęstej zaćmy (dense)
Sonda pachymetryczna	
34	Sonda pachymetryczną o częstotliwości pracy 20 MHz, dokładności 5 µm, zakresie pomiaru 0,15 mm-1,5mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie