



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 07.06.2024r.

znak: ZP.26.1.13.2024.39

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach – Pakiet nr 21

Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach” jako najkorzystniejszą ofertę w zakresie pakietu nr 21 złożyła firma:

Pakiet nr 21

Skamex Spółka Akcyjna, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, wartość oferty brutto: 27 432,00 zł, która wg kryterium: cena 60% - uzyskała 60 pkt, Jakość przedmiotu zamówienia 40% – uzyskała 40 pkt. Łączna liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.

Ponadto w postępowaniu w zakresie Pakietu nr 21 wpłynęła oferta **Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, która podlega odrzuceniu** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w zakresie Pakietu nr 21 wymagał zaofiarowania w pozycji 2: „*Ostrze mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – **ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta**, wolne od lateksu, pakowane: 1 szt /blister, 50 blistrów/ pudełko.*”

Zamawiający zwrócił się do firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. o jednoznaczne wyjaśnienie czy zaofiarowane ostrze tnące podczas używania ma kontakt ze skórą pacjenta. W dn. 15.05.2024r. Wykonawca udzielił odpowiedzi: „Niniejszym potwierdzamy, że zaproponowane ostrze w pozycji 2 jest zgodne z opisem zamówienia i dopuszczeniem Zamawiającego. Właściwie założone ostrze znajduje się na górze strzygarki, nie mając bezpośredniego kontaktu ze skórą pacjenta, a konstrukcja pozwala na bezpieczne golenie, które eliminuje ryzyko uszkodzenia naskórka. Dołączamy zdjęcie strzygarki wraz z ostrzem znajdującym się u góry strzygarki, potwierdzające powyższe.”



W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w dn. 27.05.2024r. zebrała się Komisja przetargowa w celu sprawdzenia zaoferowanego ostrza i ustaliła, iż ostrze tnące **ma bezpośredni kontakt ze skórą pacjenta**, ponieważ jest zamontowane w taki sposób, iż po przyłożeniu strzygarki do skóry to ono bezpośrednio jej dotyka jako pierwsze.

Nadmienić należy, że na etapie zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 62 pakiet 21 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała, Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,21 mm, szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E który chcemy zaproponować w pozycji 1.



Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, **pozostałe zapisy SWZ bez zmian**.

Zadane pytanie nie dotyczyło kwestii kontaktu ze skórą, a więc Zamawiający udzielając odpowiedzi „Zamawiający dopuszcza, **pozostałe zapisy SWZ bez zmian**”, wciąż wymagał spełnienia warunku „(...) ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta (...)”

W związku z powyższym oferta Wykonawcy Becton Dickinson Polska sp. z o.o. w zakresie pakietu 21 **podlega odrzuceniu** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Dziękuję za złożenie ofert.

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp przewidywany termin podpisania umowy określa się na dzień **18.06.2024r.** w siedzibie Zamawiającego.

Na pisemny wniosek umowa może zostać wysłana pocztą pod warunkiem jej odesłania w ciągu 3 dni. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x Wykonawcy

1 x a/a