



Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 5, Nr sprawy: ZP-24-144BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1 Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz.1** (Igły do biopsji nerki) dopuści igły półautomatyczne do biopsji nerki 16G o dł.160mm w miejsce 16G/150mm pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego? **Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 2 Pakiet nr 11, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych kaniul dożylnych :

Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min **Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 3 Pakiet nr 11, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych kaniul dożylnych bezpiecznych :

Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, 2 szerokie paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 4 Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 15, Pozycja 1

Jednorazowe igły do ostrzykiwania (długość robocza 230 cm),

Rozmiary igieł:

- średnica Igły 0,7 mm (22G); długość igły 5 mm,

- średnica Igły 0,5mm (25G) ; długość igły 5 mm

- średnica Igły 0,9 mm (19G); długość igły 5 mm

Zestaw wyposażony w przezroczysty cewnik

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 14 na zaoferowanie Sterylne igły półautomatyczne do biopsji nerki ze znacznikiem USG na mandrynie, podziałka centymetrowa, o stabilnym uchwycie. Rozmiary: 1.6/110 lub 1.6/90 , 1.6/150 ? **Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**



Pytanie 6 Dotyczy §3 projektu umowy:

Czy Zamawiający uzna za skuteczne dostarczenie faktury w formacie pdf za pośrednictwem poczty e-mail?

W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie zapisu w umowie wraz ze wskazaniem adresu e-mail, na który należy przestać fakturę.

Odp. Zamawiający w projekcie umowy dopuścił możliwość składania faktur droga elektroniczną - §3 pkt.5. i to jest jedyna droga elektronicznego składania faktur.

Pytanie 7 Dotyczy §4 ust. 2 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 8 Dotyczy §4 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar do 20% wartości brutto umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 9 Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dodanie zapisu w umowie, zgodnie z poniższym:

„W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.” **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający realizuje swoje zobowiązania terminowo.**

Pytanie 10 Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 11 Pakiet nr 6 poz. 1A, B, C

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 12 Pakiet nr 6 poz. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 13 Pakiet nr 6 poz. 1A, B

Czy Zamawiający wymaga strzykawek o skali rozszerzonej o minimum 20%? Strzykawki o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie poszczególnych pojemności strzykawek, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala. **Odp. Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza skalę rozszerzoną.**

Pytanie 14 Pakiet nr 6 poz. 1A, B

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z informacją na opakowaniu jednostkowym o standardzie ścięcia Luer tj. Luer Tip 6% ? **Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ.**



Pytanie 15 Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozmiarach:

24 G dt. 19 mm,
22G dt. 25 mm
20G dt. 32 mm
18 G dt. 45 mm
17 G dt. 45 mm
16 G dt. 45 mm
14G dt. 45 mm?

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 16 Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli bezpiecznej w rozmiarach:

24 G dt. 19 mm,
22G dt. 25 mm
20G dt. 25 mm
20G dt. 32 mm
18 G dt. 32 mm
18 G dt. 45 mm
17 G dt. 45 mm
16 G dt. 45 mm
14G dt. 45 mm?

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 17 Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 18 Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 19 Dotyczy SWZ „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych”

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie wymaganych parametrów również oświadczenie autoryzowanego dystrybutora? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 20 pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a 100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 21 pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a 100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 22 pakiet nr 5 Czy Zamawiający oczekuje strzykawki bez igły? **Odp. Zamawiający oczekuje strzykawek z igłą oraz zmienia opis przedmiotu zamówienia (w załączeniu).**



Pytanie 23 pakiet nr 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a 100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

Pytanie 24 pakiet nr 6 poz.1 a,b,c Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a 100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

Pytanie 25 pakiet nr 6 poz.1 d Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a 50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

Pytanie 26 pakiet nr 9 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną z filtrem hydrofobowym bez portu bocznego. Wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrząsk zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. Kaniula posiada łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt i skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie przepływu, 6 pasków kontrastujących w RTG.

Rozmiary:

20G 1,1x32mm,

20G 1,1x25mm,

22G 0,9x25mm

24G 0,7x19mm?

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 27 pakiet nr 11 poz.1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę do długotrwałych wlewów dożylnych, posiadającą dodatkowy górny port do wstrzyknięć, wykonaną z biokompatybilnego i termoczułego poliuretanu, elastyczna, z gładką powierzchnią, odporna na zginanie (łatwo się dopasowuje), metalowa igła z wygładzonym tylnym ostrym szlifem, elastyczne skrzydełka mocujące, standardowy koreczek portu bocznego. Różne rozmiary oznaczone odpowiednimi kolorami w sposób widoczny przed odpakowaniem. Nazwa materiału, rozmiar (średnica, długość, przepływ), nazwa producenta, data ważności podane na opakowaniu. Opakowanie typu papier medyczny. Posiada 3 paski kontrastujące w promieniach RTG w rozmiarach i przepływach:

14G pomarańczowe 2,1x45mm,

16G szare 1,7x45mm,

17G białe 1,5x45mm,

18G zielone 1,3x45mm,

18G zielone 1,3x32mm,

20G różowe 1,1x25mm,

20G różowe 1,1x32mm,

22G niebieskie 0,9x25mm,

24G żółte 0,7x19mm?

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 28 pakiet nr 11 poz.2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, wykonaną z poliuretanu, z dodatkowym portem do iniekcji, z 6 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, filtrem hydrofobowym, samodomykającym się korkiem. Wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. Z przezroczystą komorą kontrolną umożliwiającą łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkucia do żyły, sterylizowaną EO, z nazwą producenta na korku portu bocznego, z kolorystyką (zgodną z normą ISO) identyfikującą rozmiar naniesioną na skrzydełka i korek o długościach i przepływach:



24G 0,7x19mm
22G 0,9x25mm
20G 1,1x25mm
20G 1,1x32mm
18G 1,3x45mm
18G 1,3x32mm
17G 1,5x45mm
16G 1,7x45mm
14G 2,1x45mm?

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 29 pakiet nr 13 Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w opakowaniu a 100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

Pytanie 30 Pakiet 6 poz.A Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - strzykawkę z rozszerzoną skalą do 3ml., spełniających pozostałe wymogi SWZ. Umożliwi to złożenie oferty większej liczby oferentów a Zamawiającemu zwiększy możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty. **Odp. Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza skalę rozszerzoną.**

poz.B Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - strzykawkę z rozszerzoną skalą do 6ml., spełniających pozostałe wymogi SWZ. Umożliwi to złożenie oferty większej liczby oferentów a Zamawiającemu zwiększy możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty. **Odp. Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza skalę rozszerzoną.**

Pytanie 31 Pakiet 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - kaniuli dożylnych bezpiecznych z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wyptywowi krwi podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, widoczne w RTG (pokryte Barytem), W rozmiarach.

- 20G – 1,1x31mm
- 20G – 1,1x25mm
- 22G – 0,9x25mm
- 24G – 0,7x19mm

Umożliwi to złożenie oferty większej liczby oferentów a Zamawiającemu zwiększy możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty. **Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 32 Pakiet 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - igieł tępych z otworem centralnym, spełniających pozostałe wymogi SWZ. Umożliwi to złożenie oferty większej liczby oferentów a Zamawiającemu zwiększy możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza igieł tępych z otworem centralnym, wymagane są igły z otworem bocznym.**

Pytanie 33 Pakiet 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1 - igieł 29G (0,33 x 12,5mm), spełniających pozostałe wymogi SWZ. Umożliwi to złożenie oferty większej liczby oferentów a Zamawiającemu zwiększy możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty. **Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 34 Pakiet 1, poz. 1, 2, 3, 4, 6, 12

Proszę o dopuszczenie strzykawkę, które nie posiadają numeru katalogowego, identyfikowane są poprzez nazwę handlową. **Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje, nie dopuszcza zaoferowania strzykawkę, które nie posiadają numeru katalogowego (REF/kod produktu). Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu medycznego) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

Pytanie 35 Pakiet 6, poz. 1a-c

Proszę o dopuszczenie strzykawkę w opakowaniach po 100szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym. **Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**



Pytanie 36 Pakiet 6, poz. 1c

Proszę o dopuszczenie strzykawek luer lock 10ml ze skalowaniem co 0,2. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 37 Pakiet 6, poz. 1d

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 50szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym. **Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

Pytanie 37 Pakiet 11, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej 6 pasków. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 39 Pakiet 11, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 20G dt. 32mm zamiast 33mm **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 40 Pakiet 11, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 18G dt. 32mm zamiast 33mm **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 41 Pakiet 11, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 16G dt. 45mm zamiast 50mm **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 42 Pakiet 11, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 14G dt. 45mm zamiast 50mm **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 43 Pakiet 11, poz. 1

Proszę o dopuszczenie Kaniuli wykonanej z PTFE **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 44 Pakiet 11, poz. 1

Proszę o dopuszczenie Kaniuli 20G tylko w jednym rozmiarze 20G dt. 33 **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 45 Pakiet 11, poz. 1

Proszę o dopuszczenie Kaniuli 16G o długości 45mm **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 46 Pakiet 11, poz. 1

Proszę o dopuszczenie Kaniuli 14G o długości 45mm **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 47 pak. 11

1. poz.1 - Czy w trosce o bezpieczeństwo kaniula powinna posiadać port górny wyposażony w mechanizm przed przypadkowym otwarciem ?
2. poz.2 - Czy w trosce o bezpieczeństwo kaniula powinna posiadać port górny wyposażony w mechanizm przed przypadkowym otwarciem ?
3. poz.2 - Czy kaniula bezpieczna powinna być wyposażona w pasywny mechanizm metalowy zabezpieczający przed zakłuciem?

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 48 Pakiet1 Poz 1:

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Strzykawka cewnikowa, janeta , 100 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka, bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV) z dodatkowym łącznikiem luer o gładko wyrobionych brzegach i stożkowym kształcie, wylot strzykawki zakończony prosto (nie pod kątem), bez uskoków , nazwa producenta na cylindrze umożliwiająca łatwą identyfikację , blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z cylindra, sterylna, opakowanie 45 szt.



Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawka ma posiadać końcówkę ściętą prosto (nie pod kątem)?

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 49 Pakiet 2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o poj. 3ml bez rozszerzenia skali, spełniającej pozostałe wymogi swz. **Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 50 Pakiet 3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o poj. 20ml bez rozszerzenia skali, spełniającej pozostałe wymogi swz. **Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 51 Pakiet 6 Poz. 1 i 2: Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie handlowe a 100szt strzykawek z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. **Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

Pytanie 52 Pakiet 9 pozycja 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego o poniższych parametrach: Kaniuła dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18-24G) , z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-18G), ergonomiczny kształt, cała widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.; 22G x 0,9 mm x 31 mm – przepływ 28 m/min; 20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.; 20G-1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min.

Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 53 Pakiet 13: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do wstrzykiwacza insulinowego w rozm. 29G (0,33x12,5mm); 31G (0,25x5mm); 31G(0,25x8mm), spełniających pozostałe wymogi swz. **Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 54 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 11 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 13,14 którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości netto ~~umowy~~ niezrealizowanej części umowy

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.