



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 16.05.2024r.

**Uczestnicy postępowania**

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (w tym komis) – postępowanie uzupełniające, znak sprawy: PN 40/24.*

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy zadania 9, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego Kranika odcinającego do terapii dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatoresm położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,22 ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski) do linii tętnicznych i żylnych, Sterylizowany Radiacyjnie. Opakowanie medyczne typu blister. opakowanie 100 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy zadania 9, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego kranika do terapii dożylnych, kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm, średnica wew. drenu 2,6mm, z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 3 bary wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatoresm położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, bez określenia parametru przestrzeni martwej, a posiadający objętość wypełnienia 0,80 ml, jałowy, Sterylny (sterylizowany promieniami beta). Opakowanie medyczne typu blister. Opakowanie 50szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe zapisy umowy zgodnie z SWZ.



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 3**

Zadanie 9, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 4**

Zadanie 9, poz. 3

Czy zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono nazwę wytwórcy, nazwę importera, numer katalogowy, datę produkcji i datę ważności, metodę sterylizacji oraz znak CE?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5**

Zadanie 9, poz. 3

Czy zamawiający wymaga koreczka pakowanego oddzielnie w opakowanie typu TYVEC, niezłączone razem ze sobą w pakiety, zbiorczo – w kartonik po 100 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6**

**Zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z białym/mlecznym tłokiem?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7**

**Zadanie 5, pozycja 1**

Jakiej pojemności strzykawki oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje strzykawki o pojemności **2ml**, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 8**

**Zadanie 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kranik o poniższych parametrach:

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wykonany z poliwęglanu
- Transparentna obudowa
- Wyraźny optyczny identyfikator pozycji „otwarty-zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni
- Ciągłe, proste kanały przepływowe i optymalna średnica wewnętrzna zapewniają prawidłowy pomiar ciśnienia
- Obrotowa końcówka luer-lock
- Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami
- Odporny na lipidy
- Nie zawiera lateksu ani ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier/folia



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9**

**Zadanie 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10**

**Zadanie 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kranik wyłącznie z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11**

**Zadanie 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 12**

**Zadanie 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę a`250 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13**

**Zadanie 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy 43mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14**

**Zadanie 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy 36mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15**

**Zadanie 12, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści znaczniki chirurgiczne o długości 40cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 5**

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2-częściowej j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiające dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, tłok strzykawki w kolorze białym/mlecznym, przezroczysty cylinder strzykawki o pojemności 2 ml z poszerzoną skalą do 3 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawkę z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 17**

**Pakiet 9**

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 kranika odcinającego do terapii dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście).

objętość wypełnienia 0,26 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 2 oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwi osiągnięcie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 18**

**Zadanie nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek o skali rozszerzonej o minimum 20%? Strzykawki o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie poszczególnych pojemności strzykawek, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje strzykawki z przedłużoną skalą o min. 20% - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 19**

**Zadanie nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z informacją na opakowaniu jednostkowym o standardzie ściecia Luer tj. Luer Tip 6%

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 20**

**Zadanie nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika o poniższym opisie:

- kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu
- kolor niebieski
- posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni
- wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami
- osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock
- minimalna martwa przestrzeń w portach zapewniająca precyzyjne podawanie leku i maksymalny przepływ infuzyjny
- Urządzenie jest szczelne do 5 barów (72,5 PSI)
- możliwość obrotu pokrętła o 360<sup>0</sup>
- przepływ 500 ml/min
- objętość wypełnienia 0,15ml
- instrukcja użytkownika na opakowaniu pośrednik 50 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 21**

**Zadanie nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika o wytrzymałości ciśnieniowej do 3 barów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

*Sporządziła: Ewa Nowakowska*