

DZP.LG.282.7.2021

Sopot, dnia 10.06.2021 roku

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 7/TP/21

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w podziale na 3 Pakiety – Znak: 7/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019.2019 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	Pytanie do zadania nr 3. Czy Zamawiający dopuści i uzna za wystarczające spełnienie warunku posiadania zdolności technicznych lub zawodowych wykazanie przez Wykonawcę, należyte wykonanie co najmniej dwóch dostaw urządzeń medycznych różnego rodzaju m.in. Defibrylatory, pompy infuzyjne, łóżka do intensywnej opieki medycznej, respiratory, koncentratory tlenu i tp.	Zamawiający pozostawia bez zmian obowiązek wykazania co najmniej dwóch dostaw: dla Pakietu 3 – urządzeń medycznych typu kolumna endoskopowa
2.	Pakiet 3 Pozycja 32 , element: „chwytak z mechanizmem zatraskowym 3,4 mm - 2 szt.” – Czy Zamawiający dopuści do oceny chwytak z mechanizmem zatraskowym 3,4 mm lub 4,2 mm - 2 szt.	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.3 do SWZ
3	Pakiet 3 Pozycja 16, 30, 31, pytanie dotyczy tylko pojemników do sterylizacji – Czy Zamawiający dopuści do oceny pojemniki niebędące wyrobem medycznym umożliwiające wspólną sterylizację płaszczka, trokara, optyki, shavera i światłowodu, pozwalające na stworzenie dedykowanych zestawów do artroskopii wybranych stawów. Tym samym odstąpi od wymogu dostarczenia osobnych pojemników do sterylizacji rękojeści shavera, 5 optyk artroskopowych i dedykowanych do nich płaszczy.	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dostarczenia pojemników będących wyrobem medycznym.
4	Pytanie do SWZ, rozdział IV, ust. 3 pkt. 3.3, ppkt. b), załącznik nr 8 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do specyfikacji brakującego załącznika nr 8.	We wskazanym miejscu doszło do omyłki pisarskiej, chodzi o dołączony do SWZ załącznik nr 4. Zamawiający poprawia wskazany zapis SWZ
5	Pytanie do SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w związku z wymogiem przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą stosuje art. 107 ust. 2 i 4 nowej ustawy Pzp.	Zamawiający przewidział możliwość wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w Rozdziale VI SWZ ust 8 i 10
6	ZAŁĄCZNIK NUMER 3.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2 – SSAK JEZDNY Opis parametrów wymaganych Punkt 10 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak wyposażony w trzy zbiorniki z poliwęglanu o pojemności 2 litry każdy do wkładów jednorazowych na wydzielinę?	Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że są to zbiorniki wielorazowe. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.2 do SWZ
7	ZAŁĄCZNIK NUMER 3.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2 – SSAK JEZDNY Opis parametrów wymaganych Punkt 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.2 do SWZ

	ssak o zmiennej wydajności minimum 50 l/min regulowanej w pełnym zakresie?	
8	ZAŁĄCZNIK NUMER 3.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2 – SSAK JEZDNY Opis parametrów wymaganych Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak próżniowy nieprzystosowany do podłączenia do gniazda próżni w razie awarii ssaka z króćcem w standardzie AGA?	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie oferty zapasowego ssaka do centralnej próżni, który stanowi rezerwę w razie awarii ssaka jezdnego
9	Pakiet nr 1 zadanie numer 1 Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta, w którym kontrolka może obsłużyć dwa elementy grzewcze jednocześnie, ale bez wymogu funkcji regulacji temperatury autonomicznie dla każdego z nich? W praktyce funkcja ta nie jest wykorzystywana ze względu na brak wskazań medycznych i potrzeby takiego różnicowania. Jeżeli Zamawiający zamierza korzystać z dwóch elementów grzewczych na jednym pacjencie to nie ma konieczności ani zaleceń medycznych ustawiania dla nich innych temperatur. Nie da się ogrzewać jednej części ciała do innej temperatury, a drugiej do innej ponieważ ciało ludzkie reguluje własną temperaturę wewnątrz i ją uśrednia.	Zgodnie z SWZ
10	Pakiet nr 1 zadanie numer 1 Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta bez pokrowca zewnętrznego wielokrotnego użytku? Materac, który nie wymaga dodatkowych pokrowców i ma zintegrowane pasy mocujące jest rozwiązaniem dużo wygodniejszym w obsłudze: - brak pokrowców oznacza, brak dodatkowego elementu wymagającego dezynfekcji i przechowywania, - zintegrowane pasy mocujące sprawiają, że zamontowanie na stole zabiegowym wymaga minimum wysiłku, oznacza także brak możliwości jakiegokolwiek przesuwania się materaca na stole operacyjnym, gdyż jest on do niego bezpośrednio przymocowany. Materac przeznaczony do użycia bez pokrowca jest rozwiązaniem tańszym w eksploatacji oraz dużo bardziej wygodny dla personelu gdyż wystarczy do jedynie zdezynfekować (przetrzeć) po użyciu przed kolejnym pacjentem bez konieczności każdorazowego ściągania pokrowca i zakładania nowego.	Zgodnie z SWZ
11	Pakiet nr 1 zadanie numer 1 Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta, którego element grzewczy pokryty jest powłoką zewnętrzną wykonaną z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilną w kontakcie ze skórą?	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
12	Pakiet nr 1 zadanie numer 1 Czy Zamawiający wymaga, aby zewnętrzna powłoka materaca była szczelnie zamknięta przy użyciu technologii RF, co zapobiegnie przedostaniu się płynów do wnętrza materaca?	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
13	Pakiet nr 1 zadanie numer 1 Czy Zamawiający dopuszcza, żeby element grzewczy systemu ogrzewania pacjenta był wyposażony w warstwę elastycznych polimerów węglowych (w odróżnieniu od włókien węglowych) uniemożliwiająca osiągnięcie wyższej temperatury w miejscu uszkodzenia powłoki materaca/koca, co daje możliwość dokończenia zabiegu	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ

	bez konieczności wyłączenia systemu? Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje wtedy powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury.	
14	Pakiet nr 1 zadanie numer 1 Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było umieszczenie pacjenta bezpośrednio na elemencie grzewczym systemu bez konieczności zastosowania bariery ochronnej lub maty przeciwoleźynowej?	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
15	Pakiet nr 1 zadanie numer 1 Czy Zamawiający wymaga złącze przewodów materaca/koca i przewodu jednostki kontrolnej było pyłoszczelne i wodoszczelne, wykonane w klasie ochrony IP61 lub lepszej?	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
16	Pakiet nr 1 zadanie numer 1 Czy Zamawiający wymaga, żeby podczas używania urządzeń elektrochirurgicznych wysokich częstotliwości i cewników wsierdziowych nie było konieczności dodatkowego izolowania pacjenta od warstwy grzewczej systemu?	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
17	Pakiet nr 1 zadanie numer 2 Czy zamawiający dopuści ogrzewacz płynów o wymiarach : szerokość – 35 cm , głębokość – 62 cm, wysokość – 40 cm?	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
18	Pakiet nr 1 zadanie numer 2 Czy zamawiający dopuści ogrzewacz z wymuszonym obiegiem powietrza? Wymuszony obieg powietrza zapewnia efektywniejsze nagrzewanie, szybsze i bardziej równomierne – co przekłada się bezpośrednio na jakość i komfort pracy	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
19	Pakiet nr 1 zadanie numer 2 Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję dezynfekcji ogrzewanego wkładu przy pomocy promieniowania UV-C? Obecny kryzys epidemiczny oraz niebezpieczeństwa niesione przez patogeny powszechnie występujące w szpitalach sprawiają, że taka dodatkowa funkcja urządzenia może zapobiegać rozprzestrzenianiu i występowaniu zakażeń szpitalnych wśród pacjentów, a także personelu medycznego.	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
20	Pakiet nr 1 zadanie numer 2 W pakiecie nr.1 zadaniu nr 2 zamawiający opisał ogrzewacz komorowy i przepływowy –proszę o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga 2 różnych typów ogrzewacza w tym zadaniu czy opisał je omyłkowo?	Zamawiający opisał ogrzewacz komorowy i przepływowy- Zamawiający wymaga 2 różnych typów ogrzewacza w tym zadaniu. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
21	Pakiet nr 1 zadanie numer 2 Czy Zamawiający wymaga zastosowania w urządzeniu szklanej pokrywy, co ułatwia ocenę i kontrolę (ilościową / jakościową) ogrzewanego wsadu?	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ

22	<p>Pakiet nr 1 zadanie numer 2 Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie spełniało normę EN 60601-1-8:2011 dotyczącą bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych. W niniejszej nomenclaturze uzupełniającej określono wymagania dotyczące systemów alarmowych i sygnałów alarmowych w urządzeniach medycznych i systemach medycznych. Podano w niej również wytyczne do zastosowania systemów alarmowych.</p>	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
23	<p>Pakiet nr 1 zadanie numer 2 Czy Zamawiający wymaga obsługi urządzenia poprzez panel dotykowy?</p>	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.1 do SWZ
24	<p>Pakiet nr 3 zadania nr 1 Pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści napęd przewodowy o rękojeści pistoletowej wraz z wyspecyfikowanymi nasadkami?</p>	Zamawiający dopuszcza Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3.3 do SWZ

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. SWZ po modyfikacji, w szczególności treść Zał nr 3.1 – 3.3 do SWZ
2. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.2019 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
 - 1) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2
o treści:
„Termin składania ofert: do dnia 11.06.2021 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”
otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert: do dnia 16.06.2021 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”
 - 2) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 4
o treści:
„Termin otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 11.06.2021 roku o godz. 09:15
otrzymuje brzmienie:
„Termin otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 16.06.2021 roku o godz. 09:15
 - 3) Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1,
o treści:
„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.07.2021 r.”
otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.07.2021 r.”

Niniejsza zmiana skutkuje również zmianą ust I pkt 5/ zał nr 1 do SWZ Formularz Oferty, gdzie termin związania ofertą zmienia się z dnia 10.07.2021 r. na **15.07.2021 r**

4) rozdział IV, ust. 3 pkt. 3.3, ppkt. b)

o treści:

„b) przedłożył Oświadczenie, że podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w postępowaniu nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ”.

otrzymuje brzmienie:

„b) przedłożył Oświadczenie, że podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w postępowaniu nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do SIWZ”.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w podziale na 3 Pakiety (znak: 7/TP/21) - nie zmienia się.

PREZES ZARZĄDU

Barbara Gierak-Pilarczyk

