

Dreżdenko, dnia 18 sierpnia 2022 roku

**Zarząd  
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  
w Dreżdenku**

**P2**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/16/2022**

### **WYJAŚNIENIA**

#### **Pytanie 1**

Poniżej przesyłam pytania do postępowania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje nr 1-4 (wymazówki) pakietu nr 2 i utworzenie dla nich osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

#### **Odp. do pytania 1**

Wyjaśnienia w ww. zakresie zostały udzielone w piśmie z dnia 16.08.2022 r.

#### **Pytanie 2**

Poz. 8) Czy zamawiający dopuści głaszczki z PS, sterylne pakowane po 5szt?

Poz. 11) Czy zamawiający dopuści próbówki z PP sterylne z zakrętką pakowane po 5szt?

Poz. 15) Czy zamawiający wydzieli tą pozycje i utworzy osobny pakiet co pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty?

Czy Zamawiający dopuści podawanie cen jednostkowych do 4 miejsc po przecinku?

#### **Odp. do pytania 2**

W pakiecie 2 poz. 8, 11 nie wprowadza się proponowanej zmiany.

W zakresie wydzielenia poz. 15 z pakietu 2 wyjaśnienia udzielono w dniu 16.08.2022 r.

#### **Pytanie 3**

##### **pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówki o pojemności 2 ml i średnicy 13mm, spełniającej pozostałe wymagania opisane w załączniku?

#### **Odp. do pytania 3**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### **Pytanie 4**

##### **pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówki o średnicy 13mm, spełniającej pozostałe wymagania opisane w załączniku?

#### **Odp. do pytania 4**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 7 na próbówki o średnicy 13mm

#### **Pytanie 5**

##### **pakiet 1, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówki o średnicy 13mm, spełniającej pozostałe wymagania opisane w załączniku?

#### **Odp. do pytania 5**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 8 na próbówki o średnicy 13mm

#### **Pytanie 6**

##### **pakiet 1, poz. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł motylkowych z drenem o długości 178mm, spełniających pozostałe wymagania opisane w załączniku?

#### **Odp. do pytania 6**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### **Pytanie 7**

##### **pakiet 1, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do badań gazometrycznych o poj. 3 ml, z możliwością pobrania 1,2ml krwi, z rekomendowaną objętością pobrania 1,6 ml krwi, w której urządzenie odpowietrzające zamontowane jest w tłoku i nie ma potrzeby montowania filtra odpowietrzającego, pakowanej pojedynczo, sterylnej?

**Odp. do pytania 7**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 8**

**pakiet 1, poz. 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie próbówki do OB wykonanej ze szkła.

**Odp. do pytania 8**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 9**

**pakiet 1, poz. 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie próbówki do glukozy o średnicy 13mm, spełniającej pozostałe wymagania opisane w załączniku?

**Odp. do pytania 9**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 18 na próbówki o średnicy 13mm

**Pytanie 10**

**pakiet 1, poz. 19**

Wyspecyfikowany zapis „Probówka lub próbówko-strzykawka do pseudotrombocytopenii (małopłytkowości rzekome) z antykoagulantem innym niż cytrynian i heparyna” uniemożliwia konkurencję. Produktem równoważnym do oznaczania pseudotrombocytopenii, z którego korzysta wiele dużych szpitali klinicznych, onkologicznych i innych, jest próbówka z cytrynianem. Przydatność cytrynianu w tego typu oznaczeniach potwierdzają liczne publikacje, w tym przywołane poniżej:

Platelet Counting: Ugly Traps and Good Advice. Proposals from the French-Speaking Cellular Hematology Group (GFHC) ; Journal of Clinical Medicine; Opublikowano: 16 marca 2020):

„Wśród rekomendowanych probówek do identyfikacji pseudotrombocytopenii wyróżnia się szereg probówek, np: z: cytrynianem sodu, CTAD, siarczanem magnezu, heparyną sodową, fluorkiem sodu lub szczawianem amonu, bez jednoznacznego wskazania na próbówkę z jonami magnezu. Najczęściej stosowanym alternatywnym antykoagulantem w przypadku małopłytkowości indukowanej EDTA jest cytrynian sodu”

2. Laboratory disease: Case of pseudothrombocytopenia; Rateesh Sareen, Menka Kapil, G. N. Gupta, [Downloaded free from <http://www.ijcpc.org> on Wednesday, August 28, 2019, IP: 188.147.37.209]: “Nie wykazano fałszywie niskiej liczby płytek krwi w próbce pobranej na cytrynian”

3. To Test the Accuracy of Platelet Count, as Corrected by Citrate Anticoagulant in EDTA Induced Pseudo-Thrombocytopenia; Mirza Asif Baig; International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2013): 6.14 | Impact Factor (2013): 4.438: “Pseudotrombocytopenię (PTCP) indukowaną EDTA można skorygować przez natychmiastową analizę krwi w analizatorach hematologicznych w próbkach z cytrynianem jako antykoagulantem. Można więc z pewnością stwierdzić, że pseudotrombocytopenia indukowana EDTA może być skutecznie skorygowana za pomocą antykoagulowanej krwi cytrynianowej” Przy tej okazji należy zaznaczyć, że brak jest rekomendacji oraz publikacji dotyczących używania próbówki z jonami magnezu jako próbówki referencyjnej do identyfikacji pseudotrombocytopenii.

W związku z powyższym zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie zaferowania w tej pozycji próbówki z cytrynianem sodu o objętości pobrania 2,7 ml, w której wynik wystarczy przemnożyć przez 1,1. (Informacje na ten temat zawarte są w wielu publikacjach, przykładowo: Małopłytkowość rzekoma EDTA – zależna, Andrzej Szczepiński, Acta Haematologica Polonica Review Article 2006, 37, Nr 2 str. 217–223. Prosimy o modyfikację zapisu SWZ „Probówki do eliminacji małopłytkowości rzekomej o poj. 2 – 3,0 ml, – pobranie krwi na antykoagulant z wykluczeniem heparyny”.)

Ewentualnie, ze względu na małą ilość tego produktu (100 szt), o wyłączenie tej pozycji z pakietu.

**Odp. do pytania 10**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 11**

Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na dopisanie do załącznika asortymentowo cenowego jeszcze jednego wiersza, w którym, w przypadku oferowania systemu próżniowego, oferenci będą mogli wyspecyfikować i wycenić odpowiednią ilość uchwytów jednorazowych niezbędnych do pracy w systemie próżniowym.

**Odp. do pytania 11**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 12**

dotyczy §5 ust. 1 Postanowień umowy dla Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni?

**Odp. do pytania 12**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 3**

Dotyczy §6 ust. 3 Postanowień umowy dla Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 5% wartości brutto niezrealizowanego/zareklamowanego bieżącego zamówienia. Prosimy o poprawienie numeracji, ponieważ nie ma w umowie §3 ust. 7.

**Odp. do pytania 1**

Nie wprowadza się zmiany w zakresie wysokości kar umownych.

Wprowadza się zmianę w §6 ust. 3 lit.b) – treść po zmianie:

b) §3 ust.4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości brutto zareklamowanego bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**Zmiana terminu składania ofert – do dnia 19.08.2022 godz.: 9, otwarcie ofert 19.08.2022 godz.: 9.05.**

Z poważaniem

**Prezes Zarządu**

**Agnieszka Banaszek**

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 18.08.2022 r.