



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 12.09.2022 r.

ZP.261.43.2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-bbddf7-2dd7-11ed-8832-4e4740e186ac

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawy odczynników dla Laboratorium Analitycznego SPS ZOZ w Lęborku wraz z dzierżawą analizatora.**
Znak sprawy ZP-TP/43/22

I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Prosimy o dopuszczenie w Części 2 testu do wykrywania takich samych narkotyków jak wymienione w SIWZ, o parametrach przewyższających w stosunku do parametrów wymienionych w SIWZ (tj. o niższych progach odcięcia, czyli większej czułości dla poszczególnych narkotyków), tj:

Oferowany test posiadają czułości: amfetamina - 300ng/ml, THC – 25ng/ml, benzodiazepiny - 200 ng/ml, kokaina – 100ng/ml, metamfetamina 300ng/ml, morfina/opiaty -100ng/ml

Uzasadnienie: Prosimy o uwzględnienie faktu, że próg wykrywanego stężenia amfetamin w moczu na poziomie 500 ng/ml może być niewystarczający do wykrycia substancji z tej grupy (zwłaszcza: po wielu godzinach od ostatniego użycia), gdyż już każde stężenie wyższe niż 300ng/ml jest uznawane za oznakę nadużywania tej substancji (prosimy o zapoznanie się z odpowiednim piśmiennictwem, np. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9788523>). Mając na uwadze powyższe, wnosimy o dopuszczenie jak na wstępie. Wyższa czułość testów zwiększy prawdopodobieństwo wykrycia narkotyków u osób przyjmujących je sporadycznie lub jednorazowo.

Odp. Zamawiający dopuszcza testy o wyższej czułości niż wskazano w SWZ.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w dokumentach zamówienia, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień lub modyfikacji treści SWZ nie wprowadzonych przez Zamawiającego w szczególności do Formularza parametrów wymaganych, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia dokonanych zmian w treści Załącznika nr 2 do SWZ oraz zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i nr pytania).

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do 15.09.2022 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.09.2022 r. o godz. 11:05. Termin związania ofertą: 14.10.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 12.09.2022 r zostało opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00344110/01 oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pozostałe zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.