

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
fax. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.86. 833 .2019

Kraków, dnia 08.08.2019 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.86.2019 na dostawę stymulatorów i kardiowerterów oraz wyrobów medycznych do zabiegów elektrofizjologicznych.

Pytanie nr 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 11
Z uwagi na zmianę dostępności produktu zwracamy się z prośbą o wykreślenie pakietu 11 pozycji 1.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 2

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 11
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 10 pakietu 11 zamiast koszyczków chwytających – pętla koszykową kompatybilne z akcesoriami wymienionymi w pozycji 2 i 3, o następujących parametrach:

- pętla chwytająca typu Needles Eye zaprojektowana do chwytania elementów o różnym kształcie,
- jałowa, pakowana indywidualnie
- pętla o średnicy 13 lub 20mm i długości 94cm
- w zestawie koszulka wprowadzająca typu Check-Flo o średnicy 16F oraz koszulka udowa prosta o średnicy 12F

Odpowiedź:


Zamawiający podtrzymuje zapis siwz i wyjaśnia, iż w pakiecie 11 nie ma pozycji 10 dotyczącej koszyczka chwytającego.

Pytanie nr 3

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 10
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 10 rączek do chwytania koszulek jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.





Pytanie nr 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 10

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 10 pakietu 10 zamiast koszyczków chwytających – pętle koszykową kompatybilne z akcesoriami wymienionymi w pozycji 2 i 3, o następujących parametrach:

- pętla chwytająca typu Needles Eye zaprojektowana do chwytania elementów o różnym kształcie,
- jałowa, pakowana indywidualnie
- pętla o średnicy 13 lub 20mm i długości 94cm
- w zestawie koszulka wprowadzająca typu Check-Flo o średnicy 16F oraz koszulka udowa prosta o średnicy 12F

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

DS