



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 01.07.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 19/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 12**

1. Zadanie 41 poz.2:

Czy Zamawiający wyłączy daną pozycję do osobnego pakietu, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

**Odp.: Zamawiający wydziela, odpowiedź w pytaniu nr 9.**

2. Zadanie 41 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z elastycznymi uszami do zamocowania maski na twarzy, hypoalergiczna, trójwarstwowa, odporna na przeziąkanie hypoalergiczna, wyposażona w sztywnik. Gramatura filtra  $25 \pm 2$  g/m<sup>2</sup>,  $\geq 98\%$  BFE. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

3. Zadanie 69:

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny - od strony spodniej nieprzemakalna folia polietylenowa, wkład z pulpy celulozowej, strona wierzchnia włóknina. Konstrukcja zabezpieczająca przez przesuwaniem się wkładu. Zakładki do umocowania pod materacem. Rozmiar 90cm x 170cm.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

4. Zadanie 88 poz.8:

Zamawiający oczekuje siatki opatrunkowej na dłoń, ramię, stopę, czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na dłoń, przedramię, stopę, łokieć? Pozostałe zgodnie z opisem.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową na dłoń, przedramię, stopę i łokieć.**

5. Zadanie 88 poz.8:

Zamawiający oczekuje siatki opatrunkowej na dłoń, ramię, stopę, czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na ramię, kolano, stopa? Pozostałe zgodnie z opisem.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową na ramię, kolano, stopa.**

6. Zadanie 88 poz.20:

Ponieważ Zamawiający nie wskazuje rozmiaru czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga gazy w rozmiarze 90cm x 200m?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza gazę w rozmiarze 85-100cm x 190-200cm.**

7. Zadanie 88 poz.32-37:

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania kompresów pakowanych w opakowaniu typu blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Rozwiązanie takie stanowi potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika na bloku operacyjnym.

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

8. Zadanie 89 poz.3:

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania serwety gazowej w opakowaniu typu blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Rozwiązanie takie stanowi potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika na bloku operacyjnym.

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

9. Zadanie 91 poz.1,2,5:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danych pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie dodatkowych zadań , i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ.**

10. Zadanie 91 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny typu SMS; gramatura minimum 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany u góry zapinany na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Opakowanie z dwoma rączniczkami. Zawinięty w papier krepowany zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Rozmiar M – XL.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

11. Zadanie 91 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści: Sterylny, pełno ochronny fartuch, z włókniny typu SMS zapinany na rzep, nieprzemakalne wstawki w rękawach i na przodzie fartucha, rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcją pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar M - XXL. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 204 cm H<sub>2</sub>O. Fartuch zawinięty w papier krepowany zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

12. Zadanie 91 poz.5:

Czy Zamawiający dopuści: Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), wykonany z materiału barierowego, niepyłającego, antystatycznego. Nogawki bez ściągaczy, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z co najmniej jedną kieszenią i z wycięciem typu „V” pod szyją, materiał na całej powierzchni z włókniny SMS (o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup>, rozmiary S; M; L; XL; XXL)

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

13. Zadanie 92:

Czy Zamawiający wymaga chłonności min. 950 g? Podkład o takiej chłonności jest aktualnie dostarczany do Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający wymaga chłonności min 950g.**

14. Zadanie 94:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania setonów pakowanych w opakowaniu typu blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Rozwiązanie takie stanowi potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika na bloku operacyjnym.

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

Pytania dot. projektu umowy:

15. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

16. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty określonej w § 1 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy

numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

17. Czy Zamawiający uzupełni istotne postanowienia umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?  
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667  
NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl

