

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

Załącznik nr 1.

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie przeglądu serwisowego i sprawdzenia analizatora genetycznego ABI PRISM 3500xl nr seryjny 30360-011 w skład którego wchodzi:

- kontrola nastawienia, zasilania, testy wydajności, określenie stanu żywotności lasera itp.,
- czyszczenie optyki, kontrola kamery,
- kontrola pola grzejnego, kalibracja bloku grzejnego i sprawdzenie funkcjonalności,
- kontrola autosamplera i jego komponentów, czyszczenie, kalibracja detekcja uszkodzeń, testy,
- wykrycie i naprawa przerwanych przewodów,
- kontrola bloku polimerowego (funkcjonalność, szczelność, detekcja mikrouszkodzeń),
- kontrola elektronicznych komponentów urządzenia (zasilanie),
- kontrola pompy, wentyli i dozujących tłoków, czyszczenie, wymiana uszczelek,
- kontrola komputera, kontrola kopii zapasowej danych (kontrola oprogramowania),
- przeprowadzenie autodiagnostyki urządzenia, kontrola i dostosowanie parametrów pracy do ustawień pożądaných przez producenta,
- wymiana części zużywalnych (części zestawu planowanego przeglądu),
- zalecenia i rady dotyczące łatwego serwisowego postępowania, które użytkownik może wykonać samodzielnie,
- protokół przeglądu prewencyjnego lub protokół walidacyjny.

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Marek Lewiński
mł. asp. Marek LEWIŃSKI

STARSZY TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Plebanska
Martyna PLEBAŃSKA