



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091  
PKD- 8610Z  
REGON- 000805666  
KONTO – Bank Pekao S.A.  
06 1240 4748 1111  
0000 4872 7945

Nasz znak:

TZ/2500/13/2023

Andrychów dn., 21.07.2023 r.

## INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU PYTAŃ DO TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa mebli i wyposażenia oraz sprzętu medycznego, niemedycznego i komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie w ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży” – znak sprawy: TZ/2500/13/2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania i poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi a na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ poprzez modyfikację Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy.

### Pytanie nr 1

Dotyczące Części 3. Czy Zamawiający dopuści sofę o długości 150 cm i wysokości siedziska 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 2

Dotyczące Części 3. Czy Zamawiający dopuści fotel o wysokości siedziska 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 3

#### **Pytanie dotyczy Rozdziału XI SWZ**

Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w ten sposób, że dokumenty te zostaną skompresowane do jednego pliku (folderu, katalogu elektronicznego) w formacie .zip, a następnie ten katalog zostanie podpisany przez wykonawcę jednym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym poszczególne dokumenty zawarte w skompresowanym katalogu nie będą oddzielnie podpisane. Wskazujemy, że w myśl §8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie taki sposób złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniach przetargowych jest dopuszczalny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Pytanie nr 4

Pytanie dotyczy Punkt 72 załącznika nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Części 5

Wnosimy o potwierdzenie, że:

- 1) wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzać integracji urządzenia z systemem HIS zamawiającego,
- 2) wykonawca nie ma obowiązków poniesienia kosztów integracji urządzenia z systemem HIS zamawiającego, jeżeli integrację wykona zamawiający lub inny podmiot na zlecenie zamawiającego.

**Odpowiedź:** *Urządzenie powinno mieć możliwość integracji oferowanego aparatu do systemu HIS a zatem nie ma obowiązku integracji ani nie ma obowiązku przeprowadzenia i ponoszenia kosztów integracji urządzenia z systemem HIS.*

## Pytanie nr 5

Pytanie dotyczy §2 ust. 5 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ

Wnosimy o do ustępu zdania „Po wykonaniu przez Dostawcę brakującej czynności, Zamawiający ponownie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy.”

**Odpowiedź:** *Odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia może nastąpić jedynie w sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy zawierającego wszystkie elementy wraz z kompletem dokumentów w terminie przewidzianym w §2 ust. 1.*

## Pytanie nr 6

Pytanie dotyczy §2 ust. 5 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ

Wnosimy o potwierdzenie, że za opóźnienie, o którym mowa w tym ustępie, zamawiający potraktuje jedynie sytuację, w które niewykonanie czynności z ust. 3 będzie powodowało naruszenie terminu, o którym mowa w §2 ust. 1

**Odpowiedź:** *Odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia może nastąpić jedynie w sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy zawierającego wszystkie elementy wraz z kompletem dokumentów w terminie przewidzianym w §2 ust. 1.*

## Pytanie nr 7

Pytanie dotyczy §3 ust. 6 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ

Wnosimy o zmianę postanowienia na następujące „Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że sprzęt posiada wady ukryte, Dostawca usunie te wady, a gdyby usunięcie było niemożliwe, to wymieni moduł/element/część dotkniętą wadą ukrytą na wolną od wad.”

**Odpowiedź:** *Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.*

## Pytanie nr 8

Pytanie dotyczy §3 ust. 6 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ

Wnosimy o potwierdzenie, że obowiązek wymiany dotyczy elementu/modułu/części dotkniętej wadą ukrytą, a nie całego urządzenia.

**Odpowiedź:** *Cały proces usuwania wad jest opisany w §3 od ust. 4 do ust. 12. Ponadto ust. 6 jest w związku z ust.8 zawartych w §3.*



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Pytanie nr 9

**Pytanie dotyczy §3 ust. 10 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ**

Wnosimy o zmianę zdania 2 tego ustępu na następujące „Czas reakcji serwisu to czas, w którym Dostawca od momentu powiadomienia o usterce sprzętu przyjedzie do siedziby Zamawiającego w celu jej zdiagnozowania lub przystąpi do zdalnego.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.**

## Pytanie nr 10

**Pytanie dotyczy §3 ust. 12 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ**

Wnosimy o potwierdzenie, że w niniejszym ustępie przez „zgłoszenie” rozumie się zgłoszenie przez zamawiającego potrzeby dostarczenia urządzenia zastępczego, a nie zgłoszenie awarii, o którym mowa w ust. 4. Na etapie zgłoszenia awarii może nie być wiadome, że naprawa potrwa więcej niż 10 dni, a wtedy nie jest wiadome w jaki sposób liczyć termin na dostarczenie urządzenia zastępczego.

**Odpowiedź: Proces reklamacji jest już opisany w §3 ust. 10 następnie ust.4 i jeżeli od zgłoszenia wady a w trakcie naprawy wyniknie, iż naprawa zajmie więcej niż ilość dni określonych w ust. 4 to Wykonawca bez dodatkowego wezwania dostarczy w czasie 72 godzin roboczych sprzęt zastępczy.**

## Pytanie nr 11

**Pytanie dotyczy §4 ust. 2-3 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ**

Wnosimy o usunięcie powyższych ustępów z projektu umowy. Wskazujemy, że tego typu postanowienia mogą zgodnie z przepisem art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych znaleźć się w umowie dotyczącej robót budowlanych.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §4\*. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 stanowi integralna część niniejszej modyfikacji.**

## Pytanie nr 12

**Pytanie dotyczy §4 ust. 2 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ**

Wnosimy o dopisanie maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, jakich może żądać zamawiający od dostawcy na poziomie 20% wynagrodzenia netto. Wskazujemy, że zgodnie z przepisem art. 436 pkt 3) ustawy prawo zamówień publicznych umowa powinna zawierać tego typu postanowienie.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §4. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 stanowi integralna część niniejszej modyfikacji.**

## Pytanie nr 13

**Pytanie dotyczy §4 ust. 4 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ**

Wnosimy o zmianę niniejszego postanowienia na następujące „W przypadkach określonych w ust. 3.1 oraz 3.2. powyżej, Zamawiający wezwania Dostawcę do wykonania umowy (dostarczenia urządzenia lub dokumentów) w dodatkowym terminie wynoszącym co najmniej 7 dni roboczych. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowo wyznaczonego terminu. W przypadku opisanym w ust. 3.3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.**



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Pytanie nr 14

**PYTANIE DOTYCZY PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH APARATU EEG 42 KANAŁOWEGO, PKT. 3**

Czy zamawiający dopuści zmianę parametru nr 3 na następujący: Liczba wejściowych kanałów poligraficznych – 8

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

## Pytanie nr 15

**PYTANIE DOTYCZY PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH APARATU EEG 42 KANAŁOWEGO, PKT. 18**

Czy zamawiający dopuści zmianę parametru nr 18 na następujący: Szum wejściowy ( $\mu\text{V}$  p-p) (1-70 Hz) <1

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. Integralną częścią niniejszych wyjaśnień jest zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

*Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala  
Psychiatrycznego w Andrychowie*

**Piotr Kopijasz**

Otrzymują:

1 x [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_andrychow](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow)

1 x a/a