



Znak: AE/ZP-27-85/23

Tarnów, 2023-11-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: sterylnych: zestawów obłożeń operacyjnych, fartuchów, serwet, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów czepków, masek chirurgicznych, ochraniaczy na obuwie, pościeli, podkładów, prześcieradeł w roli, koszul i spodenek dla pacjentów, osłon na kończynę, pokrowców na słuchawki, pokrowców na zwłoki.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnego obłożenia uniwersalnego wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Jałowy zestaw do chirurgii biodra. Skład:
 - 1 osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm o gramaturze min. 80g/m², wzmocnienie wysokochłonny polipropylen 30g/m² na całej długości 60x145cm
 - 1 serweta główna wzmocniona o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x95 cm (wzmocnienie min. 150x160cm). Serweta główna wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O.
 - 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm, wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²
 - 1 serweta główna o wym. 150x150cm, wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²
 - 1 serweta o wym. 75x90cm, wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²
 - 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm
 - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny 9x50cm
 - 4 ręczniki wzmocnione nitką 30x40cmCałość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego składającego się z nieprzemakalnej folii PE 50g/m² oraz wysokochłonnego polipropylenu 30g/m²
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego. Skład :
 - 1 czerwona osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm o gramaturze min. 80g/m², wzmocnienie wysokochłonny polipropylen 30g/m² na całej długości 60x145cm
 - 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm, torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”). Serweta główna wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H₂O.



- 1 serweta pod kończyńę o wym. 150x150cm, wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²

- 1 włókninowa osłona na kończyńę o wym. 35x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,

- 2 ręczniki wzmacniane nitką 30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne

- 1 dren 150 cm

Całość zawinięta w piaskowaną serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego składająceo się z nieprzemaklanej folii PE 50g/m² oraz wysokochłonnego polipropylenu 30g/m². Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz w workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia (pozycja leżąca). Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm o gramaturze min. 80g/m², wzmocnienie wysokochłonny polipropylen 30g/m² na całej długości 60x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250x315cm, przyklepnym oknem 28x12x18cm otoczonym częściowo folią chirurgiczną i z torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi. Serweta główna wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy w – min. 240 cm H₂O.

- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki wzmacniane nitką 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego składająceo się z nieprzemaklanej folii PE 50g/m² oraz wysokochłonnego polipropylenu 30g/m².

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz w workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Serwety na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm?.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Serwety głównej wykonanej z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² oraz serwety na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - serwety główne wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O . Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm o gramaturze min. 80g/m², wzmocnienie wysokochłonny polipropylen 30g/m² na całej długości 60x145cm

- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o wym. 150x240cm (wzmocnienie min. 50x75 cm)

- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 175x200cm (wzmocnienie min. 50x75 cm)

- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o wym. 75x90cm (wzmocnienie min. 45x60 cm)

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki wzmacniane nitką 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego składająceo się z nieprzemaklanej folii PE 50g/m² oraz wysokochłonnego polipropylenu 30g/m². Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne



naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9-11.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie tych pozycji z pakietu i utworzenie odrębnego zadania?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji Jałowy zestaw do angiografii. Skład :
 - 1 serweta główna o wym. 210x270cm posiadająca 2 samoprzylepne otwory o średnicy 16 cm wypełnione częściowo folią chirurgiczną, boczna strefa do nakrycia aparatury z przezroczystej folii PE. Serweta główna wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy w – min. 240 cm H₂O.
 - 1 organizier przewodów
 - 2 ręczniki wzmacniane nitką 30x40cm
 - dodatkowo do zestawu dołączona osobno pakowana dwuwarstwowa serweta przylepna 150x240cm, pozwalająca na przedłużenie serwety głównej.Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego składającego się z nieprzemakalnej folii PE 50g/m² oraz wysokochłonnego polipropylenu 30g/m²
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji: Sterylna, serweta chirurgiczna nieprzylepna 150x240cm wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w części chłonnej o łącznej gramaturze min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji: Sterylna, serweta chirurgiczna nieprzylepna 100x150cm wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w części chłonnej o łącznej gramaturze min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji: Sterylna, serweta chirurgiczna nieprzylepna 75x90cm wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w części chłonnej o łącznej gramaturze min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji: Sterylna, serweta chirurgiczna 50x60cm z otworem przylepnym Ø7cm, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w części chłonnej o łącznej gramaturze min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji: Sterylna, serweta chirurgiczna nieprzylepna 50x60cm wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w części chłonnej o łącznej gramaturze min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.



15. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Sterylna, serweta chirurgiczna 75x75cm z przyklepnym otworem 6x8cm, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sterylnego obłożenia uniwersalnego wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²?, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanego w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu chirurgicznego do artroskopii stawu kolanowego opisanego w pytaniu.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** sterylnego zestawu serwet do cięcia cesarskiego opisanego w pytaniu.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** sterylnego zestawu wzmocnionych serwet uniwersalnych z serwetą główną wykonaną z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m oraz serwety na stół instrumentariuszki o wymiarze 140 x190 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** obłożenia sterylnego do zabiegów ginekologicznych z serwetą na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** zestawu chirurgicznego uniwersalnego wzmocnionego opisanego w pytaniu.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 poz. 9-11** i utworzenie odrębnego zadania.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** zestawu do angiografii opisanego w pytaniu.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** serwet sterylnych operacyjnych opisanych w pytaniu.


Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** serwet sterylnych operacyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** serwet sterylnych opisanych w pytaniu.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** serwet sterylnych z otworem opisanych w pytaniu.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 7** serwet sterylnych opisanych w pytaniu.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** serwet sterylnych z otworem opisanych w pytaniu.

 Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a


Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

