



Puck, dn. 17.05.2024 r.

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ambulansu drogowego typu B oraz ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym, znak ZP/11/2024

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
	Dotyczy części 1 i 2	
1.	<p>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne urządzenie do kompresji klatki piersiowej o parametrach zgodnych z wytycznymi ERC, wyposażone m.in. w dotykowy ekran, możliwość dłuższego niż wymagany czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym do 90 minut oraz możliwość pomiaru EtCO₂, a różniące się od wymagań przedstawionych w OPZ jedynie w niewielkim zakresie tj.:</p> <p>Ppkt. 2. Częstość kompresji w zakresie 100–120 uciśnień na minutę zgodnie z wytycznymi ERC tj. 110 u./min. (±3).</p> <p>Ppkt. 3. Głębokość kompresji 3–5,3cm (±3mm) z możliwością ustawienia predefiniowanej startowej głębokości kompresji.</p> <p>Ppkt. 11. Możliwość bezprzewodowej transmisji danych z RKO przez wbudowany moduł Bluetooth.</p> <p>Ppkt. 12. W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none">- przewód do ładowania urządzenia/akumulatorów w ambulansie (zasilanie 12V prądu stałego)- przewód zasilający ładowarkę zakończony wtykiem zabezpieczającym przed przypadkowym wypięciem- torba lub kontener transportowy (wymiary maksymalne urządzenia w torbie lub kontenerze transportowym wysokość ca 65 cm x szerokość ca 51 cm x głębokość ca 26 cm lub	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia do kompresji klatki piersiowej o parametrach opisanych w pytaniu.</p>

	<p>ca; 60 cm x 36 cm x 30 cm) (...) - waga urządzenia w gotowości do użycia maksymalnie 9 kg z obiema bateriami.</p> <p><u>Pozostałe parametry oferowanego urządzenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego.</u></p>	
2.	<p>Zamawiający w załączniku do SWZ opisującym Przedmiot Zamówienia Ambulans Drogowy typu C wraz z wyposażeniem medycznym, pkt. 55 Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej ppkt. 1 wymaga (cyt.) „<i>Sposób realizacji masażu według obowiązujących wytycznych ERC</i>” w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Czy Zamawiający w odniesieniu do przywołanych wytycznych ERC, które zalecają (cyt.) „<i>Kapnografię należy stosować w celu monitorowania jakości RKO</i>”, wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość pomiaru i wyświetlania wartości liczbowej kapnografii?</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.</p>
3.	<p>Zamawiający w załączniku do SWZ opisującym Przedmiot Zamówienia Ambulans Drogowy typu C wraz z wyposażeniem medycznym, pkt. 55 Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej ppkt. 12 wymaga dostarczenia 2 szt. akumulatorów w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość zadokowania obu akumulatorów w urządzeniu jednocześnie i automatycznego korzystania z nich jeden po drugim?</p>	<p>Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość zadokowania obu akumulatorów w urządzeniu jednocześnie i automatycznego korzystania z nich jeden po drugim.</p>

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 17.05.2024 r.