



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/2883/2022

Data: 14.07.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakiet nr 78 poz. 1

W związku z tym, że w ww. pozycji Zamawiający oczekuje papieru do Videoprintera Mitsubishi K65HM rozmiar 110 mm x 20 m bez nadruku, oraz w związku z tym, że Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania papieru kompatybilnego do Mitsubishi K65HM, prosimy o dopuszczenie papieru typu 110HD, zamiast jak podano w opisie 110S, ponieważ 110HD jest odpowiednikiem papieru K65HM. Papier K65HM to papier o wysokim połysku tak jak papier 110HD, podczas gdy 110S to papier matowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

