

Bolesławiec, 31 marca 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 25, ze zm.) na Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia poradni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Znak sprawy 7/PN/22

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 25 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Dotyczy zmiany treści Załącznika 2.2a- Tympanometr, pozycja 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu treści poz. 13. w tabeli z:

„Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym. Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdu/przejazdu pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej.”

Na:

„Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym. Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części (nie dotyczy napraw z powodu obsługi niezgodnej z instrukcją), dojazdu-przejazdu pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu treści Załącznika 2.2a- Tympanometr, pozycja 13.

Dotyczy zmiany treści Załącznika 2.2a- Tympanometr, pozycja 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu treści poz. 15. w tabeli z:

„Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych”

Na:

„Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas na usunięcie uszkodzenia – maksymalnie 30 dni roboczych, przy czym po 5 dniach roboczych Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenie/podzespół zastępczy do czasu zakończenia naprawy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu treści Załącznika 2.2a- Tympanometr, pozycja 15.

Dotyczy zmiany treści Załącznika 2.2a- Tympanometr, pozycja 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu treści poz. 17. w tabeli z:

„Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić”

Na:

„Wymiana sprzętu lub podzespołu urządzenia na nowy w razie wystąpienia awarii niemożliwej do usunięcia”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu treści Załącznika 2.2a- Tympanometr, pozycja 17.

Dotyczy zmiany treści umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu treści § 6 ust. 3 z:

„Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania gwarancji wykonywać także czynności serwisowe, przeglądy okresowe oraz kalibracje zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu medycznego, napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie producenta w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady, na swój koszt.”

Na:

„Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania gwarancji wykonywać także czynności serwisowe, przeglądy okresowe oraz kalibracje zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu medycznego, napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie producenta w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady, na swój koszt. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do wykonania naprawy dopuszczalny czas na usunięcie uszkodzenia to maksymalnie 30 dni roboczych, przy czym po 5 dniach roboczych Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenie/podzespół zastępczy do czasu zakończenia naprawy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu wykonywania czynności serwisowych, przeglądów okresowych oraz kalibracji zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu medycznego, napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie producenta. Zamawiający wyraża zgodę aby czas na usunięcie uszkodzenia wynosił maksymalnie 30 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do wykonania naprawy, przy czym po 5 dniach roboczych Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenie/podzespół zastępczy do czasu zakończenia naprawy.

Odpowiedzi udzieliła: KOZIARSKA Dominika Inspektor ds. Administracji i Zaopatrzenia
SUŁKOWSKA Agnieszka Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia