

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. Św. Józefa 53-59,
87-100 Toruń
tel. (56) 679 3496

adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-71/24

Toruń, dnia 19-06-2024r.

Specyfikacja **Warunków Zamówienia**

postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 221.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu stomatologicznego z podziałem na 6 zadań.

Kod CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne

I. Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. **Inne informacje ogólne.**

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie **ofert** przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: ***https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun-*** w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
4. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o **wartości równej lub przekraczającej progi unijne** ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w **formie elektronicznej** (art. 63 ust. 1 Pzp).
6. Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane **elektronicznie** muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu¹ (*opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl*) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **formularza składania oferty lub wniosku** (*po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania***).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez **oryginał** należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Oferta musi być:
 - 8.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 8.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 8.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz **wykazal, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
 - 11.1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić** lub **wycofać ofertę**. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko **jedną ofertę**. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentualne rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę sporządzone muszą być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć **tłumaczenie na język polski**.
16. Opatrzanie dokumentu elektronicznego w rozumieniu *art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi **150 MB** natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie **500 MB**.
18. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców** powinny być zgodne z *Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*.
19. **Zalecenia** dotyczące formatu składanych plików:
 - 19.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: **.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)** ze szczególnym wskazaniem na **.pdf**
 - 19.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a) **.zip**
 - b) **.7Z**
 - 19.3. Wśród formatów powszechnych, a **niewystępujących** w rozporządzeniu występują: **.rar .gif .bmp .numbers .pages**. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
 - 19.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
 - 19.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
 - 19.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - 19.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
 - 19.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
 - 19.9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza **“Wyślij wiadomość do zamawiającego”**, nie za pośrednictwem adresu email.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/pn/wsz.torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.
 - 19.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
 - 19.11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
 - 19.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
 - 19.13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze

skompresowanych plików.

- 19.14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 19.15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważnie będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

20. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

- 20.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy* (Dz.U. 2020, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie i w sposób określony w przepisach *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „**rozporządzenie**”.
- 20.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (**§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (**§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 *ustawy Pzp* (**§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (**§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z **tlumaczeniem na język polski**. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (**§ 5 rozporządzenia**).
- 20.7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (**§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się **cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu** opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 6 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia **zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej**, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:
- a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie

- zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
- b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 20.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.11. Przez **cyfrowe odwzorowanie**, o którym mowa w rozporządzeniu, **należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej**, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (**§ 6 ust. 5 rozporządzenia**).
- 20.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia)**.
- 20.13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 7 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
- a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) pełnomocnictwa - mocodawca.
- 20.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (**§ 8 rozporządzenia**).
- 20.17. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 - b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 - c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 - d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

21. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 21.1. Oferta musi być sporządzona **w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
- 21.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
- a) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SWZ);
 - b) załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i wymagane są

w SWZ na etapie składania oferty, np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączenie pliku w formacie .xls)*, *specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia*;

- c) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), *o ile ofertę podpisuje pełnomocnik*;
 - d) przedmiotowych środków dowodowych, *o ile są wymagane w postępowaniu*;
 - e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;
 - f) dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości, *o ile jest wymagane w postępowaniu*. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VII SWZ.
- 21.3. Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.
- 21.4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 21.5. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:
- a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
 - b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
 - c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
 - d) przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - e) przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
 - f) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
- 21.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
- W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun.

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. **WSzZ: TZ-280-71/24**.
 - 2.1. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:
 - Anna Wutrych – Krajewska, Dorota Peplau - w zakresie procedury postępowania,
 - Jerzy Jakubiak - w zakresie przedmiotu zamówienia
3. Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) i formularza „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**”.
 - 3.1. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „**Komunikaty**”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun do **konkretnego Wykonawcy**.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
8. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (*np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”*). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.
9. Zamawiający informuje, że **instrukcje** korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>**.
10. Zamawiający **nie dopuszcza** niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:
 - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,

- za pośrednictwem posłańca,
 - poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
- 11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.**
- 11.1.** Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 11.2.** Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminach, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
- 11.3.** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- 11.4.** W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 11.5.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun.
- 11.6.** W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun
- 12. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.**
- Nie dotyczy.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert.

- 1.1.** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **06-08-2024 r.**, do godziny **09:30**.
- 1.2.** Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 1.3.** Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 1.4.** Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 Pzp.
- 1.5.** Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 1.6.** Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

2. Termin otwarcia ofert.

- 2.1.** Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu **06-08-2024 r.**, o godzinie **10:00**.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
- 2.2.** Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie

określonym przez Zamawiającego w punkcie 2.1., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2.3. Zamawiający, najpóźniej **przed otwarciem ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.4. Zamawiający, niezwłocznie **po otwarciu ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na www.platformazakupowa.pl/pn/wszs.torun (w części dot. danego postępowania) w sekcji „Komunikaty”.

IV. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ.

2. W niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - tzw. „*procedura odwrócona*”.

W tej sytuacji, Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) - oświadczenie to wymagane będzie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców dwóch odrębnych oświadczeń wstępnych w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w formularzu „OFERTA” w pkt. VI i VII.

Jeżeli Wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej.

W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu sekcji α .

4. **Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp** (przesłanki obligatoryjne),
- **art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp** (przesłanki fakultatywne),
- **art. 7 ust. 1** ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497),
- **art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie”.

4.1. Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

4.1.1. *będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*

- a) *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
- b) *handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
- c) *o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.*
- d) *finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*
- e) *o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*
- f) *powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,*
- g) *przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*
- h) *o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;*

4.1.2. *jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;*

4.1.3. *wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;*

4.1.4. *wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;*

4.1.5. *jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- 4.1.6. *jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.*

4.2. Zgodnie z art. 109. ust. 1 pkt 4, 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę:

- 4.2.1. *w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.*
- 4.2.2. *który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwanie nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub reali-zacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;*
- 4.2.3. *który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;*
- 4.2.4. *który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;*
- 4.2.5. *który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

- 4.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty **nieproporcjonalne**, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

4.4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:

- 4.4.1. *wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;*
- 4.4.2. *wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.1124) jest osoba wymieniona w wykazach*

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

4.4.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4.5. Na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wykluczeniu podlegają także Wykonawcy objęci nw. przepisem:

„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.

4.6. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.

4.7. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w **art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10** ustawy Pzp, **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, **art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych**, którymi są:

- 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ.

- 3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 - e) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.

- 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 5) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7a do SWZ.

- 6) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7b do SWZ.

- 4.8. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7–10 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 4.9.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

4.9.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

4.9.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszemu przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
- b) zreorganizował personel,
- c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
- d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
- e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebrzeżenie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4.10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególnie okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

4.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania **poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast:

a) *informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych... – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych....*
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

– nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4.12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych..., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

4.13. *Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.*

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ)** - Zał. Nr 8 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **środków dowodowych** w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) wykaz minimum 1 dostawy wykonanej w zakresie sprzętu medycznego o wartości dla poszczególnych zadań:

- Zadanie Nr 1 – 68.558,75 zł,
- Zadanie Nr 2 – 253.248,06 zł,
- Zadanie Nr 3 – 43.443,75 zł,
- Zadanie Nr 4 – 91.686,39 zł,
- Zadanie Nr 5 – 42.345,00 zł,
- Zadanie Nr 6 – 42.345,00 zł,

brutto, dostawa w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia może spełniać wymogi określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę na kilka zadań może wykazać się wykonaną minimum 1 dostawą o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań. Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

7. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, **jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie**, chyba że:
- 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 7.1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
- 7.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
- 7.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
- 8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 8.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - 8.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. **Udostępnienie zasobów.**
- 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 - 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 - 9.3. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także **badą, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy - nie**

dotyczy to jednak oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- 9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 9.5. **Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**
- 9.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, **Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.**
- 9.7. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wskazuje czy polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

10. Podwykonawstwo.

- 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 10.2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
- 10.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego po Wykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
- 10.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
- 10.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 10.6. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca wskazuje czy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości.

V. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest :**dostawa sprzętu stomatologicznego z podziałem na 6 zadań.**
- 1.2. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.
- 1.3. **Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/6 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.**
- 1.4. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określają Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/6a do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
- 1.5. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
- 1.6. **Okres gwarancji** na oferowany sprzęt: wg zaproponowanych warunków w „*formularzu ofertowym*“ - Zał. Nr 1 do SWZ, **ale nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.**
- 1.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert „**równoważnych**”, w odniesieniu do wszystkich cech przedmiotu zamówienia (np. parametru, funkcji, wyrobu, elementu usługi) lub zapisów w SWZ, gdzie opis nastąpił lub mógł nastąpić przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, symboli, itp., określenia te należy rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „**lub równoważny**”. Przez rozwiązania „**równoważne**“ rozumie się zapewnienie standardów jakościowych na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały/parametry/funkcje/ itp. określenia) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego i spełniają określone wymagania.
- 1.8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania **w równoważnym** stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 1.9. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 6 zadań.
4. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** (art. 105-107 ustawy Pzp).
 - 6.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub

kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający **wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

6.2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

6.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

6.5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

6.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących **przedmiotowych środków dowodowych**:

a) oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego – *dotyczy tylko sytuacji, gdy oferowany wyrób jest wyrobem medycznym.*

Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.

b) katalogów/prospektów/charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno użytkowych oferowanego sprzętu/akcesoriów.

7. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

7.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.2. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

VI. Termin wykonywania zamówienia.

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż w ciągu **30 dni** na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.
2. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca

dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.

VII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości dla poszczególnych zadań w wysokości
 - Zadanie Nr 1 – 2.285,29 zł
 - Zadanie Nr 2 – 8.441,60 zł
 - Zadanie Nr 3 – 1.448,12 zł
 - Zadanie Nr 4 – 3.056,21 zł
 - Zadanie Nr 5 – 1.411,50 zł
 - Zadanie Nr 6 – 1.411,50 zł

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i utrzymywane do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń
Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424**

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu - Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24**

- 2.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie **gwarancji lub poręczenia**, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w **postaci elektronicznej**. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (*z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne*) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, albo wskazanie w treści gwarancji, że przez Wykonawcę (Zlecającego) należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym dokumencie ale i wszystkich Wykonawców, z którymi zdecydował się on złożyć ofertę wspólną.
3. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.**

4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
 - 5.1. upływu terminu związania ofertą;
 - 5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
 - 6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 6.2. którego oferta została odrzucona;
 - 6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi **oświadczenia** o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający **zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - 9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - 9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 9.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

VIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni **od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03-11-2024r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**
2. **W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,** Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy do Zamawiającego.

- 1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.*
- 1.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzór specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej - **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/6 do SWZ**. Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“ - **Załącznik Nr 1 do SWZ**.
2. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – **60 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
 - 3.1. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
 - a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Ocena jakości technicznej	30%
Okres gwarancji	10%

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SWZ
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 - 5.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
 - 5.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).
 - 6.1. **Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty**, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- 6.2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje **równocześnie** Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1. **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. **Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone** – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 1.3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
 - 1.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
 - 3.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256-257 ustawy Pzp.
 - 3.2. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255–258 Pzp.
 - 3.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (*zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania*), w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 - 5.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje **aukcji elektronicznej**.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie **umowy ramowej**.
3. Zamawiający nie przewiduje **zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:
 - 7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
- kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, *przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;*
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych³;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁴; *przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługują Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

² informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

³ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁴ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia - **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/6.**
3. Określenie parametrów techniczno-użytkowych zamawianego sprzętu – **Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/6a.**
4. Sposób oceny kryteriów – **Załącznik Nr 3.**
5. Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik Nr 4.**
6. Wzór umowy- **Załącznik Nr 5.**
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
8. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – **Załącznik Nr 7.**
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7a.**
10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 z dnia 08 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7b.**
11. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8. (ODRĘBNY PLIK).**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

dnia

Oferta

I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....
10. BDO:
11. Rodzaj Wykonawcy:
(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)
12. Adres e-mail i nr faksu na które Zamawiający będzie mógł składać zamówienia
.....
(podać)

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę sprzętu stomatologicznego z podziałem na 6 zadań**, opublikowanego w Dz.U. U.E Nr.....

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1 (Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej)

a) Cena netto ogółem:słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

b) Okres gwarancji:

(określić: nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

Zadanie Nr 2 (Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji)

a) Cena netto ogółem:słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

b) Okres gwarancji:

(określić: nie krócej niż **24 miesiące**, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

Zadanie Nr 3 (Poradnia Stomatologii Dziecięcej)

a) Cena netto ogółem:słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

b) Okres gwarancji:

(określić: nie krócej niż **24 miesiące**, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

Zadanie Nr 4 (Poradnia Stomatologii Protetycznej)

a) Cena netto ogółem:słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

b) Okres gwarancji:

(określić: nie krócej niż **24 miesiące**, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

Zadanie Nr 5 (Poradnia Chirurgii Szcękowej)

a) Cena netto ogółem:słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

b) Okres gwarancji:

(określić: nie krócej niż **24 miesiące**, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

Zadanie Nr 6 (Poradnia Chirurgii Stomatologicznej)

a) Cena netto ogółem:słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

b) Okres gwarancji:

(określić: nie krócej niż **24 miesiące**, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

V. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: **60 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497),

VII. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1, który stanowi, że:

„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.“

UWAGA!

Należy załączyć do oferty wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazać, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia”.

VIII. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż w ciągu **30 dni** na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.

IX. Akceptujemy termin płatności w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

X. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

XI. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas **90** dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XII. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

XIII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XIV. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie*/nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: + % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XV. Inne informacje Wykonawcy w tym:

1. informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy*):
.....

2. informacje dotyczące polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Tak/Nie *

(jeżeli Tak, należy złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby

zgodnie z wymogiem określonym w Rozdz. IV pkt 9.2 SWZ)

XVI. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁶

XVII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XVIII. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
(wymienić załączniki)

XIX. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁶ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 1

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Unit stomatologiczny z wyposażeniem (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/1a do SWZ).	1 kpl.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 2

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Unit stomatologiczny z wyposażeniem (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2a do SWZ).	4 kpl.					
2.	Mikroskop stomatologiczny (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2b do SWZ).	1 szt.					
3.	Aparat wewnętrzny RTG z radiografią cyfrową (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2c do SWZ).	1 szt.					
4.	Mieszalnik do mas wyciskowych (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2 c do SWZ).	1 szt.					
5.	Mikrosilnik z endometrem (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2 c do SWZ).	1 szt.					

6.	Lampa polimeryzacyjna (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2 c do SWZ).	1 szt.					
7.	Endometr (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2 c do SWZ).	1 szt.					
8.	Mikrosilnik z endometrem (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2 c do SWZ).	1 szt.					
9.	Zestaw do wypełniania kanałów gutaperką (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2 c do SWZ).	1 szt.					
10.	Skaler wolnostojący z pojemnikiem (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2 c do SWZ).	1 szt.					
11.	Zestaw do usuwania złamanych narzędzi (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2 c do SWZ).	3 szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:							

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 3

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Unit stomatologiczny z wyposażeniem (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/3a do SWZ).	1 kpl.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 4

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Unit stomatologiczny z wyposażeniem (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/4a do SWZ).	2 kpl.					
2.	Zgrzewarka (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/4b do SWZ).	1 szt.					
3.	Mieszalnik do alginatów (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/4b do SWZ).	1 szt.					
4.	Mieszalnik do mas wyciskowych (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/4b do SWZ).	2 szt.					
5.	Pistolet do mas wyciskowych (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/4b do SWZ).	2 szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:							

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 5

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Unit stomatologiczny z wyposażeniem (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/5a do SWZ).	1 kpl.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 6

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Unit stomatologiczny z wyposażeniem (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/6a do SWZ).	1 szt.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Załącznik Nr 2/1a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 1

1. Pełna nazwa urządzenia: **Unit stomatologiczny z wyposażeniem – 1 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2023**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz	TAK		
2.	Automatyczne odcięcie powietrza i wody w unicie po wyłączeniu wyłącznika elektrycznego	TAK		
3.	Unit wraz ze spluwaczką mocowane do podłoża – fotel podwieszony bez kontaktu z podłożem.	TAK		
4.	Stolik lekarza wyposażony standardowo w minimum 5 aktywnych gniazd do rękawów, możliwość uzupełnienia, montażu rękawów wraz z instrumentami w dowolnym czasie	TAK		
5.	Rękawy podawane „od góry”, regulacja naciągu sprężyn ramienia indywidualna dla każdego z instrumentów	TAK		
6.	Przejęcie ciężaru instrumentu przez ramię / rękaw	TAK		
7.	Zintegrowany system antyrekacyjny	TAK		
8.	Programowanie parametrów unitu i fotela dla indywidualnych ustawień - minimum 5 lekarzy - opisać zasadę, podać liczbę lekarzy	TAK, podać		5 lekarzy - 0 pkt. powyżej 5 lekarzy - 10 pkt.
9.	Dostępna ilość programów dla każdego z lekarzy (minimum 1)	TAK, podać		1 – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
10.	Możliwość obsługi zewnętrznych urządzeń peryferyjnych za pomocą klawiszy dostępnych w stoliku lekarza i asysty	TAK/ podać		
11.	Przedmuchi narzędzi obrotowych uruchamiany ze sterownika nożnego	TAK		
12.	Regulacja natężenia sprayu na panelu sterującym unitu lub w szybkozłączce	TAK/podać		
13.	Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji układu wodnego wraz z rękawami instrumentów poprzez zintegrowany system wewnątrz unitu – brak zewnętrznej butli	TAK		
14.	Stolik lekarza z dotykowym ekranem	TAK		
15.	Możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami poprzez połączenie USB	TAK		
16.	Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego	TAK		
17.	Możliwość wyświetlania zdjęć RTG na panelu stolika lekarza	TAK		
18.	Bezprzewodowy sterownik nożny	TAK		

PODSTAWOWE MODUŁY

Tacka na narzędzia				
19.	Tacka ze stali nierdzewnej, obrotowa zamocowana do stolika lekarza na metalowym, dwuprzegubowym ramieniu	TAK		
20.	Możliwość sterylizacji tacki	TAK		
Dmuchałka stolika lekarza				
21.	3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska	TAK/ podać		
Mikrosilnik x 2				
22.	Elektryczny bezszczotkowy	TAK		
23.	Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux	TAK, podać		
24.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
25.	Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika	TAK		
26.	Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000	TAK, podać		
27.	Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
28.	Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Kątnica x 2				
29.	Przełożenie obrotów 1:1	TAK		
30.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
31.	Mocowanie wiertła systemem na przycisk	TAK		
32.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
33.	Kątnica ze światłem	TAK		
Prostnica x 2				
34.	Przełożenie obrotów min. 1:1	TAK		
35.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
36.	Mocowanie wiertła systemem chuch – poprzez przekręcenie prostnicy	TAK		
37.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
38.	Prostnica bez światła	TAK		
Prostnica chirurgiczna x 6				
39.	Przełożenie obrotów min. 1:1	TAK		
40.	Zewnętrzny system chłodzenia	TAK		
41.	Mocowanie wiertła systemem chuch – poprzez przekręcenie prostnicy	TAK		
42.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		

43.	Prostnica ze światłem min. 25 000 lux	TAK, podać		
Skaler piezoelektryczny				
44.	Trzy końcówki standardowe	TAK		
45.	Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera	TAK		
46.	Skaler ze światłem min. 25 000 lux	TAK, podać		
Silnik chirurgiczny				
47.	Elektryczny bezszczotkowy	TAK		
48.	Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux	TAK, podać		
49.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
50.	Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika	TAK		
51.	Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000	TAK, podać		
52.	Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
53.	Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie	TAK		
54.	Silnik zintegrowany w unicie obsługiwany sterownikiem nożnym unitu	TAK		
55.	Możliwość ustawienia za pomocą wyświetlacza na stoliku lekarza	TAK		
56.	Zintegrowana z unitem pompa soli NaCl	TAK		
57.	Włączenie/wyłączenie pomy soli NaCl ze sterownika nożnego unitu	TAK		
Fotel pacjenta				
58.	Programowanie pozycji zabiegowych (minimum 4 pozycje)	TAK, podać		
59.	Wysokość pozycji „do spluwaczki” dopasowująca się automatycznie do wysokości pacjenta.	TAK		
60.	Zaglówek dwuprzegubowy z regulacją wysokości	TAK		
61.	Tapicerka bezszwowa	TAK		
62.	Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie)	TAK		
63.	Zakres pracy fotela w płaszczyźnie pionowej od 350 mm do 900 mm.	TAK, podać		
64.	Regulacja wysokości oparcia – niezależnie od siedziska.	TAK		
65.	Możliwość zmiany położenia siedziska za pomocą silnika elektrycznego regulowane ze stolika lekarza i asysty.	TAK		
66.	Fotel zabezpieczony mikrowyłącznikami bezpieczeństwa. Zatrzymanie ruchu fotela po najechaniu fotela na przeszkodę.	TAK		

67.	Sterowanie ruchami fotela i wywoływanie zaprogramowanych pozycji z pulpitu lekarza i asysty oraz sterownikiem nożnym. Sterownik nożny umożliwiający sterowanie pracą urządzeń stomatologicznych.	TAK		
Lampa zabiegowa				
68.	Płynna lub wielostopniowa regulacja natężenia światła	TAK		
69.	Włącznik bezdotykowy	TAK		
70.	Natężenie światła do 40.000 lux	TAK, podać		
71.	Światło zbliżone do dziennego	TAK		
72.	Możliwość regulacji temperatury koloru światła od 4000 K do 6000 K.	TAK, podać		
73.	Dwa tryby pracy standard i „z kompozytem”	TAK		
74.	Możliwość oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego	TAK		
System ślinociąg + ssak				
75.	Unit przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym	TAK		
76.	Rękawy ssaka i ślinociągu wyposażone w sitko. Możliwość oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi	TAK		
77.	Możliwość zainstalowania dwóch ślinociągów	TAK		
78.	Wyposażony w system automatycznego opłukiwania wodą i środkiem dezynfekcyjnym	TAK		
79.	Automatyczne załączanie ssania poprzez podniesienie jednego z rękawów ssących	TAK		
80.	Płynna regulacja siły ciągu ślinociągu i ssaka	TAK		
Blok spluwaczki				
81.	Miska spluwaczki wykonana z porcelany, obracana o min. 260 stopni.	TAK		
82.	Splukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		
83.	Napełnianie kubeczka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		
Inne				
84.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
85.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		

86.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
87.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
88.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
89.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące	TAK podać		
90.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
91.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
92.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
93.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 85 i 92 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 2/2a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 2

1. Pełna nazwa urządzenia: **Unit stomatologiczny z wyposażeniem – 4 kpl.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz	TAK		
2.	Automatyczne odcięcie powietrza i wody w unicie po wyłączeniu wyłącznika elektrycznego	TAK		
3.	Unit wraz ze spluwaczką oraz fotelem mocowane do podłoża	TAK		
4.	Stolik lekarza wyposażony standardowo w minimum 5 aktywnych gniazd do rękawów, możliwość uzupełnienia, montażu rękawów wraz z instrumentami w dowolnym czasie	TAK		
5.	Rękawy podawane „od góry”, regulacja naciągu sprężyn ramienia indywidualna dla każdego z instrumentów	TAK		
6.	Przejęcie ciężaru instrumentu przez ramię / rękaw	TAK		
7.	Zintegrowany system antyrekcyjny	TAK		
8.	Programowanie parametrów unitu i fotela dla indywidualnych ustawień - minimum 5 lekarzy - opisać zasadę, podać liczbę lekarzy	TAK, podać		5 lekarzy - 0 pkt. powyżej 5 lekarzy - 10 pkt.
9.	Dostępna ilość programów dla każdego z lekarzy (minimum 1)	TAK, podać		1 – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
10.	Możliwość obsługi zewnętrznych urządzeń peryferyjnych za pomocą klawiszy dostępnych w stoliku lekarza i asysty	TAK/ podać		
11.	Przedmuchi narzędzi obrotowych uruchamiany ze sterownika nożnego	TAK		
12.	Regulacja natężenia sprayu na panelu sterującym unitu lub w szybkozłączce	TAK/podać		
13.	Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji układu wodnego wraz z rękawami instrumentów poprzez zintegrowany system wewnątrz unitu – brak zewnętrznej butli	TAK		
14.	Stolik lekarza z dotykowym ekranem	TAK		
15.	Możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami poprzez połączenie USB	TAK		
16.	Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego	TAK		
17.	Możliwość wyświetlania zdjęć RTG na panelu stolika lekarza	TAK		
18.	Bezprzewodowy sterownik nożny	TAK		
PODSTAWOWE MODUŁY				

Tacka na narzędzia				
19.	Tacka ze stali nierdzewnej, obrotowa zamocowana do stolika lekarza na metalowym, dwuprzegubowym ramieniu	TAK		
20.	Możliwość sterylizacji tacki	TAK		
Dmuchawka stolika lekarza				
21.	3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska	TAK/ podać		
Mikrosilnik				
22.	Elektryczny bezszczotkowy	TAK		
23.	Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux	TAK, podać		
24.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
25.	Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika	TAK		
26.	Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000	TAK, podać		
27.	Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
28.	Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Mikrosilnik z funkcją ENDO				
29.	Elektryczny bezszczotkowy	TAK		
30.	Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux	TAK, podać		
31.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
32.	Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika	TAK		
33.	Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000	TAK, podać		
34.	Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
35.	Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
36.	Funkcja ENDO	TAK		
Turbina x 3				
37.	Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkołączka)	TAK		
38.	Czterodrożny spray	TAK		
39.	Ceramiczne łożyska	TAK		
40.	Szerokokątny światłowód	TAK		
41.	Wymienny mikrofiltr wody	TAK		
42.	System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu (anti-suck-back system)	TAK		

Kątnica x 3				
43.	Przełożenie obrotów 1:1	TAK		
44.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
45.	Mocowanie wiertła systemem na przycisk	TAK		
46.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
47.	Szerokokątny światłowód	TAK		
48.	Kątnica ze światłem	TAK		
Kątnica				
49.	Przełożenie obrotów 1:5	TAK		
50.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
51.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
52.	Szerokokątny światłowód	TAK		
53.	Kątnica ze światłem	TAK		
Skaler piezoelektryczny				
54.	Trzy końcówki standardowe	TAK		
55.	Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera	TAK		
56.	Skaler ze światłem min. 25 000 lux	TAK, podać		
57.	Dodatkowe zestawy końcówek – 4 komplety	TAK		
Lampa polimeryzacyjna				
58.	Lampa diodowa o mocy min. 1200 mW/cm ²	TAK, podać		
59.	Trzy stopnie intensywności światła.	TAK		
60.	Światłowód o średnicy 5,0 – 6,0 mm	TAK, podać		
Fotel pacjenta				
61.	Programowanie pozycji zabiegowych (minimum 4 pozycje)	TAK, podać		
62.	Wysokość pozycji „do spluwaczki” dopasowująca się automatycznie do wysokości pacjenta.	TAK		
63.	Zagłówek dwuprzegubowy z regulacją wysokości	TAK		
64.	Tapicerka bezszwowa	TAK		
65.	Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie)	TAK		
66.	Zakres pracy fotela w płaszczyźnie pionowej od 350 mm do 830 mm.	TAK, podać		
67.	Regulacja wysokości oparcia – niezależnie od siedziska.	TAK		

68.	Możliwość zmiany położenia siedziska za pomocą silnika elektrycznego regulowane ze stolika lekarza i asysty.	TAK		
69.	Fotel zabezpieczony mikrowyłącznikami bezpieczeństwa. Zatrzymanie ruchu fotela po najechaniu fotela na przeszkodę.	TAK		
70.	Sterowanie ruchami fotela i wywoływanie zaprogramowanych pozycji z pulpitu lekarza i asysty oraz sterownikiem nożnym. Sterownik nożny umożliwiający sterowanie pracą urządzeń stomatologicznych.	TAK		
Lampa zabiegowa				
71.	Płynna lub wielostopniowa regulacja natężenia światła	TAK		
72.	Włącznik bezdotykowy	TAK		
73.	Natężenie światła do 40.000 lux	TAK, podać		
74.	Światło zbliżone do dziennego	TAK		
75.	Możliwość regulacji temperatury koloru światła od 4000 K do 6000 K.	TAK, podać		
76.	Dwa tryby pracy standard i „z kompozytem”	TAK		
77.	Możliwość oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego	TAK		
System ślinociąg + ssak				
78.	Unit przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym	TAK		
79.	Rękawy ssaka i ślinociągu wyposażone w sitko. Możliwość oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi	TAK		
80.	Możliwość zainstalowania dwóch ślinociągów	TAK		
81.	Wyposażony w system automatycznego opłukiwania wodą i środkiem dezynfekcyjnym	TAK		
82.	Automatyczne załączanie ssania poprzez podniesienie jednego z rękawów ssących	TAK		
83.	Płynna regulacja siły ciągu ślinociągu i ssaka	TAK		
Blok spluwaczki				
84.	Miska spluwaczki wykonana z porcelany, obracana o min. 260 stopni.	TAK		
85.	Splukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		
86.	Napełnianie kubeczka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		
Inne				
87.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		

88.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
89.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
90.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
91.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
92.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące	TAK podać		
93.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
94.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
95.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
96.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 88 i 95 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 2/2b
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 2

1. Pełna nazwa urządzenia: **Mikroskop stomatologiczny – 1 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
Optyka i powiększenia				
1.	Układ soczewek apochromatycznych.	TAK		
2.	Podstawa stereo 24mm .	TAK		
3.	Pole obrazowania 82-13 mm (przy powiększeniu 10x i obiektywie 250 mm) .	TAK		
4.	Tubus binokularowy, regulowany w zakresie 0 do 180° .	TAK		
5.	Ręczna, apochromatyczna zmiana powiększenia w min.5 krokach.	TAK/ podać		
6.	Okular standardowy 12,5x/17B .	TAK		
7.	Obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie 200-300 mm, z manualną regulacją ostrości.	TAK		

Oświetlenie

8.	Zintegrowana z głowicą mikroskopu lampa z dwoma diodami LED, bez światłowodów.	TAK		
9.	Żywotność LED min. 50.000 godzin dla kryterium końca żywotności w wysokości 70% początkowej jasności; Produkt LED klasy 1.	TAK, podać		50000 h - 0 pkt. największa żywotność - 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej
10.	Natężenie oświetlenia min. 100.000 lux. na odległość 250 mm .	TAK, podać		
11.	Wbudowany filtr pomarańczowy.	TAK		
12.	Wbudowana przesłona punktowa.	TAK		
13.	Płynna regulacja intensywności oświetlenia przy użyciu pokrętki na przystawce optyki w głowicy mikroskopu.	TAK		

Ergonomia i obsługa

14.	Uchwyty boczne ze zdejmowanymi osłonkami z możliwością dezynfekcji i sterylizacji.	TAK, podać		
15.	Możliwość stałego ustawienia uchwytów pod różnym kątem w minimum 5 pozycjach.	TAK, podać		
16.	Szkló ochronne na obiektyw z możliwością sterylizacji.	TAK		
17.	Zasięg ramienia wysięgnika min. 1775 mm.	TAK, podać		
18.	Przeciwwaga do zrównoważenia przystawki optyki.	TAK		

19.	Powłoka antybakteryjna.	TAK		
20.	Odpinane pokrętko hamulca ramienia.	TAK		
21.	Mikroskop montowany na maszcie lampy unitu stomatologicznego.	TAK		
Inne				
22.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
23.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
24.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
25.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
26.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
27.	Okres gwarancji – min. 24 miesiące	TAK podać		
28.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
29.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
30.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
31.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 23 i 30 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 2

1. Pełna nazwa urządzenia:

Aparat wewnętrzny RTG z radiografią cyfrową – 1 szt.

Mieszalnik do mas wyciskowych – 1 szt.

Mikrosilnik z endometrem – 1 szt.

Lampa polimeryzacyjna – 1 szt.

Endometr – 1 szt.

Mikrosilnik z endometrem – 1 szt.

Zestaw do wypełniania kanałów gutaperką – 1 zest.

Skaler wolnostojący z pojemnikiem – 1 szt. Zestaw do usuwania złamanych narzędzi – 3 szt.

2. Nazwa i typ/model (podać dla każdej pozycji):

3. Producent (podać dla każdej pozycji):

4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
I. Aparat wewnętrzny RTG				
1.	Duży wyświetlacz LCD z kolorowym podświetleniem	TAK		
2.	Ognisko lampy: 0,4 mm	TAK		
3.	Napięcie anodowe: 60 kV lub 70 kV	TAK, podać		
4.	Prąd anodowy: 7 mA	TAK		
5.	Indywidualny wybór rodzaju obrazowania	TAK		
6.	Trzy długości ramienia poprzecznego do wyboru	TAK		
7.	Komunikaty o stanie aparatu sygnalizowane kolorowym podświetleniem wyświetlacza: niebieski, biały, żółty, czerwony	TAK		
8.	Trzy możliwości mocowania aparatu: na ścianie, na suficie lub na wózku jezdnym	TAK		
9.	Czas ekspozycji: od 0,01 do 3,1 s	TAK		

Radiografia cyfrowa

10.	Aparat RTG i radiografia tego samego producenta	TAK		
11.	Rozdzielczość czujnika: teoretyczna min. 32 pl/mm, praktyczna min. 26 pl/mm	TAK, podać		
12.	Technologia czujnika CMOS-APS	TAK		
13.	Możliwość wymiany przewodu samodzielnie przez użytkownika	TAK		
14.	Długość przewodu czujnika min. 2,5 m	TAK, podać		
15.	Powłoka czujnika CSL	TAK		
16.	Aktywna powierzchnia czujnika: 20,0 x 30,0 mm	TAK		

17.	Wymiary zewnętrzne czujnika maks. 25,5 x 38,5 mm	TAK, podać		
II. Mieszalnik do mas wyciskowych				
18.	Do automatycznego mieszania wszystkich mas wyciskowych Penta	TAK		
19.	Wymiary zewnętrzne: max. dł. 285 mm x szer. 230 mm x wys.285 mm	TAK, podać		
20.	Tempo wyciskania min. 150 ml/min	TAK, podać		
21.	Masa urządzenia poniżej 10,0 kg	TAK, podać		
22.	Wbudowany czujnik wykrywający etykietę Penta	TAK		
23.	Możliwość zamontowania na ścianie	TAK		
24.	Maksymalna prędkość przesuwania tłoka 45 mm/min	TAK		
25.	Siła wyciskania do min. 6500 N	TAK, podać		
26.	Łatwa wymiana pojemników i końcówek mieszających	TAK		
III. Mikrosilnik z endometrem				
27.	Biblioteka pilnków ze wstępnie ustawionymi programami	TAK		
28.	Technologia Dynamic Accuracy	TAK		
29.	Tryby pracy : obrotowy i recyproklany	TAK		
30.	Opatentowany bezczujnikowy system zapewniający informację zwrotną odnośnie prędkości i momentu obrotowego w zakresie 360 stopni	TAK		
31.	Zdemowalna i sterylizowalna metalowa osłona mikrosilnika	TAK		
32.	Przycisk włączania i wyłączania na rękojeści silnika lub opcjonalny bezprzewodowy sterownik nożny	TAK, podać		
33.	Interfejs z ekranem dotykowym 7 cali	TAK		
34.	Mini kątница z wbudowaną diodą LED o mocy 10 lumenów	TAK		
35.	Akumulator litowo - jonowy	TAK		
36.	Pełne naładowanie akumulatora w ciągu 1 godziny	TAK		
37.	Zakres momentu obrotowego: 0,2 Ncm -7,5Ncm	TAK, podać		
38.	Sterylizowalna osłona rękojeści i kątница	TAK		
39.	Możliwość aktualizacji oprogramowania przez Wi-Fi	TAK		
IV. Lampa polimeryzacyjna				
40.	Lampa w technologii bezprzewodowej	TAK		
41.	Metalowa obudowa	TAK		
42.	Intuicyjna obsługa, 2 przyciski do obsługi	TAK		

43.	Akumulator litowo – jonowy	TAK		
44.	Czas pracy lampy przy pełnym naładowaniu akumulatora min. 120 minut	TAK, podać		120 min. – 0 pkt. Najdłuższy czas – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
45.	Moc emitowanego światła > 1450 mW/cm ²	TAK, podać		
46.	Długość fali 430 – 480 nm	TAK		
47.	Równomierna polimeryzacja nawet na dnie głębokich ubytków	TAK		
48.	Światłowod o średnicy 10 mm	TAK		

V. Endometr

49.	Kolorowy wyświetlacz 3,5 cala TFT z panelem obsługi.	TAK		
50.	Dotykowy ekran	TAK		
51.	Powierzchnia aktywna wyświetlacza 70 x 53 mm	TAK		
52.	Ciężar max. 350 g	TAK		
53.	Akumulator NiMH	TAK		
54.	Wymiary zamkniętego endometru: szer. 101 mm, dł.110 mm, grubość 27 mm (+/- 3mm)	TAK		
55.	Wymiary endometru w gotowości do pracy: szer. 101 mm, dł.110 mm, wysokość 97 mm(+/- 3mm)	TAK, podać		
56.	Ładowarka – prąd wyjściowy 5V i 1000 mA	TAK		

VI. Mikrosilnik z endometrem

57.	Fabrycznie zaprogramowana prędkość i moment obrotowy dla większości systemów NiTi	TAK		
58.	Automatyczne funkcje bezpieczeństwa: AUTO-STOP REVERSE ANA – specjalny program do skomplikowanych anatomicznie kanałów korzeniowych	TAK		
59.	Program umożliwiający zapamiętanie 15 indywidualnych ustawień prędkości i momentu obrotowego	TAK		
60.	Tryby pracy: recyprokalny i obrotowy	TAK		
61.	Wymiary zewnętrzne maks. 210 x 90 x 95 mm (+/- 3mm)	TAK, podać		
62.	Ciężar: maks. 1,1 kg	TAK, podać		
63.	Zakres momentu obrotowego: od 0,2 do 5,0 Ncm	TAK, podać		
64.	Zakres prędkości obrotowej na rękojeści mikrosilnika: 1200 – 19200 obr/min w trybie rotacyjnym	TAK		
65.	Akumulator NiMH 2000 mAh	TAK		

VII. Zestaw do wypełniania kanałów gutaperką

66.	Kompletny zestaw do termoplastycznego wypełniania kanałów gutaperką.	TAK		
-----	----------------------------------------------------------------------	-----	--	--

67.	Łatwe wypełnianie kanałów techniką kondensacji pionowej.	TAK		
68.	Gwarantowane wypełnienie kanałów bocznych	TAK		
69.	Wypełnienie kanału bezpośrednio do pożądanej wysokości.	TAK		
70.	Systemy Downpack i Bacfill w jednym urządzeniu	TAK		
71.	Prosta nawigacja za pomocą przycisków	TAK		
72.	Thermal response Tip – tester do badania wrażliwości miazgi	TAK		
73.	Czytelny wyświetlacz i panel sterujący	TAK		
74.	Łatwe zapisywanie preferowanych ustawień za pomocą 2 przycisków	TAK		
75.	Ergonomiczna końcówka z możliwością obrotu 360 stopni	TAK		
76.	Dawkowanie gutaperki sterowane precyzyjnie przez mikrosilnik.	TAK		
77.	Sygnalizacja niebieskimi diodami, która końcówka jest aktywna.	TAK		
78.	Wymiary konsoli: 112 x 150 x 152 mm (+/- 3mm)	TAK, podać		
79.	Ciężar : maks. 1,6 kg	TAK, podać		
80.	Plugger wykonany ze stali nierdzewnej	TAK		
81.	Maksymalny czas ciągłego nagrzewania uchwytu Pack: 10 s w temperaturze powyżej 200 stopni 15 s w temperaturze równej lub poniżej 200 stopni	TAK		
VIII. Skaler wolnostojący z pojemnikiem				
82.	Przejrzysty panel sterujący z możliwością identyfikacji nastawionej mocy – 35 ustawień	TAK		
83.	Regulacja ilości podawanej wody	TAK		
84.	Tryby pracy: Z chłodzeniem – praca ciągła Bez chłodzenia – cykl pracy 10% w ciągu 10 minut	TAK, podać		
85.	Zakres częstotliwości: 24 – 32 kHz	TAK, podać		
86.	Skaler ze światłem LED	TAK		
87.	Pojemność butelki 350 ml	TAK, podać		
88.	Wymiary: 170 mm x 135 mm x 96 mm (+/- 3mm)	TAK		
89.	Ciężar : maks. 600 g	TAK, podać		
90.	Odłączany rękaw	TAK		
91.	Dwustopniowy sterownik nożny	TAK		
92.	Końcówki w standardzie EMS	TAK		
IX. Zestaw do usuwania złamanych narzędzi				

93.	System pozwalający na bezpieczne usunięcie fragmentu złamanego narzędzia z kanału korzeniowego	TAK		
94.	Konstrukcja rękojeści umożliwiająca pewne złapanie narzędzia, bez względu na jego położenie w kanale korzeniowym.	TAK		
95.	System składający się z 4 elementów : rękojeści, kalibratora, końcówki z pętlą nitinolową i sprężyny	TAK, podać		
96.	Rękojeść z wysokiej jakości stali chirurgicznej	TAK		
97.	System dostosowany do każdego rodzaju kanału korzeniowego	TAK		
98.	Rękojeść nadająca się do sterylizacji	TAK, podać		
99.	Kalibrator umożliwiający skalibrowanie pętliki do pożądanego rozmiaru i kształtu	TAK		
100.	Kończówka z pętlą – cienka i elastyczna igła oraz elastyczna i wytrzymała pętlika	TAK, podać		
101.	Sprężyna umożliwiająca całkowitą kontrolę napięcia pętli oraz jej wysokości	TAK		
102.	Możliwość dobierania twardości sprężyny	TAK		
Inne				
103.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
104.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
105.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
106.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
107.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
108.	Okres gwarancji – min. 24 miesiące	TAK podać		
109.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
110.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
111.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
112.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 104 i 111 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 2/3a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 3

1. Pełna nazwa urządzenia: **Unit stomatologiczny z wyposażeniem – 1 kpl.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2023**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz	TAK		
2.	Automatyczne odcięcie powietrza i wody w unicie po wyłączeniu wyłącznika elektrycznego	TAK		
3.	Unit wraz ze spluwaczką oraz fotelem mocowane do podłoża	TAK		
4.	Stolik lekarza wyposażony standardowo w minimum 5 aktywnych gniazd do rękawów, możliwość uzupełnienia, montażu rękawów wraz z instrumentami w dowolnym czasie	TAK		
5.	Rękawy podawane „od góry”, regulacja naciągu sprężyn ramienia indywidualna dla każdego z instrumentów	TAK		
6.	Przejęcie ciężaru instrumentu przez ramię / rękaw	TAK		
7.	Zintegrowany system antyrektrycyjny	TAK		
8.	Programowanie parametrów unitu i fotela dla indywidualnych ustawień - minimum 5 lekarzy - opisać zasadę, podać liczbę lekarzy	TAK, podać		5 lekarzy - 0 pkt. powyżej 5 lekarzy - 10 pkt.
9.	Dostępna ilość programów dla każdego z lekarzy (minimum 1)	TAK, podać		1 – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
10.	Możliwość obsługi zewnętrznych urządzeń peryferyjnych za pomocą klawiszy dostępnych w stoliku lekarza i asysty	TAK/ podać		
11.	Przedmuch narzędzi obrotowych uruchamiany ze sterownika nożnego	TAK		
12.	Regulacja natężenia sprayu na panelu sterującym unitu lub w szybkozłączce	TAK/podać		
13.	Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji układu wodnego wraz z rękawami instrumentów poprzez zintegrowany system wewnątrz unitu – z wykorzystaniem zewnętrznej butli	TAK		
14.	Stolik lekarza z dotykowym ekranem	TAK		
15.	Możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami poprzez połączenie USB	TAK		
16.	Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego	TAK		
17.	Możliwość wyświetlania zdjęć RTG na panelu stolika lekarza	TAK		
18.	Bezprzewodowy sterownik nożny	TAK		
PODSTAWOWE MODUŁY				

Tacka na narzędzia				
19.	Tacka ze stali nierdzewnej, obrotowa zamocowana do stolika lekarza na metalowym, dwuprzegubowym ramieniu	TAK		
20.	Możliwość sterylizacji tacki	TAK		
Dmuchałka stolika lekarza				
21.	3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska	TAK/ podać		
Mikrosilnik				
22.	Elektryczny bezszczotkowy	TAK		
23.	Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux	TAK, podać		
24.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
25.	Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika	TAK		
26.	Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000	TAK, podać		
27.	Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
28.	Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Mikrosilnik z funkcją ENDO				
29.	Elektryczny bezszczotkowy	TAK		
30.	Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux	TAK, podać		
31.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
32.	Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika	TAK		
33.	Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000	TAK, podać		
34.	Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
35.	Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
36.	Funkcja ENDO	TAK		
Turbina				
37.	Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka)	TAK		
38.	Czterodrożny spray	TAK		
39.	Ceramiczne łożyska	TAK		
40.	Szerokokątny światłowód	TAK		
41.	Wymienny mikrofiltr wody	TAK		
42.	System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wnętrza instrumentu (anti-suck-back system)	TAK		

Kątnica				
43.	Przełożenie obrotów 1:1	TAK		
44.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
45.	Mocowanie wiertła systemem na przycisk	TAK		
46.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
47.	Szerokokątny światłowód	TAK		
48.	Kątnica ze światłem	TAK		
Skaler piezoelektryczny				
49.	Trzy końcówki standardowe	TAK		
50.	Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera	TAK		
51.	Skaler ze światłem min. 25 000 lux	TAK, podać		
52.	Dodatkowe zestawy końcówek – 4 komplety	TAK		
Lampa polimeryzacyjna				
53.	Lampa diodowa o mocy min. 1200 mW/cmkw	TAK, podać		
54.	Trzy stopnie intensywności światła.	TAK		
55.	Światłowód o średnicy 5,0 – 6,0 mm	TAK, podać		
Fotel pacjenta				
56.	Programowanie pozycji zabiegowych (minimum 4 pozycje)	TAK, podać		
57.	Wysokość pozycji „do spluwaczki” dopasowująca się automatycznie do wysokości pacjenta.	TAK		
58.	Zagłówek dwuprzegubowy z regulacją wysokości	TAK		
59.	Tapicerka bezszwowa	TAK		
60.	Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie)	TAK		
61.	Zakres pracy fotela w płaszczyźnie pionowej od 350 mm do 830 mm.	TAK, podać		
62.	Regulacja wysokości oparcia – niezależnie od siedziska.	TAK		
63.	Możliwość zmiany położenia siedziska za pomocą silnika elektrycznego regulowane ze stolika lekarza i asysty.	TAK		
64.	Fotel zabezpieczony mikrowyłącznikami bezpieczeństwa. Zatrzymanie ruchu fotela po najechaniu fotela na przeszkodę.	TAK		
65.	Sterowanie ruchami fotela i wywoływanie zaprogramowanych pozycji z pulpitu lekarza i asysty oraz sterownikiem nożnym. Sterownik nożny umożliwiający sterowanie pracą urządzeń stomatologicznych.	TAK		

Lampa zabiegowa				
66.	Płynna lub wielostopniowa regulacja natężenia światła	TAK		
67.	Włącznik bezdotykowy	TAK		
68.	Natężenie światła do 40.000 lux	TAK, podać		
69.	Światło zbliżone do dziennego	TAK		
70.	Możliwość regulacji temperatury koloru światła od 4000 K do 6000 K.	TAK, podać		
71.	Dwa tryby pracy standard i „z kompozytem”	TAK		
72.	Możliwość oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego	TAK		
System ślinociąg + ssak				
73.	Unit przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym	TAK		
74.	Rękawy ssaka i ślinociągu wyposażone w sitko. Możliwość oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi	TAK		
75.	Możliwość zainstalowania dwóch ślinociągów	TAK		
76.	Wyposażony w system automatycznego opłukiwania wodą i środkiem dezynfekcyjnym	TAK		
77.	Automatyczne załączanie ssania poprzez podniesienie jednego z rękawów ssących	TAK		
78.	Płynna regulacja siły ciągu ślinociągu i ssaka	TAK		
Blok spluwaczki				
79.	Miska spluwaczki wykonana z porcelany, obracana o min. 260 stopni.	TAK		
80.	Splukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		
81.	Napełnianie kubeczka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		
Inne				
82.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
83.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
84.	Instrukcja w języku polskim	TAK		

85.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
86.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
87.	Okres gwarancji – min. 24 miesiące	TAK podać		
88.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
89.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
90.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
91.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 83 i 90 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 2/4a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 4

1. Pełna nazwa urządzenia: **Unit stomatologiczny z wyposażeniem – 2 kpl.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
I. Unit stomatologiczny z osprzętem w wersji 1 - 1 szt.				
Fotel pacjenta				
1.	Ruch fotela sterowany siłownikami elektrycznymi	TAK		
2.	Specjalna konstrukcja fotela ułatwiająca siadanie i zsiadanie osobom starszym i mniej mobilnym. Siedzisko łamane na wysokości kolan	TAK, podać		
3.	Udźwig fotela min.185 kg	TAK, podać		
4.	Anatomiczny w kształcie zagłówek regulowany pokrętkiem lub przyciskiem	TAK, podać		
5.	Anatomiczny kształt siedziska i oparcia, podnoszone podłokietniki lewy i prawy	TAK		
6.	Tapicerka w dwóch opcjach – miękka i twarda	TAK		
7.	Łatwa wymiana elementów tapicerki: siedziska, oparcia i zagłówek	TAK		
8.	Ruch Trendelenburga – jednoczesny ruch siedziska i oparcia	TAK		
9.	Możliwość instalacji jako unitu dla lekarza leworęcznego jak i praworęcznego.	TAK		
10.	Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty	TAK		
11.	Oparcie węższe w górnej części, w celu lepszego dostępu do pacjenta	TAK		
12.	Sterowanie fotela z trzech miejsc: sterownik nożny, panel asysty, stolik lekarza	TAK		
13.	Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza	TAK		
14.	Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela, sterowniku nożnym, pulpicie asysty.	TAK		
15.	Brak oddzielnej skrzynki przyłączeniowej, przyłącza do unitu usytuowane bezpośrednio pod obudową unitu	TAK		
16.	Automatyczna pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, dwie dowolne pozycje programowane	TAK		
17.	Min. 10 kolorów tapicerki do wyboru	TAK		
18.	Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela	TAK		

19.	Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie), napięcie zasilające 230 V/50 Hz	TAK		
Stolik lekarza				
20.	Możliwość wyboru rodzaju prowadzenia rękawów: od góry lub od dołu	TAK		
21.	Wersja z rękawami od góry: stół zamocowany na pantograficznym ramieniu umożliwiającym bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiając pracę „od tyłu” i „z boku pacjenta”	TAK		
22.	Długość rękawów instrumentów min. 90 cm	TAK, podać		
23.	Możliwość montażu 6 rękawów instrumentów	TAK		
24.	Możliwość sterowania ustawieniami parametrów instrumentów, spluwaczki, fotela na wyświetlaczu LCD	TAK		
25.	Ruchome wsporniki rękawów z możliwością blokady położenia w dwóch pozycjach	TAK		
26.	Łatwy demontaż wsporników przez personel medyczny w celu dezynfekcji	TAK		
27.	Zdemontowana, sterylizowana mata silikonowa w miejscu odkładania instrumentów na stoliku	TAK		
28.	Bezpośrednie przyciski zmiany parametrów pracy: -zmiana kierunku obrotów mikrosilnika -włączanie/wyłączanie sprayu na końcówkach -splukiwanie misy spluwaczki -napelnianie kubka -sterowanie fotelem poprzez przyciski pozycji: „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, min. 2 dowolnie programowalne -włączanie/wyłączanie lampy zabiegowej, zmiana temperatury barwowej i natężenia światła -przyciski programowanych ustawień dla 6 użytkowników -przyciski programowane timera	TAK		
29.	Przyciski sterowania oparciem góra-dół i siedziskiem góra-dół	TAK		
30.	Przycisk włączania/wyłączania przeglądarki zdjęć RTG	TAK		
31.	Zintegrowany zawór antyretrakcyjny w instrumentach zapobiegający zassaniu skażonych materiałów	TAK		
32.	Przedmuch powietrza w końcówkach (chip blower) w min. 3 aktywnych instrumentach, uruchamiany ze sterownika nożnego	TAK		
33.	Możliwość umieszczenia instrumentów (turbina, mikrosilnik, skaler) na stoliku lekarza w dowolnej kolejności	TAK		
34.	Dwa uchwyty ze zdejmowanymi osłonkami w celu dezynfekcji/sterylizacji	TAK		
35.	Możliwość montażu obrotowej tacy na narzędzia z dwoma metalowymi, wymiennymi tackami z możliwością sterylizacji w autoklawie	TAK		

36.	Gniazdo USB	TAK		
Stolik asysty				
37.	Stolik asysty na obrotowym ramieniu, z trzystopniową regulacją wysokości	TAK		
38.	Min 4 miejsca na instrumenty, w tym: rękaw ssaka, rękaw ślinociągu, instrument z napędem elektrycznym, dmuchawka	TAK, podać		4 miejsca – 0 pkt. Największa ilość miejsc – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
39.	Przyciski płynnego sterowania fotelem pacjenta i przywoływania ustawień predefiniowanych (pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, min. 2 dowolnie programowalne)	TAK		
40.	Przyciski napełniania kubka i splukiwania misy spluwaczki	TAK		
41.	Przyciski automatycznych trybów higienicznych unitu	TAK		
42.	System ssący wyposażony w sito/filtr z możliwością czyszczenia przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi lub serwisu	TAK		
43.	Dmuchałka 3 – funkcyjna. Łatwy do zdemontowania przez asystę nosek dmuchawki wykonany z tworzywa. Możliwość sterylizacji noska.	TAK		
Blok spluwaczki				
44.	Porcelanowa, obracana o min. 260 st. misa spluwaczki	TAK, podać		
45.	Unit przystosowany do współpracy z suchym lub mokrym systemem ssącym	TAK		
46.	Misa spluwaczki zdejmowana w celu czyszczenia i termodezynfekcji	TAK		
47.	Splukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		
48.	Napełnianie kubka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		
49.	Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji rękawów instrumentów	TAK		
50.	Zasilanie instrumentów w wodę z pomocą butli ciśnieniowej	TAK		
51.	Port kart SD do aktualizacji oprogramowania unitu	TAK		
52.	Możliwość automatycznych trybów higienicznych unitu	TAK		
53.	Unit przystosowany do współpracy z zewnętrzną pompą ssącą	TAK		
Lampa zabiegowa w technologii LED				
54.	Natężenie światła w zakresie od 8.000 do 40.000 lux	TAK, podać		
55.	Temperatura barwowa emitowanego światła regulowana w zakresie od 4000 K do 6000 K	TAK, podać		

56.	Odwzorowanie kolorów zbliżone do światła dziennego. Indeks odwzorowania kolorów (CRI) min. 90 w pełnym zakresie kolorów	TAK		
57.	Zużycie energii elektrycznej max. 35 VA	TAK, podać		
58.	Zakres regulacji ustawienia lampy w trzech płaszczyznach, obrót lampy w prawo i lewo z możliwością oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego.	TAK		
59.	Możliwość sterylizacji uchwytów lampy	TAK		
60.	Włączanie i wyłączanie lampy ze stolika lekarza	TAK		
61.	Bezdotykowe (sensor) włączanie, wyłączanie, tryb antypolimeryzacyjny o natężeniu światła min. 15 000 Lux	TAK, podać		
62.	Zmiana ustawień temperatury barwowej i natężenia emitowanego światła ze stolika lekarza	TAK		
63.	Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu	TAK		
64.	Gładka powierzchnia, bez miejsc na śruby, ułatwiająca dezynfekcję powierzchniową	TAK		
65.	Automatyczne włączanie przy podniesieniu instrumentów ze stolika lekarza. Automatyczne wyłączanie przy ustawieniu pozycji „0” i „spluwaczkowej”	TAK		
66.	Możliwość montażu na suficie lub na maszynie montowanym do unitu stomatologicznego	TAK		

Wielofunkcyjny przełącznik nożny

67.	Płynna regulacja pracy narzędzi: mikrosilników elektrycznych, turbiny, skalera	TAK		
68.	Możliwość wywołania automatycznej pozycji zerowej i pozycji spluwaczkowej z wyłącznika nożnego z jednoczesnym wyłączeniem lampy operacyjnej	TAK		
69.	Sterowanie położeniem fotela pacjenta	TAK		
70.	Włączenie/wyłączenie funkcji dmuchawki (tzw. „chip blower”)	TAK		
71.	Przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika	TAK		
72.	Sterowanie sprayem w końcówkach	TAK		
73.	Wyłączenie ruchu fotela – tryb bezpieczeństwa	TAK		
74.	Sterownik bezprzewodowy	TAK		
Dmuchawka				
75.	3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji jej obudowy bez konieczności odkręcania całej dmuchawki.	TAK		
76.	Przyciski sterujące w dmuchawce zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrza.	TAK		
77.	Łatwy do zdemontowania przez asystę nosek dmuchawki wykonany z tworzywa. Możliwość sterylizacji noska.	TAK		

78.	Łatwa do zdemontowania przez asystę obudowa dmuchawki. Możliwość sterylizacji noska.	TAK		
Silnik elektryczny x 2				
79.	Silnik produkowany przez tego samego producenta co unit	TAK		
80.	Silnik bezszczotkowy	TAK		
81.	Długość maksymalna silnika 65 mm	TAK, podać		
82.	Waga maksymalna silnika 70 gram	TAK, podać		
83.	Zakres obrotów rzędu [l/min] 100 – 40 000	TAK, podać		
84.	Ustawianie kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
85.	Źródło światła LED min. 25 000 Lux	TAK, podać		
86.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
87.	System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu	TAK		
88.	Możliwość sterylizacji w temp. 135 st. C	TAK		
Turbina x 2				
89.	Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka).	TAK		
90.	Regulacja natężenia sprayu w szybkozłączce.	TAK		
91.	Ceramiczne łożyska rotoru.	TAK		
92.	Czterodrożny spray.	TAK		
93.	Moc ≥ 18 W.	TAK, podać		
94.	Głośność ≤ 62 dB	TAK, podać		
95.	Mocowanie wiertła systemem „push button chuck”	TAK		
96.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
97.	Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy	TAK		
Szybkozłączka				
98.	Montowana na rękaw typu Midwest	TAK		
99.	Regulacja sprayu	TAK		
100.	Żarówka/dioda umożliwiająca otrzymanie w miejscu pracy 25 000 lux	TAK		
101.	System zabezpieczający unit przed powrotem wody do rękawa	TAK		
Kątnica x 2				
102.	Przełożenie obrotów 1:1	TAK		
103.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		

104.	Mocowanie wiertła systemem „push button chuck”	TAK		
105.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
106.	Światłowod zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy	TAK		
Skaler piezoelektryczny				
107.	Trzy końcówki standardowe	TAK		
108.	Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera	TAK		
109.	Skaler ze światłem	TAK		
Prostnica x 2				
110.	Przełożenie obrotów min. 1:1	TAK		
111.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
112.	Mocowanie wiertła systemem chuch – poprzez przekręcenie prostnicy	TAK		
113.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
114.	Prostnica bez światła	TAK		
II. Unit stomatologiczny z osprzętem w wersji 2 - 1 szt.				
Fotel pacjenta				
115.	Ruch fotela sterowany siłownikami elektrycznymi	TAK		
116.	Regulacja wysokości uniesienia fotela 350mm – 830mm	TAK, podać		
117.	Udźwig fotela min.185 kg	TAK, podać		
118.	Anatomiczny w kształcie zagłówek regulowany pokrętkiem lub przyciskiem	TAK, podać		
119.	Anatomiczny kształt siedziska i oparcia, podnoszone podłokietnik lewy	TAK		
120.	Tapicerka w dwóch opcjach – miękka i twarda	TAK		
121.	Łatwa wymiana elementów tapicerki: siedziska, oparcia i zagłówek	TAK		
122.	Ruch Trendelenburga – jednoczesny ruch siedziska i oparcia	TAK		
123.	Możliwość instalacji jako unitu dla lekarza leworęcznego jak i praworęcznego.	TAK		
124.	Krótki i wąski podstawa fotela, krótsza i węższa niż rzut poziomy siedziska fotela, umożliwiająca bliskie podejście do pacjenta w każdej pozycji pracy.	TAK		
125.	Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty	TAK		
126.	Oparcie węższe w górnej części, w celu lepszego dostępu do pacjenta	TAK		
127.	Sterowanie fotela z trzech miejsc: sterownik nożny, panel asysty, stolik lekarza	TAK		

128.	Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza	TAK		
129.	Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela, sterowniku nożnym, pulpicie asysty.	TAK		
130.	Brak oddzielnej skrzynki przyłączeniowej, przyłącza do unitu usytuowane bezpośrednio pod obudową unitu	TAK		
131.	Automatyczna pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, dwie dowolne pozycje programowane	TAK		
132.	Opcja odwrócenia zagłówka do tyłu, umożliwiająca przyjęcie pacjenta na wózku inwalidzkim	TAK		
133.	Min. 10 kolorów tapicerki do wyboru	TAK		
134.	Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela	TAK		
135.	Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie), napięcie zasilające 230 V/50 Hz	TAK		
Stolik lekarza				
136.	Możliwość wyboru rodzaju prowadzenia rękawów: od dołu	TAK		
137.	Wersja z rękawami od dołu: stolik zamocowany na pantograficznym ramieniu umożliwiającym bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiający pracę „od tyłu” i „z boku pacjenta”	TAK		
138.	Długość rękawów instrumentów min. 90 cm	TAK, podać		
139.	Możliwość montażu 6 rękawów instrumentów	TAK		
140.	Możliwość sterowania ustawieniami parametrów instrumentów, spluwaczki, fotela na wyświetlaczu LCD	TAK		
141.	Zdejmowana, sterylizowana mata silikonowa w miejscu odkładania instrumentów na stoliku	TAK		
142.	Bezpośrednie przyciski zmiany parametrów pracy: -zmiana kierunku obrotów mikrosilnika -włączanie/wyłączanie sprayu na końcówkach -splukiwanie misy spluwaczki -napęnianie kubka -sterowanie fotelem poprzez przyciski pozycji: „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, min. 2 dowolnie programowalne -włączanie/wyłączanie lampy zabiegowej, zmiana temperatury barwowej i natężenia światła -przyciski programowanych ustawień dla 6 użytkowników -przyciski programowane timera	TAK		
143.	Przyciski sterowania oparciem góra-dół i siedziskiem góra-dół	TAK		
144.	Przycisk włączania/wyłączania przeglądarki zdjęć RTG	TAK		

145.	Zintegrowany zawór antyretrakcyjny w instrumentach zapobiegający zassaniu skażonych materiałów	TAK		
146.	Przedmuch powietrza w końcówkach (chip blower) w min. 3 aktywnych instrumentach, uruchamiany ze sterownika nożnego	TAK		
147.	Możliwość umieszczenia instrumentów (turbina, mikrosilnik, skaler) na stoliku lekarza w dowolnej kolejności	TAK		
148.	Dwa uchwyty ze zdejmowanymi osłonkami w celu dezynfekcji/sterylizacji	TAK		
149.	Możliwość montażu obrotowej tacy na narzędzia z dwoma metalowymi, wymiennymi tackami z możliwością sterylizacji w autoklawie	TAK		
150.	Gniazdo USB	TAK		
Stolik asysty				
151.	Stolik asysty na obrotowym ramieniu, z trzystopniową regulacją wysokości	TAK		
152.	Min 4 miejsca na instrumenty, w tym: rękaw ssaka, rękaw ślinociągu, instrument z napędem elektrycznym, dmuchawka	TAK, podać		4 miejsca – 0 pkt. Największa ilość miejsc – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
153.	Przyciski płynnego sterowania fotelem pacjenta i przywoływania ustawień predefiniowanych (pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, min. 2 dowolnie programowalne)	TAK		
154.	Przyciski napełniania kubka i splukiwania misy spluwaczki	TAK		
155.	Przyciski automatycznych trybów higienicznych unitu	TAK		
156.	System ssący wyposażony w sito/filtr z możliwością oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi lub serwisu	TAK		
157.	Lama polimeryzacyjna	TAK		
Blok spluwaczki				
158.	Porcelanowa, obracana o min. 260 st. misa spluwaczki	TAK, podać		
159.	Unit przystosowany do współpracy z suchym lub mokrym systemem ssącym	TAK		
160.	Misa spluwaczki zdejmowana w celu czyszczenia i termo dezynfekcji	TAK		
161.	Splukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne	TAK		
162.	Napełnianie kubka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne	TAK		
163.	Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji rękawów instrumentów	TAK		
164.	Zasilanie instrumentów w wodę z pomocą butli ciśnieniowej	TAK		
165.	Port kart SD do aktualizacji oprogramowania unitu	TAK		

166.	Możliwość automatycznych trybów higienicznych unitu	TAK		
167.	Unit przystosowany do współpracy z zewnętrzną pompą ssącą	TAK		
Lampa zabiegowa w technologii LED				
168.	Natężenie światła w zakresie od 8.000 do 40.000 lux	TAK, podać		
169.	Temperatura barwowa emitowanego światła regulowana w zakresie od 4000 K do 6000 K	TAK, podać		
170.	Odwzorowanie kolorów zbliżone do światła dziennego. Indeks odwzorowania kolorów (CRI) min. 90 w pełnym zakresie kolorów	TAK		
171.	Zużycie energii elektrycznej max. 35 VA	TAK		
172.	Zakres regulacji ustawienia lampy w trzech płaszczyznach, obrót lampy w prawo i lewo z możliwością oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego.	TAK		
173.	Możliwość sterylizacji uchwytów lampy	TAK		
174.	Włączanie i wyłączanie lampy ze stolika lekarza	TAK		
175.	Bezdotykowe (sensor) włączanie, wyłączanie, tryb antypolimeryzacyjny o natężeniu światła min. 15 000 Lux	TAK		
176.	Zmiana ustawień temperatury barwowej i natężenia emitowanego światła ze stolika lekarza	TAK		
177.	Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu	TAK		
178.	Gładka powierzchnia, bez miejsc na śruby, ułatwiająca dezynfekcję powierzchniową	TAK		
179.	Automatyczne włączanie przy podniesieniu instrumentów ze stolika lekarza. Automatyczne wyłączanie przy ustawieniu pozycji „0” i „spluwaczkowej”	TAK		
180.	Możliwość montażu na suficie lub na maszcie montowanym do unitu stomatologicznego	TAK		
Wielofunkcyjny przełącznik nożny				
181.	Płynna regulacja pracy narzędzi: mikrosilników elektrycznych, turbiny, skalera	TAK		
182.	Możliwość wywołania automatycznej pozycji zerowej i pozycji spluwaczkowej z wyłącznika nożnego z jednoczesnym wyłączeniem lampy operacyjnej	TAK		
183.	Sterowanie położeniem fotela pacjenta	TAK		
184.	Włączenie/wyłączenie funkcji dmuchawki (tzw. „chip blower”)	TAK		
185.	Przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika	TAK		
186.	Sterowanie sprayem w końcówkach	TAK		
187.	Wyłączenie ruchu fotela – tryb bezpieczeństwa	TAK		
188.	Możliwość zastosowania sterownika w opcji bezprzewodowej	TAK		

Dmuchawka				
189.	3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji jej obudowy bez konieczności odkręcania całej dmuchawki.	TAK		
190.	Przyciski sterujące w dmuchawce zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrza.	TAK		
191.	Łatwy do zdemontowania przez asystę nosek dmuchawki wykonany z tworzywa. Możliwość sterylizacji noska.	TAK		
192.	Łatwa do zdemontowania przez asystę obudowa dmuchawki. Możliwość sterylizacji noska.	TAK		
Rękaw mikrosilnika ze światłem x 2				
193.	Mikrosilnik bezszczotkowy	TAK		
194.	Silnik produkowany przez tego samego producenta co unit	TAK		
195.	Waga maksymalna silnika 69 gram	TAK, podać		
196.	Długość maksymalna silnika 65 mm	TAK, podać		
197.	Zakres obrotów rzędu [l/min] 100 – 40 000	TAK, podać		
198.	Ustawianie kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
199.	Źródło światła LED min. 25 000 Lux	TAK, podać		
200.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
201.	System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu	TAK		
202.	Możliwość sterylizacji w temp. 135 st. C	TAK		
203.	Tryb Endo z możliwością programowania ustawień mikrosilnika poprzez wyświetlacz LCD na stoliku lekarza	TAK		
Turbina x 2				
204.	Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka).	TAK		
205.	Regulacja natężenia sprayu w szybkozłączce.	TAK		
206.	Ceramiczne łożyska rotoru.	TAK		
207.	Czterodrożny spray.	TAK		
208.	Moc ≥ 18 W.	TAK, podać		
209.	Głośność ≤ 62 dB	TAK, podać		
210.	Mocowanie wiertła systemem „push button chuck”	TAK		
211.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
212.	Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy	TAK		
Szybkozłączka				

213.	Montowana na rękaw typu Midwest	TAK		
214.	Regulacja sprayu	TAK		
215.	Żarówka/dioda umożliwiająca otrzymanie w miejscu pracy 25 000 lux	TAK		
216.	System zabezpieczający unit przed powrotem wody do rękawa	TAK		
Kątnica x 2				
217.	Przełożenie obrotów 1:1	TAK		
218.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
219.	Mocowanie wiertła systemem „push button chuck”	TAK		
220.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
221.	Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy	TAK		
Skaler piezoelektryczny				
222.	Trzy końcówki standardowe	TAK		
223.	Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera	TAK		
224.	Skaler ze światłem	TAK		
Prostnica x 2				
225.	Przełożenie obrotów min. 1:1	TAK		
226.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
227.	Mocowanie wiertła systemem chuch – poprzez przekręcenie prostnicy	TAK		
228.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
229.	Prostnica bez światła	TAK		
Inne				
230.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
231.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
232.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
233.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		

234.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
235.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące	TAK podać		
236.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
237.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
238.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
239.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 231 i 238 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 2/4b
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 4

1. Pełna nazwa urządzenia:

Zgrzewarka – 1 szt.

Mieszalnik do alginatów – 1 szt.

Mieszalnik do mas wyciskowych – 2 szt.

Pistolet do mas wyciskowych – 2 szt.

2. Nazwa i typ/model (podać dla każdej pozycji):

3. Producent (podać dla każdej pozycji):

4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
I. Zgrzewarka do pakietów				
1.	Zgrzewarka elektroniczna, cykl ciągły i stała temperatura pracy.	TAK		
2.	Metalowa obudowa i uchwyt	TAK		
3.	Szerokość zgrzewu: 12 mm	TAK, podać		
4.	Maksymalny zgrzewany rękaw: 310 mm	TAK, podać		
5.	Waga: maks. 7,6 kg	TAK, podać		
6.	Zasilanie: 230 V, 100 W	TAK		
7.	Wymiary: 445 mm x 198 mm x 385 mm (+/- 3mm)	TAK, podać		
8.	Lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy prawidłowego procesu	TAK		
9.	Gładkie powierzchnie ułatwiają utrzymanie czystości	TAK		
II. Mieszalnik do alginatów				
10.	Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz	TAK		
11.	Wysokie obroty – 3600 obr./min.	TAK, podać		
12.	Podwójny ruch obrotowy	TAK		
13.	Możliwość projektowania czasu pracy (od 1 do 20 s)	TAK		
14.	Zabezpieczenie przed otwarciem w trakcie pracy	TAK, podać		
15.	Obudowa z lakierowanego metalu	TAK		
16.	Wymiary: 300 mm x 205 mm x 245 mm (+/- 3mm)	TAK		
17.	Waga: maks. 17 kg	TAK, podać		
III. Mieszalnik do mas wyciskowych				

18.	Do automatycznego mieszania wszystkich mas wyciskowych Penta	TAK		
19.	Wymiary zewnętrzne: maksymalnie dł. 285 mm x szer. 230 mm x wys.285 mm	TAK, podać		
20.	Tempo wyciskania min. 150 ml/min	TAK, podać		
21.	Masa urządzenia poniżej 10,0 kg	TAK, podać		
22.	Wbudowany czujnik wykrywający etykietę Penta	TAK		
23.	Możliwość zamontowania na ścianie	TAK		
24.	Maksymalna prędkość przesuwania tłoka 45 mm/min	TAK		
25.	Siła wyciskania do min. 6500 N	TAK, podać		6500 N – 0 pkt. Największa siła – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
26.	Łatwa wymiana pojemników i końcówek mieszających	TAK		
IV. Pistolet do mas wyciskowych				
27.	Pistolet do mas wyciskowych 1:1	TAK		
Inne				
28.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
29.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
30.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące	TAK podać		
31.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
32.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
33.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
34.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 33 stanowiącego zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 2/5a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 5

1. Pełna nazwa urządzenia: **Unit stomatologiczny z wyposażeniem – 1 kpl.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2023**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz	TAK		
2.	Automatyczne odcięcie powietrza i wody w unicie po wyłączeniu wyłącznika elektrycznego	TAK		
3.	Unit wraz ze spluwaczką oraz fotelem mocowane do podłoża	TAK		
4.	Stolik lekarza wyposażony standardowo w minimum 5 aktywnych gniazd do rękawów, możliwość uzupełnienia, montażu rękawów wraz z instrumentami w dowolnym czasie	TAK		
5.	Rękawy podawane „od góry”, regulacja naciągu sprężyn ramienia indywidualna dla każdego z instrumentów	TAK		
6.	Przejęcie ciężaru instrumentu przez ramię / rękaw	TAK		
7.	Zintegrowany system antyrektrycyjny	TAK		
8.	Programowanie parametrów unitu i fotela dla indywidualnych ustawień - minimum 5 lekarzy - opisać zasadę, podać liczbę lekarzy	TAK, podać		5 lekarzy - 0 pkt. powyżej 5 lekarzy - 10 pkt.
9.	Dostępna ilość programów dla każdego z lekarzy (minimum 1)	TAK, podać		1 – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
10.	Możliwość obsługi zewnętrznych urządzeń peryferyjnych za pomocą klawiszy dostępnych w stoliku lekarza i asysty	TAK/ podać		
11.	Przedmuch narzędzi obrotowych uruchamiany ze sterownika nożnego	TAK		
12.	Regulacja natężenia sprayu na panelu sterującym unitu lub w szybkozłączce	TAK/podać		
13.	Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji układu wodnego wraz z rękawami instrumentów poprzez zintegrowany system wewnątrz unitu – z wykorzystaniem zewnętrznej butli	TAK		
14.	Stolik lekarza z dotykowym ekranem	TAK		
15.	Możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami poprzez połączenie USB	TAK		
16.	Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego	TAK		
17.	Możliwość wyświetlania zdjęć RTG na panelu stolika lekarza	TAK		
18.	Bezprzewodowy sterownik nożny	TAK		
PODSTAWOWE MODUŁY				

Tacka na narzędzia				
19.	Tacka ze stali nierdzewnej, obrotowa zamocowana do stolika lekarza na metalowym, dwuprzegubowym ramieniu	TAK		
20.	Możliwość sterylizacji tacki	TAK		
Dmuchałka stolika lekarza				
21.	3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska	TAK/ podać		
Mikrosilnik x 2				
22.	Elektryczny bezszczotkowy	TAK		
23.	Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux	TAK, podać		
24.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
25.	Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika	TAK		
26.	Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000	TAK, podać		
27.	Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
28.	Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Prostnica chirurgiczna x 2				
29.	Przełożenie obrotów 1:1	TAK		
30.	Zewnętrzny system chłodzenia	TAK		
31.	Mocowanie wiertła systemem na przycisk	TAK		
32.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
33.	Prostnica ze światłem, min. 25 000 lux	TAK, podać		
Szybkozłączka				
34.	Montowana na rękaw typu Midwest	TAK		
35.	Regulacja sprayu	TAK		
36.	Żarówka/dioda umożliwiająca otrzymanie w miejscu pracy 25 000 lux	TAK		
37.	System zabezpieczający unit przed powrotem wody do rękawa	TAK		
Fotel pacjenta				
38.	Programowanie pozycji zabiegowych (minimum 4 pozycje)	TAK, podać		
39.	Wysokość pozycji „do spluwaczki” dopasowująca się automatycznie do wysokości pacjenta.	TAK		
40.	Zagłówek dwuprzegubowy z regulacją wysokości	TAK		
41.	Tapicerka bezszwowa	TAK		

42.	Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie)			
43.	Zakres pracy fotela w płaszczyźnie pionowej od 350 mm do 830 mm.	TAK/podać		
44.	Regulacja wysokości oparcia – niezależnie od siedziska.	TAK		
45.	Możliwość zmiany położenia siedziska za pomocą silnika elektrycznego regulowane ze stolika lekarza i asysty.	TAK		
46.	Fotel zabezpieczony mikrowyłącznikami bezpieczeństwa. Zatrzymanie ruchu fotela po najechaniu fotela na przeszkodę.	TAK		
47.	Sterowanie ruchami fotela i wywoływanie zaprogramowanych pozycji z pulpitu lekarza i asysty oraz sterownikiem nożnym. Sterownik nożny umożliwiający sterowanie pracą urządzeń stomatologicznych.	TAK		
Lampa zabiegowa				
48.	Płynna lub wielostopniowa regulacja natężenia światła	TAK		
49.	Włącznik bezdotykowy	TAK		
50.	Natężenie światła min. 40.000 lux	TAK/podać		
51.	Światło zbliżone do dziennego	TAK		
52.	Możliwość regulacji temperatury koloru światła od 4000 K do 6000 K.	TAK/podać		
53.	Dwa tryby pracy standard i „z kompozytem”	TAK		
54.	Możliwość oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego	TAK		
System ślinociąg + ssak				
55.	Unit przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym	TAK		
56.	Rękawy ssaka i ślinociągu wyposażone w sitko. Możliwość oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi	TAK		
57.	Możliwość zainstalowania dwóch ślinociągów	TAK		
58.	Wyposażony w system automatycznego opukiwania wodą i środkiem dezynfekcyjnym	TAK		
59.	Automatyczne załączanie ssania poprzez podniesienie jednego z rękawów ssących	TAK		
60.	Płynna regulacja siły ciągu ślinociągu i ssaka	TAK		
Blok spluwaczki				
61.	Miska spluwaczki wykonana z porcelany, obracana o minimum 260 stopni	TAK		
62.	Splukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne	TAK		

63.	Napełnianie kubeczka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne	TAK		
Inne				
64.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
65.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
66.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
67.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
68.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
69.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące	TAK podać		
70.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
71.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
72.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
73.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 65 i 72 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 2/6a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 6

1. Pełna nazwa urządzenia: **Unit stomatologiczny z wyposażeniem – 1 kpl.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
74.	Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz	TAK		
75.	Automatyczne odcięcie powietrza i wody w unicie po wyłączeniu wyłącznika elektrycznego	TAK		
76.	Unit wraz ze spluwaczką oraz fotelem mocowane do podłoża	TAK		
77.	Stolik lekarza wyposażony standardowo w minimum 5 aktywnych gniazd do rękawów, możliwość uzupełnienia, montażu rękawów wraz z instrumentami w dowolnym czasie	TAK		
78.	Rękawy podawane „od góry”, regulacja naciągu sprężyn ramienia indywidualna dla każdego z instrumentów	TAK		
79.	Przejęcie ciężaru instrumentu przez ramię / rękaw	TAK		
80.	Zintegrowany system antyrektrycyjny	TAK		
81.	Programowanie parametrów unitu i fotela dla indywidualnych ustawień - minimum 5 lekarzy - opisać zasadę, podać liczbę lekarzy	TAK, podać		5 lekarzy - 0 pkt. powyżej 5 lekarzy - 10 pkt.
82.	Dostępna ilość programów dla każdego z lekarzy (minimum 1)	TAK, podać		1 – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
83.	Możliwość obsługi zewnętrznych urządzeń peryferyjnych za pomocą klawiszy dostępnych w stoliku lekarza i asysty	TAK/ podać		
84.	Przedmuch narzędzi obrotowych uruchamiany ze sterownika nożnego	TAK		
85.	Regulacja natężenia sprayu na panelu sterującym unitu lub w szybkozłączce	TAK/podać		
86.	Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji układu wodnego wraz z rękawami instrumentów poprzez zintegrowany system wewnątrz unitu – z wykorzystaniem zewnętrznej butli	TAK		
87.	Stolik lekarza z dotykowym ekranem	TAK		
88.	Możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami poprzez połączenie USB	TAK		
89.	Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego	TAK		
90.	Możliwość wyświetlania zdjęć RTG na panelu stolika lekarza	TAK		
91.	Bezprzewodowy sterownik nożny	TAK		
PODSTAWOWE MODUŁY				

Tacka na narzędzia				
92.	Tacka ze stali nierdzewnej, obrotowa zamocowana do stolika lekarza na metalowym, dwuprzegubowym ramieniu	TAK		
93.	Możliwość sterylizacji tacki	TAK		
Dmuchałka stolika lekarza				
94.	3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska	TAK/ podać		
Mikrosilnik x 2				
95.	Elektryczny bezszczotkowy	TAK		
96.	Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux	TAK, podać		
97.	Wewnętrzny system chłodzenia	TAK		
98.	Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika	TAK		
99.	Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000	TAK, podać		
100.	Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo)	TAK		
101.	Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Prostnica chirurgiczna x 2				
102.	Przełożenie obrotów 1:1	TAK		
103.	Zewnętrzny system chłodzenia	TAK		
104.	Mocowanie wiertła systemem na przycisk	TAK		
105.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK		
106.	Prostnica ze światłem, min. 25 000 lux	TAK, podać		
Szybkozłączka				
107.	Montowana na rękaw typu Midwest	TAK		
108.	Regulacja sprayu	TAK		
109.	Żarówka/dioda umożliwiająca otrzymanie w miejscu pracy 25 000 lux	TAK		
110.	System zabezpieczający unit przed powrotem wody do rękawa	TAK		
Fotel pacjenta				
111.	Programowanie pozycji zabiegowych (minimum 4 pozycje)	TAK, podać		
112.	Wysokość pozycji „do spluwaczki” dopasowująca się automatycznie do wysokości pacjenta.	TAK		
113.	Zagłówek dwuprzegubowy z regulacją wysokości	TAK		
114.	Tapicerka bezszwowa	TAK		

115.	Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie)			
116.	Zakres pracy fotela w płaszczyźnie pionowej od 350 mm do 830 mm.	TAK/podać		
117.	Regulacja wysokości oparcia – niezależnie od siedziska.	TAK		
118.	Możliwość zmiany położenia siedziska za pomocą silnika elektrycznego regulowane ze stolika lekarza i asysty.	TAK		
119.	Fotel zabezpieczony mikrowyłącznikami bezpieczeństwa. Zatrzymanie ruchu fotela po najechaniu fotela na przeszkodę.	TAK		
120.	Sterowanie ruchami fotela i wywoływanie zaprogramowanych pozycji z pulpitu lekarza i asysty oraz sterownikiem nożnym. Sterownik nożny umożliwiający sterowanie pracą urządzeń stomatologicznych.	TAK		
Lampa zabiegowa				
121.	Płynna lub wielostopniowa regulacja natężenia światła	TAK		
122.	Włącznik bezdotykowy	TAK		
123.	Natężenie światła min. 40.000 lux	TAK/podać		
124.	Światło zbliżone do dziennego	TAK		
125.	Możliwość regulacji temperatury koloru światła od 4000 K do 6000 K.	TAK/podać		
126.	Dwa tryby pracy standard i „z kompozytem”	TAK		
127.	Możliwość oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego	TAK		
System ślinociąg + ssak				
128.	Unit przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym	TAK		
129.	Rękawy ssaka i ślinociągu wyposażone w sitko. Możliwość oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi	TAK		
130.	Możliwość zainstalowania dwóch ślinociągów	TAK		
131.	Wyposażony w system automatycznego opukiwania wodą i środkiem dezynfekcyjnym	TAK		
132.	Automatyczne załączanie ssania poprzez podniesienie jednego z rękawów ssących	TAK		
133.	Płynna regulacja siły ciągu ślinociągu i ssaka	TAK		
Blok spluwaczki				
134.	Miska spluwaczki wykonana z porcelany, obracana o minimum 260 stopni	TAK		
135.	Splukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		
136.	Napełnianie kubeczka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączenie automatyczne	TAK		

Inne				
137.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
138.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
139.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
140.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
141.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
142.	Okres gwarancji – min. 24 miesiące	TAK podać		
143.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
144.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
145.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
146.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 138 i 145 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

KRYTERIA OCENY OFERT
Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{60\%}$$

2. Ocena parametrów technicznych

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie}}{\text{Maks. ilość pkt spośród ocenianych nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times \mathbf{30\%}$$

3. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

$$\text{PKT} = \frac{\text{Okres gwarancji oferty badanej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times \mathbf{10\%}$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg ww. kryteriów.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANEJ WCZEŚNIEJ DOSTAWY

L.p.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot dostawy	Okres realizacji	Wartość brutto dostawy
1.				
2.				
3.				
4.				

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

WZÓR UMOWY/2024

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
...

(pełna nazwa Zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....

...

(pełna nazwa Wykonawcy)

.....

...

(adres siedziby Wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

.....,

reprezentowanym przez:

..... –

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

..... –

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

REGON: NIP: BDO:

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**, , zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy,
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - 2.1. specyfikacja cenowa – Załącznik Nr
 - 2.2. specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr
 - 2.3. integralną część niniejszej umowy stanowi porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Toruniu im. L. Rydygiera dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP – Załącznik Nr 5a.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia r.

4. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż w ciągu **30 dni** na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 dokonać montażu i instalacji przedmiotu umowy oraz przeszkolić personel Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.
6. Strony zgodnie postanawiają, że niezgodność któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SWZ rozumiana będzie jako niezgodność urządzenia z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający jest w szczególności uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru /i montażu (instalacji) sprzętu u Zamawiającego przez Strony umowy.
2. Czas reakcji serwisu w ciągu max. 48 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii w dni wolne i święta. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu bądź adres e-mail:
3. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres min. 5 lat.
4. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany będzie wstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad oraz przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy.
5. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji – jeżeli dotyczy.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
 - c) materiały eksploatacyjne.
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
 - b) 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dnia zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiązany jest określić w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy będzie to naprawa z użyciem czy bez użycia części zamiennych.
3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. **a)** i **b)** oraz w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
6. Każda ze Stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30 % wartości brutto umowy.

§ 5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:zł netto + % VAT =zł brutto.
Słownie:.....
2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie **60 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (efaktura.gov.pl, Broker PEFexpert).
4. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
5. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie

w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.

6. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
7. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
- b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
- c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 7

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 8

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 11

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiany oferowanego typu/modelu wyrobu na wyrób o parametrach nie gorszych niż określony w ofercie w przypadku wycofania wyrobu z rynku, wstrzymania produkcji, innych okoliczności uniemożliwiających dostawę wskazanego w ofercie typu/modelu wyrobu, ale w cenie nie wyższej niż oferowana,

b) zmiany stawki podatku VAT na wyroby objęte przedmiotem umowy – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT.

2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

4. Zmiana umowy wymaga zgody Stron w formie aneksu.

§ 12

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019r. tj. (Dz.U. z 2022 poz. 2240).

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - *o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia* - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.

3. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp.

Na podstawie przepisów **art. 208 Kodeksu Pracy** zawiera się porozumienie o współpracy.

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy. Pracodawcy zobowiązują się informować siebie nawzajem oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas pracy.

§ 3

Pracodawcy ustalają koordynatora ds. BHP w osobie sprawującej merytoryczny nadzór nad umową/zleceniem ze strony Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, który będzie realizował zadania wyszczególnione w § 5 niniejszego porozumienia.

§ 4

Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 3, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. Każdy z Pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

§ 5

Koordynator ma prawo do:

1. Kontroli stanowisk pracy w zakresie BHP,
2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pracy,
3. Występowania do poszczególnych Pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
4. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
5. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 6

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

- I. Podstawą dopuszczenia pracowników do prac na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest:
 1. Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,
 2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
 3. Posiadanie przez pracowników indywidualnych środków ochrony, obuwia i odzieży roboczej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
 4. Posiadanie przez pracowników identyfikatorów oraz oznakowanej logo podwykonawcy odzieży roboczej,
 5. Zapoznanie z niezbędnymi przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu,
 6. Zapoznanie pracowników w zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
 7. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac wynikających z przepisów prawa.

- II. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu poprzez osobę sprawującą merytoryczny nadzór w zakresie realizowanego zadania objętego umową zobowiązuje się do:
 1. Zapoznania osób kierujących drugiego Pracodawcy z obowiązującymi na terenie Szpitala przepisami BHP, w celu zapoznania z nimi podległych pracowników.
 2. Zapoznania z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i procedurą ewakuacji.
 3. Zapoznania z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej obowiązującej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.
 4. Zapoznania z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi w Szpitalu przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia w/w zagrożeń.

§ 7

W razie zaistnienia wypadku przy pracy ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.

§ 8

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia wymagają formy pisemnej.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że nw. pracownicy uzyskali informację o;

1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
3. pracownikach wyznaczonych do:
 - a) udzielania pierwszej pomocy,
 - b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o pracownikach, o których mowa w pkt 3, obejmuje: imię i nazwisko; miejsce wykonywania pracy; numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Nazwa firmy:

Umowa/Zlecenie nr..... z dnia

Miejsce pracy :.....

Zakres czynności (robót):

Termin rozpoczęcia pracy:.....

Termin zakończenia pracy:.....

Nazwisko i imię

Podpis pracownika

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

.....
(podpis i pieczęć osoby przekazującej informację)

.....
(podpis i pieczęć osoby przyjmującej informację)

OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu **niezależnie** od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....
.....
(dokładne dane Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu stomatologicznego z podziałem na 6 zadań

oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. **należymy*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu *niezależnie od innego Wykonawcy* należącego do tej samej grupy kapitałowej.

.....
(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 i art. 109 ust. 1 pkt 7 - 10
ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.
*(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie
wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania)*

W związku z przystąpieniem naszej firmy
(nazwa Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby):

.....
.....
(dokładne dane: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu stomatologicznego z podziałem na 6 zadań

oświadczamy, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ),
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp,

są aktualne /
nie są aktualne*

*** UWAGA!** – skreślić niewłaściwe

.....
data

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/
podmiotu udostępniającego Zasoby)

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 7
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby *

** skreślić niepotrzebne*

.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
Dostaw sprzętu stomatologicznego z podziałem na 6 zadań

Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24
prowadzonego przez
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014, **nie jestem** wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁷**Oświadczam**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁷ wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie

art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby *

** skreślić niepotrzebne*

.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
Dostaw sprzętu stomatologicznego z podziałem na 6 zadań

Nr W.Sz.Z: TZ-280-71/24
prowadzonego przez
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który stanowi, że:

1. *Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:*
 - a. *obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
 - b. *osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
 - c. *osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10%

wartości zamówienia.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁸Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁸ Wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia