

Konin, 06.11.2024 r.

**WSZ-EP-38/1202/2024**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych”, nr sprawy WSZ-EP-38/2024**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 11**


Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**


Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów do hemodializy o składzie:

START – Rozpoczęcie / Podłączenie:



- 1 x Serweta z laminatu 50x40cm
- 4 x Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm
- 2 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm
- 2 x Opatrunek do mocowania wkłuc 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym
- 2 x Rękawice nitylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar M, niebieskie

END – Zakończenie / Odłączenie:



- 6 x Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm
- 4 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm
- 2 x Rękawice nitylowe teksturowane rozmiar S/M, niebieska

1 x Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L, jasno-niebieska

Zestawy pakowane w oddzielne opakowania, sprzedawane razem jako komplet. Każde opakowanie jest papierowo – foliowe typu blister oraz posiada podwójną etykietę samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**


**Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie Pakietu nr 76 poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

## Pytanie 2

Pakiet 76, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów do hemodializy o składzie:

START – Rozpoczęcie / Podłączenie:



1 x Serweta z laminatu 50x40cm


4 x Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm

2 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm

2 x Opatrunek do mocowania wkłuc 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym

2 x Rękawice nitrylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar M, niebieskie

END – Zakończenie / Odłączenie:



4 x Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm

2 x Plaster typu Pushban 3,8x7,2cm

2 x Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S/M, niebieskie

1 x Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L, jasno-niebieskie

Zestawy pakowane w oddzielne opakowania, sprzedawane razem jako komplet. Każde opakowanie jest papierowo – foliowe typu blister oraz posiada podwójną etykietę samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.


### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie Pakietu nr 76 poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

### Pytanie 3

Pakiet 76, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów do hemodializy o składzie:



#### START – Rozpoczęcie / Podłączenie:

- 2szt Ciemnoniebieskie rękawice nitrylowe roz. M
- 1szt Serweta dwuwarstwowa 50x40cm
- 2szt Gaziki alkoholowe nasączone 2% Chlorheksydyną 6 x 6cm
- 2szt Kompresy włókninowe 7,5 x 7,5cm
- 2szt Przylepiec włókninowy 2 x 15cm

#### END – Zakończenie / Odłączenie:

- 2szt Ciemnoniebieskie rękawice nitrylowe roz. M
- 1szt Jasnyniebieskie rękawice nitrylowe roz. M
- 2szt Kompresy włókninowe 7,5 x 7,5cm
- 2szt Opatrunek chłonny 10x10cm

Zestaw pakowany w opakowanie papierowo – foliowe - typu duo-pack z perforacją po środku umożliwiającą rozdzielanie części zestawu bez uszkodzenia zawartości.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie Pakietu nr 76 poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Osoba do kontaktu:  
Żaneta Borowska  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 240 41 33