



## **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie**

Kraków, 30.04.2019

### ***Wszyscy Wykonawcy***

**Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP-10/19 : " Dzierżawa dwóch urządzeń do redukcji patogenów w osoczu wraz z dostawami 17 000 zestawów do redukcji patogenów**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwaną SIWZ, w poniższym zakresie:

**Pytanie:**

1. Wnosimy o potwierdzenie, że ilekroć Zamawiający używa we wzorze umowy sformułowań „materiały zużywalne”, „testy” czy „materiały do redukcji patogenów” rozumie przez to zestawy do redukcji patogenów.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza

2. § 1 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego postanowienia?

„Każde zamówienie lub każda dostawa określona w harmonogramie będzie obejmować co najmniej 100 sztuk zestawów. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia, które obejmuje mniejszą ilość zestawów”.

Odpowiedź : Tak

**Pytanie:**

3. § 1 ust. 4 wzoru umowy

Czy w razie zmiany podmiotu zapewniającego system informatyczny Zamawiającemu, Zamawiający zapewni współpracę tego podmiotu z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do elektronicznej transmisji danych z urządzeń objętych umow do systemu informatycznego Zamawiającego?

Odpowiedź : Tak

**Pytanie:**

4. § 1 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia urządzenia przez Wykonawcę i wyrazi zgodę na następującą zmianę tego postanowienia?

„Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń do inaktywacji lub urządzeń komputerowych w zakresie, w jakim możliwe jest ich ubezpieczenie w zakładzie ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, w tym od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży, chyba że szkoda powstała w wyniku rażących zaniedbań Zamawiającego. Postanowienie powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy roszczeń o naprawienie szkody powstałej w wyniku okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli roszczenia te nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela”.

Odpowiedź : Tak

**Pytanie:**

5. § 3 ust. 3 i § 4 ust. 2 wzoru umowy

Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do pokrycia strat spowodowanych awariami urządzeń, powstałymi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wskutek używania urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem, umową, przepisami czy instrukcją obsługi.

Odpowiedź : Tak

6.1 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw zestawów według harmonogramów, uzgadnianych przez Strony na cały okres obowiązywania umowy lub przynajmniej na okresy roczne? Pozwoli to na lepsze zaplanowanie i organizację dostaw. W takim wypadku Wykonawca każdorazowo uprzedzałby Zamawiającego o dostarczeniu zestawów z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Odpowiedź : Nie

**Pytanie:**

7.§ 1 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin na dostawę zestawów realizowanych na podstawie zamówień był liczony w dniach roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Wykonawca otrzyma zamówienie w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 16:00 w dniu roboczym, Strony przyjmują, że otrzymał zamówienie w kolejnym, najbliższym dniu roboczym.

Odpowiedź : Nie

**Pytanie:**

8.§ 3 ust. 1a wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara umowna za zwłokę była naliczana od wartości tej części przedmiotu umowy, której dotyczy zwłoka?

Odpowiedź : Nie

**Pytanie:**

9.§ 3 ust. 1a wzoru umowy

Czy w przypadku odmowy wyrażenia przez Zamawiającego zgody na realizację dostaw według harmonogramu, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej za zwłokę z 0,05% do 0,01%?

Odpowiedź : Nie

**Pytanie:**

10.§ 3 ust. 3 i § 4 ust. 2 wzoru umowy

Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do pokrycia strat spowodowanych awariami urządzeń, powstałymi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wskutek używania urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem, umową, przepisami czy instrukcją obsługi.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza

**Pytanie:**

11.§ 4 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia umowy?

„W razie dostarczenia przez Wykonawcę wadliwych zestawów do inaktywacji Zamawiający jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Za zestawy wadliwe uznaje się zestawy, które nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W razie uznania reklamacji przez Wykonawcę lub braku odpowiedzi ze strony Wykonawcy na wniesioną reklamację w powyższym terminie Wykonawca na swój koszt i ryzyko wymieni w ciągu kolejnych 10 dni roboczych wadliwe zestawy na zestawy wolne od wad.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyrażam zgody

**Pytanie:**

12. § 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w § 4 wzoru umowy nowego ustępu o poniższej treści?

„Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Wykonawca otrzyma zgłoszenie Zamawiającego w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 16:00 w dniu roboczym, terminy na przystąpienie do usunięcia awarii urządzenia i na usunięcie tej awarii oraz na rozpatrzenie reklamacji dotyczącej zestawów do inaktywacji zaczną biec o godz. 8:00 w najbliższym dniu roboczym”.

Odpowiedź : Nie

**Pytanie:**

13. § 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w § 4 wzoru umowy nowego ustępu o poniższej treści?

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki lub uszkodzenia urządzeń do inaktywacji i urządzeń komputerowych wynikające z ich nieprawidłowego używania przez Zamawiającego lub powstałe z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Koszty takich napraw poniesie Zamawiający”.

Odpowiedź : Tak, zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie:**

14. § 5 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w razie zmiany stawki podatku VAT na przedmiot umowy, cena ulegała odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego wprowadzającego tą zmianę, bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, przy czym cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź : Tak, zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie:**

15. § 6 ust. 2a wzoru umowy

Wnosimy o wyjaśnienie, czy wskazane postanowienie oznacza, że w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązuje się do zakupu zestawów o łącznej wartości 70% wartości brutto umowy.

Odpowiedź : Tak

**Pytanie:**

16. § 6 ust. 2 wzoru umowy

Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane postanowienie, w zakresie, w jakim Zamawiający nie ma obowiązku zakupu niezrealizowanej ilości zestawów, nie dotyczy zestawów wskazanych § 6 ust. 2a.

Odpowiedź : Tak, potwierdza się

**Pytanie:**

17. § 6 ust. 2a wzoru umowy

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na realizowanie dostaw według harmonogramu, wnosimy o wskazanie terminu, do którego Zamawiający będzie mógł zrezygnować z dostawy zestawów nie objętych tym postanowieniem (tj. stanowiących 30% wartości brutto umowy).

Odpowiedź : Nie, zamawiający nie wyraża zgody na harmonogram

**Pytanie:**

18. § 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia o treści:

„Jeżeli Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania umowy wszystkich zestawów stanowiących przedmiot zamówienia, Strony mogą przedłużyć czas obowiązywania umowy, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.”

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie:**

19.§ 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, również poprzez:

- zmianę producenta (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę),
  - zmianę sposobu pakowania lub konfekcjonowania lub wielkości opakowań,
  - zmianę specyfikacji wyrobu, w szczególności w przypadku wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego lub ulepszanego wyrobu,
- o ile zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty.

Odpowiedź : Tak – tiret pierwsze i drugie; Nie-tiret trzecie

**Pytanie:**

20.§ 7 ust. 1 wzoru umowy

Czy przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie naruszeń?

Odpowiedź : Tak, 10 dni kalendarzowych

**Pytanie:**

21.Część D SIWZ oraz Załącznik nr 1 (załącznik nr 2 do umowy),

dotyczy wymagania dla zestawów do redukcji patogenów w ubogoleukocytarnych koncentratkach krwinek płytkowych otrzymywanych z kożuszków leukocyarno-płytkowych i metodą trombaferezy, które mają umożliwiać przeprowadzenie procesu redukcji w UKKP w osoczu i/lub w płynie osoczozastępczym (SSP+), tiret 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do redukcji patogenów w UKKP otrzymywanych z kożuszków leukocyarno-płytkowych w osoczu i płynie osoczozastępczym? Będą miały dwa numery katalogowe. To Zamawiający będzie dokonywać wyboru, których zestawów będzie potrzebował. Cena zestawów będzie jednakowa.

Odpowiedź : Tak

**Pytanie:**

22.Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy)

Czy Zamawiający będzie wymagał aby preparat był gotowy do wydania i przetoczenia bezpośrednio po procesie naświetlania bez konieczności odfiltrowania czynnika redukcyjnego?

Odpowiedź : Nie jest wymagane

**Pytanie:**

23.Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy) – dotyczy zestawów

Czy Zamawiający zaakceptuje etykiety na pojemniku końcowym na osocze oraz pojemnik na UKKP były zaopatrzone w etykietę z informacjami o numerze seryjnym zestawu, dacie ważności i numerze REF w postaci literowo-cyfrowej i w postaci kodu kreskowego, natomiast w których informacja o producencie znajduje się na indywidualnym opakowaniu, pojedynczego zestawu?

Odpowiedź : Tak, akceptuje się

**Pytanie:**

24.Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagania tiret 7 dla zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu:

Czy Zamawiający miał na myśli -60 stopni Celcjusza?

Odpowiedź : Pojemnik ma umożliwiać szokowe zamrażanie osocza