



Braniewo, dnia 24.08.2023 r.

Znak sprawy: PCM/ZP 05/I/2023

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych, materiałów do endoskopii oraz niektórych materiałów wielokrotnego użytku

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

Zadanie 16

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczoteczek o długości 2500 mm.
Odpowiedź Zamawiającego: Nie
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o wymiarze 2,3 mm x 2150 i 2,3 mm x 2300.
Odpowiedź Zamawiającego: Nie

ZAPYTANIE II

1. PYTANIE 1 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7L, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

2. PYTANIE 2 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 1,0L, wysokość: 125 mm, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

3. PYTANIE 3 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 2,0L, wysokość: 230 mm, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

4. PYTANIE 4 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 3,5-4,0L, wysokość: 155 mm, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

5. PYTANIE 5 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 1000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

6. PYTANIE 6 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

7. PYTANIE 7 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 30 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

8. PYTANIE 8 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 60 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

9. PYTANIE 9 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 5,0L, wysokość: 210 mm, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 195 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

10. PYTANIE 10 – dotyczy zadania nr 10, pozycja 10

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga kieliszków jednorazowych, plastikowych, o pojemności 30 ml, pakowanych po 75 szt., wycenianych w opakowaniach po 75 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

11. PYTANIE 11 – dotyczy zadania nr 10, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków jednorazowych w opakowaniu a'75 sztuk z przeliczeniem na 747 pełnych opakowań, co daje 56.025 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE III

Czy zamawiający w pakiecie nr 15 poz. nr 3 dopuści kleszcze do biopsji jednorazowe o śr. 1.8mm i długości 1200 lub 1800mm do wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

ZAPYTANIE IV

"Towar powinien być wniesiony i rozładowany w Aptece"

Zadanie 24: Worki foliowe cz.1

Zadanie 25: Worki foliowe cz.2

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, dostarczany do magazynu gospodarczego

1. Jaka jest szacowana ilość jednorazowego zamówienia?

Jeżeli jednorazowe zamówienie obejmuje dostawę w paczkach, oferujemy jedynie wniesienie kartonów do apteki we wskazanym miejscu, bez wyjmowania i układania rolek.

Odpowiedź Zamawiającego: Szacunkowa ilość jednorazowego zamówienia to :

Worek czarny 351 - 10000 szt.

Worek czerwony 351 - 10000 szt.

Worek czarny 601 - 8000 szt.

Worek czerwony 601 - 8000 szt.

Worek czarny 1201 - 3000 szt.

Worek czerwony 1201 - 3000 szt.

Worek czarny 1601 - 500 szt.

Worek czerwony 1601 - 500 szt.

2. Średnio jak często będą składane zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Częstotliwość zamówień co 3 miesiące

ZAPYTANIE V

Zadanie nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści żel sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 7,62m?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 1500 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 6, pozycja dot. łącznika do rurek do tlenu

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma na myśli i czego wymaga w tej pozycji? Opis nie wskazuje na konkretny wyrób.

Odpowiedź Zamawiającego: łącznik do przewodów tlenowych, aby móc przedłużyć cewnik tlenowy

Zadanie nr 6, pozycja dot. trójnika do przedłużacza tlenu

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma na myśli i czego wymaga w tej pozycji? Opis nie wskazuje na konkretny wyrób.

Odpowiedź Zamawiającego: łącznik-trójnik, aby móc podłączyć np. dwie maski do jednego źródła tlenu

Zadanie nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w rozmiarach od 2,5 do 10,0?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG o średnicy 50mm, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 18, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za 1 sztukę elektrody czy za opakowanie dwóch sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: za opakowanie dwóch sztuk

ZAPYTANIE VI

Zadanie 2 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 20 ml pakowanych w opakowania 50 szt. z możliwością przeliczenia ilości. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 50ml pakowanych po 50szt ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 50ml z rozszerzeniem do 60ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 2 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 100ml pakowanych w opakowania 25szt .

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 2 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie mini spikiem z filtrem bakteryjnym 0,2 µm

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści FARTUCH MEDYCZNY WZMOCNIONY

- Przeznaczony dla personelu medycznego do podstawowych zastosowań w sytuacjach klinicznych. Wzmocniony z przodu oraz na ramionach. Tył z PP oddychający, Niejałowy- rękawy zakończone mankietem dobrze opinającym nadgarstek, Gramatura 19G/M2 PP + 13G/M2 PE (LAMINAT)

Dostępność rozmiarów UNIWERSALNY. Kolor niebieski

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 20, poz. 2

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o informację do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 20, poz. 2.

2. **Jeśli w pakiecie 20. poz. 2** Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

[Odpowiedź Zamawiającego: fartuchy mają być używane przez personel niemedyczny](#)

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 20. Poz. 2?

[Odpowiedź Zamawiającego: fartuchy mają być używane przez personel niemedyczny](#)

ZAPYTANIE VII

Pakiet 19, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektroda neutralną jednorazową, dzielona, dla dorosłych i dla dzieci, hydrożel, 163,5 mm x 117 mm, powierzchnia 105 cm²?

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

Pakiet 19, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści 100 szt. w opakowaniu?

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

ZAPYTANIE VIII

Zadanie 16, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle owalne, obrotowe, do polipektomii o średnicach otwarcia 15 mm, 15 mm oraz 32 mm (do wyboru Zamawiającego), wymiar 2,4 mm x 2300 mm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 16, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii na gumkę w rozmiarze uniwersalnym?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

ZAPYTANIE IX

Dot. zad. 21 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na kuwety 2,0 ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na kuwety 4,0 ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 3

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na kule 4,5ml cztery ściany przejrzyste (optycznie gładkie)?

Odpowiedź Zamawiającego: j. w.

Dot. zad. 21 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na kapilary 98ul o wymiarach wskazanych w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dot. zad. 21 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opakowania po 1000 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dot. zad. 21 poz. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki PS z korkiem, 12/75 mm o poj. 4ml bez podziałki, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dot. zad. 21 poz. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki stożkowe 16/100 mm o poj. 10ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dot. zad. 21 poz. 17

Czy Zamawiający ma na myśli naczynka typu Technicon? Jeśli inne- prosimy o podanie rodzaju.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE X

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12mm lub 0,45x16mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę motylek w rozmiarze 22G 0,7 x 19 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igły w trzech rozmiarach 25G, 26G, 27G (bez 28G)?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igłę 26Gx90mm zamiast 26Gx120mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający odstąpi od rozm. 28G?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły 26G (0,45x90) zamiast 26G(0,45x88)?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły 25G i 27G w zestawie z prowadnicą?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej o następujących parametrach i składzie zestawu:

- Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml
- Strzykawka o pojemności 60ml
- Igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G)
- Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne - zewnętrzne papierfolia, wewnętrzne folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 2, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 2, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak. a'25 szt. oraz ich wycenę za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 3, pozycja 2-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 3, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści korki do wenflonów w opak. a'250 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opak. a'100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o średnicy wewn. 3mm i średnicy zewn. 4,7 dł. 2100mm i 7620mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową innego producenta o następującym opisie:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewnia bezpieczną kontrolę oddechu
- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości mankietu, ciśnienia wypełnienia mankietu oraz rozmiaru
- Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski oraz maksymalnej objętości mankietu
- Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?



Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 opak. osłonek (a'144 szt.)? Nie ma możliwości sprzedaży 1 szt. osłonki, zwracamy się więc z prośbą o wycenę za opak. z uwzględnieniem zaokrąglenia w górę do pełnego opakowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 6, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź Zamawiającego: nie konieczne

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorcza, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

Zadanie 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

Zadanie nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści okrągłe pojemniki 1l wysokość 140mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 92,5mm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 1000ml lub 2000ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie nr 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 70ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie nr 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści okrągłe pojemniki 5l wysokość 210mm, średnica górna 230mm, średnica dolna 190mm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie nr 10, pozycja między 3 a 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn na palec za opak. a'10 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym w miejsce kanki?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 10, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opak. a'90 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 10, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach M, L, XL oraz XXL?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE XI

Zadanie 2, poz. 5

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z swz

Zadanie 3, poz. 10,12

Czy zamawiający wydzieli poz.10,12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 5, poz. 6,12,13

Czy zamawiający wydzieli poz.6,12,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 6, poz. 3,13-14

Czy zamawiający wydzieli poz. 3,13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 7, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 14, poz. 9-12

Czy zamawiający wydzieli poz. 9-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 20, poz.2

Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

- Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?
- Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
 - o Mankiet 5 cm
 - o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
 - o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
 - o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

ZAPYTANIE XII

Pakiet nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, dzieloną z dodatkowym pierścieniem ekwipotencjalnym, przeznaczoną dla dorosłych i dzieci o wadze od 2kg, hydrożelową, o wymiarach 170,5x128,5mm i powierzchni 108cm² ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE XIII

Pytanie dotyczy zadania 16

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowego użytku długości 250 cm i średnicy szczotki 5 / 10 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą pętle do polipektomii o wymiarach tylko średnica 2,4x 2300mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

ZAPYTANIE XIV

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Parametry Techniczne:

3. Dotyczy Zadania nr 23, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak



Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo - foliowych o gramaturze papieru 70g/m² i folii minimum 8 - warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy w pozycji nr 3, zamawiający dopuści rękaw z zakładką o szerokości 60mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy w pozycji nr 4 zamawiający dopuści o oceny rękaw w rozmiarze 400 x 80mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

4. Dotyczy Zadania nr 23, pozycji nr 14:

Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

5. Dotyczy Zadania nr 23, pozycji nr 15:

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE XV

Pakiet I

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści igłę motylkową w rozmiarze 0,7 x 19mm

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 10 Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 29G reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pakiet 5

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści żel w ampułko strzykawkę o pojemności 6ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę sterylizowaną promieniami gamma?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 27F?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 30F?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 10

Poz. 10 Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 12

Poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rozmiarze +/- 10cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 3 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w tej pozycji oczekuje samego kombinezonu czy zestawu th, gogle, kombinezon maska itd.?

Odpowiedź Zamawiającego: chodzi o kombinezon z butami ochronnymi

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o długości rolki 46m?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 7 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy oczekuje wyceny za 1 rolkę czy za wycinek?

Odpowiedź Zamawiającego: za rolkę

Poz. 8 i 9 Czy Zamawiający oczekuje serwety z samej włókniny czy z laminatu włóknina+ folia?

Odpowiedź Zamawiającego: chodzi o serwety z samej włókniny

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 90x210?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 90x210?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 16 Czy Zamawiający oczekuje maski z zaworkiem czy bez zaworka?

Odpowiedź Zamawiającego: z zaworkiem

Poz. 17 Czy Zamawiający oczekuje maski z zaworkiem czy bez zaworka?

Odpowiedź Zamawiającego: z zaworkiem

Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie 50szt?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 19 Czy Zamawiający oczekuje maski z zaworkiem czy bez zaworka?

Odpowiedź Zamawiającego: bez zaworka

Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną w klasie europejskiej (FFP2 lub FFP3)?
Klasa N95 jest klasą amerykańską, a nie europejską

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE XVI

1/ Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli pediatrycznej z portem, w rozmiarze G26 0,62x19mm, przepływ 17ml/min., wykonanej z FEP, z dwoma paskami RTG?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE XVII

Zadanie 21

Poz 1 - Proszę o podanie głębokości nakłuwaczy.

Odpowiedź Zamawiającego: 2,4

Poz. 2 - Czy Zamawiający zaakceptuje kuwety o pojemności 2 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje kuwety o pojemności 4 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje kapilary o pojemności 120ul z heparyną sodowa i litową, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Poz. 11, 12 - Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o pojemności 10 ml i wymiarach 16x100mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 11,12 - Proszę o podanie czy Zamawiający oczekuje probówek z PP czy PS?

Odpowiedź Zamawiającego: PS

Poz. 15 - Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o pojemności 150 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE XVIII

Pytanie 1

Dotyczy Zadanie 15-poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki do biopsji jednorazowe 2,3x1600 przeznaczone do gastrokopii?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie 2

Dotyczy Zadanie 16 - poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczoteczki do endoskopów o średnicy 1,8mm; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie 3

Dotyczy Zadanie 16 - poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować pętle owalne, obrotowe do polipektomii 15mm, 25mm i 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego) do kanału roboczego 2,8mm, wymiary narzędzia śr. 2,3mm i długość 2300mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie 4

Dotyczy Zadanie 16 -poz. 5

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować spodenki do kolonoskopii na gumkę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ustępu o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SWZ

ZAPYTANIE XIX

Zadanie nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną o min. 20% skalą pomiarową?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających kolorowy kontrastujący tłok (nie mleczny)?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z logo producenta i nazwą własną na cylindrze?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 2, poz. 4

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawk pakowanych po 50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 2, poz. 5,6

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawk pakowanych po 25szt?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 2, poz. 1-6

Czy Zmawiający wymaga zaferowanie strzykawk bez zawartości ftalanów i BPA, potwierdzone informacją na opakowaniu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 3, poz. 2-6

Czy Zmawiający wymaga zaferowanie kaniul wykonanych z PTFE, z minimum 4 paskami RTG ?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Zadanie nr 3, poz. 7-9

Czy Zmawiający wymaga zaferowanie kaniul wykonanych z poliuretanu, z minimum 6 paskami RTG, 2 metalowym zabezpieczeniem końca igły ?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Zadanie nr 3, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że oferowane nakłuwacze muszą spełniać poniższy opis gwarantujący najwyższą jakość produktu:

Nakłuwacz bezpieczny jednorazowego użytku aktywowany przez przycisk.

Dwusprężynowy mechanizm (spirale metalowe) zapewniający lepszą precyzję igły. Igła cofa się całkowicie po nakłuciu. Zużycie produktu łatwe w identyfikacji -wyraźnie widoczne czy produkt został użyty. Badania kliniczne potwierdzające ilość krwi i odczucie bólu.

Długość szlifów igły nie mniejsza niż 3 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Zadanie nr 5, poz. 11

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawki o pojemności 6ml, sterylizowanej radiacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 6, poz. 15

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaferowanie worka na wymiociny z plastikowym kołnierzem, o pojemności 1500ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kroplowa o długości minimum 60mm w części przezroczystej?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Zadanie nr 7, poz. 1

Czy Zmawiający wymaga zaferowania przyrządu z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo, co pozwala na pewne wklucie do każdego rodzaju pojemnika?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Zadanie nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu z odpowietrznikiem z filtrem powietrza o min. skuteczności filtracji BFE 99,999994%, VFE 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta)?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Zadanie nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kroplowa o długości minimum 80mm w części przezroczystej?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Zadanie nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pojemnika o pojemności 1000ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 9, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pojemnika o pojemności 30ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 9, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pojemnika o pojemności 60ml ?

Pytanie do SWZ

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej ?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z obowiązującymi przepisami i swz

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że przedłużył termin składania ofert do 29.08.2023 r. godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/807469_ w dniu 24.08.2023 r.