



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa Wesoła

05-075 Warszawa Wesoła ul. Kilińskiego 48

tel./ fax. 0 22 773 74 50

www.szpzwesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Warszawa 13.05. 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania pn. "Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych w podziale na zadania: - sprawa nr SZPZŁO/04/2024

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła , informuje, iż wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Zadanie 2, poz. 9,16

Czy zamawiający wydzieli poz.9,16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy

PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź : Brak zgody.

Pytanie nr 2.

Zadanie 2, poz.3,4

Czy zamawiający wydzieli poz.3,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy

PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Brak zgody.

Pytanie nr.3

Zadanie 2, poz. 3,4

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr.4

Zadanie 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem

ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Nie.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

**05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48
tel./ fax. 0 22 773 74 50**

www.szpzwesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Pytanie nr.5

Zadanie 2, poz. 9

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego jakich rozmiarów siatek wymaga do poszczególnych pozycji

,według rozmiarów przedstawionych poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym:

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: długość 1m, reszta zgodnie z opisem.

Pytanie nr.6

Zadanie 6, poz. 2-3,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.7

Zadanie 6, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 8

Pakiet 9, poz. 5-6

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę podkładu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.9

Pakiet 9, poz. 6

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm? **Odpowiedź: Nie**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm? **Odpowiedź: Nie**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm? **Odpowiedź: Nie**

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **Odpowiedź: Nie**

Pytanie nr.10

Pakiet 9, poz. 6

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm? **Odpowiedź: Nie**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm? **Odpowiedź: Nie**

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **Odpowiedź: Nie**



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48

tel./ fax. 0 22 773 74 50

www.szplowesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Pytanie nr.11

Pakiet 9, poz. 11

Czy zamawiający dopuści nebulizator o poj. 6 ml?

Odpowiedź: Tak.