



tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

ZP/600/23

Katowice 17.04.2023r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Murcki Sp. z o.o., nr sprawy: ZP/600/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szpital Murcki Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokołowskiego 2, zwany w dalszej części Zamawiającym, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje informacje dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej.

I.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, mając na względzie kryteria wyboru ofert określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena – 60 % oraz parametr techniczny – 40 %, w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę **Siemens Healthcare Sp. z o.o.**

Numer oferty	Nazwa oferenta	Cena ofertowa	SUMA PUNKTÓW 100%
1	Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa NIP 113-28-85-680	1 713 090,29 zł brutto	96,00 %

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z treścią SWZ, najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryterium i w sumie uzyskała najwyższą liczbę 96,00 punktów.

II.

Szczegółowa punktacja:

Cena (C) - 60%

Parametr techniczny (P) - 40%

- 1) Kryterium **cena – 60%**: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów 60%, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{1713090,29}{1713090,29} \times 100 \times 60 \% = 60,00\%$$

- 2) Kryterium **parametr techniczny – 40% (40 punktów)**: Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Parametr techniczny” zgodnie z parametrami określonymi w załączniku – nr 2 do SWZ kolumna „punktacja” oraz kolumna „wartość oferowana”. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium „Parametr techniczny” wynosi 40 pkt.

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ:
121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 86 357 000,00 zł.
ING BANK ŚLĄSKI: 25 1050 1214 1000 0022 1371 6489



			Przyznane punkty
1.	Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta ≤ 55 cm	wartość wymagana – 0 pkt. wartość niższa niż wymagana – 2 pkt	2 pkt.
2.	Zakres przesuwu stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 157 cm	wartość wymagana – 0 pkt. wartość wyższa niż wymagana – 2 pkt.	2 pkt.
3.	Konfigurowanie danych pacjenta, ułożenia pacjenta i protokołu badania z ekranu dotykowego na gantry lub urządzenia mobilnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu badania pacjenta	NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt	2 pkt
4.	Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] ≤ 80	wartość wymagana – 0 pkt. wartość niższa niż wymagana – 2 pkt.	0 pkt.
5.	Max prąd dla napięcia 80 kV (podać) ≥ 240 mA	wartość wymagana – 0 pkt. wartość wyższa niż wymagana – 2 pkt.	2 pkt.
6.	Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] $\geq 3,5$	wartość wymagana – 0 pkt. wartość wyższa niż wymagana – 2 pkt.	0 pkt.
7.	Odległość ognisko lampy rtg – detektor < 100 cm	NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt	2 pkt.
8.	Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm ²], zgodnie z normą IEC 60336:2021	wartość wymagana – 0 pkt. wartość najniższa – 2 pkt.	2 pkt.
9.	Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania powyżej 50 cm	NIE 0 pkt TAK 2 pkt	2 pkt.
10.	Dedykowane rozwiązanie umożliwiające odcięcie promieniowania o niższych energiach, oprócz wstępnej filtracji kolimatorem wiązki promieniowania, ograniczające dawkę i zapewniające optymalną jakość obrazu na granicy ośrodków tkanki miękkiej i powietrza w celu wykonywania badań przesiewowych w obrazowaniu min. płuc i jelita grubego.	NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt	2 pkt.
11.	Maksymalny czas skanu spiralnego/heliakalnego, bez przerwy na chłodzenie lampy [s] ≥ 100 s	wartość wymagana – 0 pkt. wartość wyższa niż wymagana – 2 pkt.	2 pkt.
12.	Stanowisko operatorskie – konsola akwizycyjna	1 monitor - 0 pkt dwa monitory - 2 pkt	2 pkt.
13.	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] min. 21 "	21" - 0 pkt powyżej 21" - 2 pkt	2 pkt.
14.	Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania	NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt	2 pkt.
15.	Zoptymalizowana rekonstrukcja obrazu wspierana technologią ALPHA (Automatic Landmark Parsing of Human Anatomy), zapewniająca automatyczną detekcję zakresów anatomii i automatyczne rozpoznawanie anatomicznych znaczników w zebranych danych obrazowych	NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt	2 pkt.
16.	Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgow i numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa	NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt	2 pkt.
17.	Automatyczna rekonstrukcja obrazu struktury kostnej, z rozłożeniem obrazu żeber na płaszczyźnie, w badaniach klatki piersiowej	NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt	2 pkt.
18.	Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu min kl I zgodnie z CanOpen 425	Kl.I-III – 0pkt Kl IV - 2 pkt	2 pkt.
19.	Oprogramowanie usuwające obraz struktury kostnej i stołu z pozostawieniem struktury naczyniowej	NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt	2 pkt.

20.	Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu.	NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt	2 pkt.
SUMA PUNKTÓW			36 pkt.

$$P = \frac{36}{40} \times 100 \times 40 \% = 36,00\%$$

Oferta w sumie (cena oraz parametr techniczny) uzyskała: 60,00 % + 36,00 % = 96,00%

III.

Podpisanie umowy:

Informujemy, że zawarcie umowy nastąpi zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt 1) a) Ustawy Pzp.

Krzysztof Zaczek

Mariusz Kokosza