



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 21.06.2022 r.

DZP – 23/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn. „Dostawa akcesoriów do diatermii”

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie dł. 90 mm i średnicy 2mm lub 4mm.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie dł. 90 mm i rozmiaru 2,5x20 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie dł. 90 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,7x20 mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,7x20 mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,7x12 mm i dl. 90 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym o dł. 165mm z końcówką nieprzywierającą 0,5 x 6 mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką nieprzywierającą 0,5 x 6 mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką nieprzywierającą 0,5 x 6 mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką nieprzywierającą 1,0 x 6 mm lub 0,5 x 6 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką nieprzywierającą 1,0 x 6 mm lub 0,5 x 6 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką nieprzywierającą 1,0 x 6 mm lub 0,5 x 6 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką nieprzywierającą 1,0 x 6 mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie końcówki 2,0 x 8 mm i dł. 19,5 cm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 18, 19

Prosimy o dopuszczenie końcówki 1,0 x 6 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Elektroda kulkowa, prosta, wielorazowa \varnothing 4,6 mm, długość 100-126 mm. Średnica kulki do wyboru przez zamawiającego. Średnica trzpienia 2,4mm ?



Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Elektroda szpatułkowa prosta, wielorazowa długość 110-152 mm . Średnica trzpienia 2,4mm. ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa sterylna elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 45-69 mm (1 op=5szt). Średnica trzpienia 2,4mm.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Wielorazowa elektroda szpatułkowa, zagięta, długość 110-146 mm. Średnica trzpienia 2,4mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Wielorazowa elektroda igłowa, prosta, 20 mm, długość 35-62 mm. Średnica trzpienia 2,4mm. (1op=5szt.) ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Wielorazowa elektroda igłowa, prosta izolowana, \varnothing 0,5 x 20mm, długość 35-69 mm. Średnica trzpienia 2,4mm. (1op=1 szt.) ? Wykonawca przeliczy ilość.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostaje przy SWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści Wielorazowa elektroda igłowa, prosta , \varnothing 0,8 x 13 mm, długość 104-120 mm. Średnica trzpienia 2,4mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa końcówki dł.9mm, cienkie grubości 0,3mm, wykonane ze stopów nieprzywieralnych, długość pincety 160 mm. Połączony wtyk ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki dł.9 mm, cienkie grubości 0,3mm, wykonane ze stopów nieprzywieraalnych, długość pincety 200 mm.

Pozłacany wtyk ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa końcówki dł.9mm, cienkie grubości 0,3mm, wykonane ze stopów nieprzywieraalnych, długość pincety 220mm. Pozłacany wtyk ?

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa niebieska, końcówki dł.9mm, delikatne grubości 0,6mm, wykonane ze stopów nieprzywieraalnych, długość pincety 180 mm. Pozłacany wtyk ?

Pozłacany wtyk ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki dł.9mm, delikatne grubości 0,6mm, wykonane ze stopów nieprzywieraalnych, długość pincety 220 mm.

Pozłacany wtyk ?

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki dł.9 mm, delikatne grubości 0,6mm, wykonane ze stopów nieprzywieraalnych, długość pincety 200 mm.

Pozłacany wtyk ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki dł.9mm, tępe grubości 1 mm, wykonane ze stopów nieprzywieraalnych, długość pincety 200 mm. Pozłacany wtyk ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki 0,6 mm, cienkie, długość pincety 200 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 31 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki 1,0 mm, długość pincety 200 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki dł.9mm, grubości 2 mm, zamknięcie punktowe, długość pincety 200 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki dł.9mm, grubości 1mm, zamknięcie punktowe, długość pincety 220mm ?

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki dł.9mm, grubości 1 mm, długość pincety 160-180 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził:
p.o. Z-CY DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz