



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T. 75 738 00 00  
E: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, 11 sierpnia 2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1079, ze zm.) na: „Dostawę aparatu do monitoringu nerwów kraniowych do zabiegów na tarczycy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.”. Znak sprawy 27/PN/2022**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1079 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ –Opis Przedmiotu Zamówienia**

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od min. 0,01-25mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów min.1-60Hz (skok co 1Hz) do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu min.90V.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od min. 0,01-25mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów min.1-60Hz (skok co 1Hz) do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu min. 90V

**2. Dotyczy wadium**

Czy Zamawiający obniży wartość wadium? Zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych średnia wartość wadium nie powinna przekroczyć 3% wartości zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską dotyczącą kwoty wadium w SWZ.

Odpowiedzi udzieliła: GRABAS Natalia St. Referent ds. Administracji i Zaopatrzenia

DYREKTOR  
ZOZ w Bolesławcu  
Kamil Barczyk



---