

Warszawa, 10 sierpnia 2023 r.

**BF-2.262.21.2023**

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

#### **Wniosek Nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na monitorowanie procesu mycia poprzez drukarkę lub na przykład aplikację i raporty w pdf?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że zgodnie z zapisami w SWZ Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało interfejs USB do monitorowania procesu mycia, funkcjonalność zaproponowanego przez dostawcę urządzenia nie może zakłócać funkcjonalności opisanej w SWZ.

#### **Wniosek Nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość zaprogramowania min. 2 preferowanych programów pod przyciskiem wyboru bezpośredniego z panelu sterowania bez potrzeby wchodzenia w menu i listę programów? Urządzenie może być obsługiwane przez różne osoby i ważne jest, aby obsługa była intuicyjna i nie dochodziło do pomyłek przy wyborze programów dostępnych z szerokiej listy.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że zgodnie z zapisami w SWZ Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość zaprogramowania co najmniej 2 programów przez użytkownika nie specyfikując sposobu programowania, funkcjonalność zaproponowanego przez dostawcę urządzenia nie może zakłócać funkcjonalności opisanej w SWZ.

#### **Wniosek Nr 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych oraz poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje,** że zgodnie z zapisami w SWZ Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość kontroli poziomu środków chemicznych: czyszczącego i neutralizującego w zbiornikach. Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość kontroli ilości dozowanych środków chemicznych oraz możliwość nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania.

**Wniosek Nr 4**

Czy Zamawiający dla zagwarantowania wysokiej jakości mycia wymaga, aby urządzenie posiadało czujniki do monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje,** że nie wymaga, aby urządzenie posiadało czujniki do monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych.

**Wniosek Nr 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia była wyposażona w czujnik do pomiaru przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje,** że nie wymaga, aby urządzenie posiadało czujnik do pomiaru przewodności wody w trakcie fazy końcowego płukania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści SWZ, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 18 sierpnia 2023 r. o godz. 11:15

*Ewa Mrówka  
Dyrektor  
Departamentu Laboratoriów  
/podpisano elektronicznie/*