



Poznań, dnia 06.03.2019 r.

Dz. Z. P. 02/18/19

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.02.2019r. 2019 /S 038 - 084992

WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) wyjaśniam:

Zestaw nr 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia Część nr 5

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 5 zestawu do cewnikowania żył centralnych do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzi:

- Cewnik dwuświatłowy wykonany z poliuretanu rozmiar 4Fr długość 8cm
- Igła wprowadzająca 21G
- Rozszerzadło
- Prowadnik o średnicy 0,018inch (0,46mm) długość 40cm
- Strzykawka o pojemności 6ml
- Bezigłowe nasadki iniekcyjne
- Czerwony pojemnik na zużyte igły
- Całość sterylna, etykiety samoprzylepne do wklejania do protokołu

Odp: Zgodnie z SIWZ


Dotyczy przedmiotu zamówienia Część nr 13

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 13 zestawu do konikotomii ratunkowej do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzi:

- 2x Igła wprowadzająca (z koszulką oraz bez)
- Strzykawka
- Skalpel
- Zakrzywiony rozszerzacz
- Prowadnica
- Cewnik do wentylacji o średnicach 3,5mm dł. 3,8cm lub 4mm dł. 4,2cm lub 6mm dł. 7,5cm (do wyboru przez zamawiającego) ze standardowym złączem 15mm
- Taśma tracheostomijna
- Całość sterylna, etykiety samoprzylepne do wklejania do protokołu.

Zapewniamy również szkolenie na fantomie z zastosowania zestawu.

Odp: Zgodnie z SIWZ





Zestaw nr 2

Część 18, poz. 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu chirurgicznego wchłanialnego monofilamentowego, syntetycznego, niepowlekanego o zdolności podtrzymywania tkankowego po 57 dniach ok. 40% oraz o okresie absorpcji 180-210 dni.

Odp: Zamawiający dopuszcza

Część 18, poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwy chirurgiczne wchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, niepowlekanie o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40% oraz o okresie absorpcji 90-120 dni.

Odp: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala

dr Marek Sobiechowski