



Znak sprawy: ZP/70/TP2/2022

Zabrze, 10.11.2022r.

**ODPOWIEDZI  
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w trybie **podstawowym z możliwością negocjacji** pn.:

**„Zakup stacji uzdatniania wody z dotacji celowej ministra zdrowia”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie odwróconej osmozy o maksymalnym poborze prądu elektrycznego nie większym niż 2,3 kW?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o maksymalnym poborze prądu elektrycznego nie większym niż 2,3 kW.**

Zamawiający

**z up. DYREKTORA  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski**

**Dyrektor**  
dr n. med.  
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT  
fax: (32) 370 45 22  
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA  
tel.: (32) 370 45 31  
tel.: (32) 370 45 07

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)