



WIDOK Z PRZODU



Zestaw 1-łożkowy środkowy z 1 punktem poboru gazów medycznych (1xO2)

1. Umieszczenie punktów poboru gazów medycznych (PPGM) po lewej stronie stanowiska.
2. Umieszczenie otworowania do instalacji gazowej i elektrycznej z wg. inst. wyprowadzonej na obiekcie.
3. PPGM w systemie AGA - produkcji INMED.
4. Osprzęt elektryczny - Simon Kontakt.
5. Pokrywa gazowa lakierowana proszkowo - RAL 5014.
6. Długość panela - 1,6 m

WIDOK OGÓLNY



temat projektu	PRZEBUDOWA ŚAL CHOROBY NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPIAŁ SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOLAZACH			
adres	ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głucholazy			
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głucholazy			
projektant specjalność elektryczna	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OP/L/1329/PBE/17			podpis
sprawdzający specjalność elektryczna	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op			podpis
temat rysunku	wzrost panela medycznego 1 - końcowego			
zabezpieczenia	PB/elektryka	data 2018.03	skala	nr 75 EW-19