



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szczecin, 16.08.2023 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr 2023.08.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Sukcesywne dostawy części do pulsoksymetrii i akcesoriów medycznych na okres 12 miesięcy**”

Pytanie 1

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, których użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników oferowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- 1) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub wykonania niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym, w wysokości **1% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy** za każdy dzień zwłoki;
- 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub podczas weryfikacji przedmiotu dostawy, w wysokości **1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy** za każdy dzień zwłoki; (...)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

DYREKTOR
Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie
lek. med. Roman Pałka