



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 24 stycznia 2023 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”, sprawa 40/PN/2022.**

Wypełniając dyspozycję art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1933 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w Zadaniu nr 3- Kaniule za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

**Anmar Sp. z o.o.**

**ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**

**cena ofertowa brutto: 46,43 pkt**

**termin realizacji zamówienia: 40 pkt**

**łącznie punktacja: 86,43 pkt**

**Uzasadnienie prawne:** Zamawiający dokonał wyboru na podstawie art. 252 ust. 1 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie faktyczne:** Ww. Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczególnie określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1933 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego odrzucono ofertę firmy:

**1. ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.**

**ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze**

**Uzasadnienie prawne:** Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie faktyczne:** Zamawiający z Zadaniu nr 3 poz. 11 opisał przedmiot zamówienia w sposób „Kaniula dożylna wykonana z PTFE, pediatryczna, z uchwytem ułatwiającym wprowadzanie, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, zdejmowana końcówka ze skrzydełkami, znakowana kolorystycznie zgodnie z rozmiarem. Bez zawartości lateksu i PCV; roz. 26G/0,6mm x 19mm, przepływ min. 13 ml/min”. W odpowiedzi na złożone w niniejszym postępowaniu wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający dopuścił w poz. 11 kaniulę wykonaną z termoplastycznego poliuretanu oraz kaniulę wykonaną z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, nie wyrażając jednak zgody na zaferowanie kaniul wykonanych z fluorowanego polipropyloetylen (FEP). Innymi słowy, Zamawiający oczekiwał zaferowania kaniul wykonanych z politetrafluoroetylen (PTFE) bądź z poliuretanu.

Zaproponowana przez firmę ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. kaniula dożylna bez portu SANViflon S własnej produkcji o numerze katalogowym KDFS-06-19 wykonana została z FEP, przez co nie spełnia wymogów Zamawiającego.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem

DYREKTOR  
ZOZ w Bolesławcu  
Kamil Barczyk

