

Kraków, dn. 03.09.2024 r.

**dot. przetargu ZP-16/24**  
**na usługi sterylizacji dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie**

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający ze względu na proces technologiczny, który trwa określony czas zmieni kryterium jakościowe

w następujący sposób:

Termin wykonania usługi „na cito”: do 4 godzin – 20 pkt,

Termin wykonania usługi „na cito”: powyżej 4 godzin – 0 pkt

**Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby używany do transportu samochód był wyłożony od wewnątrz blachą kwasoodporną ?

**Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów potwierdzających wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 13485:2016 wystawionych przez niezależne, akredytowane jednostki certyfikujące dotyczących miejsca wykonywania usługi?

Udzielenie akredytacji jednostce certyfikującej świadczy o tym, że ta jednostka ma odpowiednio kompetentny personel, rzetelnie prowadzi certyfikację, a wyniki audytów certyfikujących są obiektywne i niezależne. Akredytacja jednostki certyfikującej daje gwarancję, że wydawane przez nią certyfikaty są wiarygodne

**Odp.: Zamawiający wymaga posiadanie systemu zarządzania jakością ISO lub GMP**

**Pytanie nr 4**

W części III.3.SWZ Zamawiający określił, że w okresie realizacji usługi Wykonawca musi zapewnić 2 szafy nierdzewne transportowe. Natomiast w projekcie umowy w § 2 pkt.5g) zapisane jest, że Wykonawca zapewni 4 szafy nierdzewne transportowe. Czy Zamawiający mógłby dookreślić ilość szaf, które musi zapewnić Wykonawca?

**Odp.: Zamawiający wymaga 4 szaf nierdzewnych transportowych**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający potwierdza, że usługa cito dotyczy tylko sterylizacji wysokotemperaturowej oraz niskotemperaturowej w nadtlenu wodoru, bez sterylizacji w tlenku etylenu, gdzie niemożliwe jest wykonanie takiej usługi ze względu na proces technologiczny?

**Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.**

**Pytanie nr 6**

Zamawiający potwierdza że usługa cito dotyczy tylko sterylizacji wysokotemperaturowej oraz niskotemperaturowej w nadtlenu wodoru

***Odp.: Zamawiający potwierdza że usługa cito dotyczy tylko sterylizacji wysokotemperaturowej oraz niskotemperaturowej w nadtlenu wodoru***