

Świnoujście, dnia 4.08.2022 r.

Nr postępowania BZP.271.1.35.2022

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ

Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.35.2022 pn.: „Dostawa defibrylatorów wraz z akcesoriami do Urzędu Miasta Świnoujście”

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza Państwo urządzenie posiadające odrębne elektrody pediatryczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia posiadającego odrębne elektrody pediatryczne.

Pytanie nr 2

Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2. Zastosowanie tylko przycisku zmiany trybu może spowodować, że nie uratujemy osoby poszkodowanej. Przycisk można wcisnąć przypadkowo. Użycie klucza pediatryczne eliminuje możliwość przypadkowego użycia przycisku, poza tym producent defibrylatora zaleca użycie klucza, dopuszczając jednocześnie użycie trybu dla dorosłych w przypadku dzieci, strona 26 instrukcji.

Odpowiedź:

Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy wyrażą Państwo zgodę na urządzenie przeprowadzające auto-testy w trybie cotygodniowym, ale z gwarancją wykrywania usterki natychmiastowo po jej wystąpieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia AED, w którym auto-testy przeprowadzane są cotygodniowo.

Pytanie nr 4:

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza szafki w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szafek w kolorze innym niż zielony.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Binkiewicz
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych

KM