



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 29.09.2023 r.

FZP.II-241/54/23

## SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERT W ZAKRESIE ZADANIA NR: 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „DOSTAWA MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605) - dalej ustawa Pzp, Szpital Specjalistyczny w Pile **dokonyuje sprostowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.09.2023 r. po powtórzeniu czynności badania ofert w zakresie zadania nr 6**

### 1. Dane o ofertach:

| ZADANIE:   | 6 |
|--|---|
| liczba złożonych ofert:                                    | 2 |
| liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: | 2 |
| liczba ofert wykluczonych:                                 | 0 |

### 2. Kryteria oceny:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Znaczenie (%) |
|-----|----------------------|---------------|
| 1.  | CENA BRUTTO          | 60%           |
| 2.  | TERMIN DOSTAW        | 40%           |

### 3. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| ZAD. | NAZWA I ADRES WYKONAWCY   | NR OFERTY | CENA BRUTTO          | TERMIN DOSTAW  | PUNKTACJA |
|------|---|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 6    | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.<br>ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa      | 2         | 146 124,00 zł<br>(-) | 2 dni<br>(-)   | -         |
|      | bioMérieux Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa | 3         | 164 926,80 zł<br>(-) | 1 dzień<br>(-) | -         |

### 4. Informacja o odrzuceniu oferty w zadaniu 6:

- Zamawiający odrzuca ofertę firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5), gdyż jest niezgodna z zamówieniem. W Instrukcjach producenta dołączonych do oferty dotyczących podłoży: BACTEC Plus Anaerobic i

BACTEC Pedes Plus oraz podłoża dla bakterii beztlenowych nie ma zapisów, że któreś z w/w podłoży można użyć do posiewów płynów innych niż krew nawet po suplementacji. W przypadku podłoża BACTEC Pedes Plus w instrukcji producenta jest wzmianka, że wskazana jest suplementacja przy posiewach ale tylko krwi w ilości mniejszej niż 0,5 ml.

- Zamawiający odrzuca ofertę firmy bioMérieux Polska Sp. z o. o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5), gdyż jest niezgodna z zamówieniem. Oferowane produkty nie pochodzą od jednego producenta oraz podłoże pediatryczne BACT/ALERT PF Plus nie daje możliwości wsiania płynów ustrojowych z miejsc fizjologicznie jałowych.

5. Informacja o unieważnieniu postępowania nr 6:

- Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255 ust 2), gdyż wszystkie złożone oferty w postępowaniu podlegały odrzuceniu.