



TAM-341/1-PN/24-2024.BS

Rybnik, dnia 13.05.2024 r.

**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Wyjaśnienie – Modyfikacja 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup stanowisk pielęgnacyjnych dla noworodków na potrzeby Oddziału Neonatologicznego

Przedmiot niniejszego zamówienia został dofinansowany ze środków budżetu Miasta Rybnik

(zamówienie nr **TAM-341-PN/24-2024.BS**)
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
nr Dz.U.2024/S-85-258333 z dnia 30.04.2024 r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SWZ i umowy poprzez wydłużenie terminu dostawy, instalacji i montażu obu pakietów do 30 dni od daty zawarcia umowy, z jednoczesną rezygnacją z wyznaczania ostatecznego terminu dostawy na 31.05.2024 r.?

Należy wskazać, że proces technologiczny produkcji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia trwa do 30 dni, nie jest więc możliwe wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie stanowisk w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający wskazał termin ostateczny realizacji zamówienia do 31.05.2024r., podczas gdy termin składania ofert to 15.05.2024r. Prawidłowe rozstrzygnięcie postępowania to min. 1 tydzień, a czas ten wydłuża się do prawie 2 tygodni w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty w postępowaniu. Skutkiem tego może być upływ terminu realizacji umowy przed zawarciem umowy w przetargu. Co więcej, Zamawiający przewidział 90 dniowy termin związania ofertą,

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

tj. do 15 sierpnia 2024 roku, co znacznie przekracza termin realizacji wskazany w SWZ. Wobec powyższego zasadna jest zmiana terminu realizacji w sposób określony w zapytaniu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia terminu dostawy, instalacji i montażu obu pakietów do maksymalnie 50 dni od daty zawarcia umowy (parametr punktowany).

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ tj.: „*Formularz Oferty*”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 2:

dot. załączników nr z1.2a i z1.2b (pkt. 4 i 9)

Czy Zamawiający dopuści Stanowiska (oba pakiety) wyposażone we wspólną dla każdego stanowiska obrotową baterię z wyciąganym natryskiem obsługującą zarówno wanienkę jak i umywalkę?

Rozwiązanie takie nie pogarsza warunków obsługi wanienki i umywalki, umożliwia bowiem na wykorzystanie tej samej baterii zarówno przy waniencie jak i przy umywalce, pozwala natomiast zredukować koszty stanowisk poprzez eliminację drugiej baterii.

Dopuszczenie urządzeń o parametrach zmienionych zgodnie z naszymi pytaniami pozwoli złożyć ofertę konkurencyjną przy zachowaniu wysokiego poziomu technicznego i użytkowego oferowanych urządzeń.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „stelaż nierdzewny” dopuszcza również stelaż wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo na wybrany przez siebie kolor z palety RAL producenta stanowisk?

Odpowiedź 3:

Tak, zamawiający dopuści stelaż wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo.

Pytanie 4:

Prosimy o odstąpienie od wymogu wodoodporności materacyka przewijaka. Stosowane tapicerki do produkcji materacyków są odporne na zmywanie oraz dezynfekcję, ale nie wodoszczelne ze względu na łączenia – przeszycia materiału.

Odpowiedź 4:

Zamawiający posługując się zapisem „wodoodporny” określił wymóg, aby materacyk był odporny na wilgoć (w domyśle wodę, detergenty oraz płyny ustrojowe w przypadku zachlapania lub przypadkowego rozlania płynów), a także niewysiąkających płynnych substancji, aby zachować bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowisku. O ile tapicerka spełnia te cechy, Zamawiający uzna, iż wymóg odporności na wodę został spełniony. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji w tym zakresie. Zamawiający nie wprowadził natomiast wymogu wodoszczelności.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje tylko wskazania częstotliwości oraz zakresu prac związanych z przeglądem/ogłędzinami sprzętu, a same przeglądy będą zlecane dodatkowo wg. wytycznych wskazanych w tabeli producentowi sprzętu, serwisowi zewnętrznemu lub pracownikowi szpitala z odpowiednimi uprawnieniami.

Odpowiedź 5:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje wskazania częstotliwości oraz zakresu prac przeglądowych, natomiast sama usługa przeglądu nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy w każdej z sal występują niezależne przyłącza wodne i odpływy kanalizacyjne dla każdego z modułów: kąpielowego (wanienkowego) jak i umywalkowego

Odpowiedź 6:

Tak. Zamawiający potwierdza, że w każdej z sal znajdują się niezależne przyłącza wodne oraz odpływy kanalizacyjne dla każdego z modułów.

Pytanie 7:

dot. SWZ, V. Termin i miejsce wykonania. Zw względu na indywidualny charakter zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia (dostawy, instalacji i montażu) do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź 7:

Zamawiający zmienia terminu dostawy, instalacji i montażu obu pakietów do maksymalnie 50 dni od daty zawarcia umowy (parametr punktowany).

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ tj.: „*Formularz Oferty*”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 8:

dot. SWZ, zał. 1.3 warunki gwarancji i serwisu, pkt 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia zamiennego analogicznego elementu dostawy na czas naprawy/innej usługi serwisowej.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią, a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. SWZ - rozdział V pkt 1 - otrzymuje następujące brzmienie:

Pkt 1: Termin dostawy, instalacji i montażu (w zakresie obu pakietów) – do 50 dni od dnia zawarcia umowy (PARAMETR PUNKTOWANY), stanowiący kryterium oceny ofert

2. SWZ - rozdział XVI, pkt 13 ppkt 3 - otrzymuje następujące brzmienie:

_w kryterium: „**Termin dostawy, instalacji i montażu**” (T) – 20 %. Sposób oceny oferty: liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium terminu realizacji „T” ustalana jest na podstawie formularza oferty wg informacji wykonawcy zawartej w tym formularzu zgodnie ze wskazaną punktacją:

- do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 20 pkt,
- do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 10 pkt,
- do 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 0 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego terminu bądź wskaże inne wartości niż określone powyżej, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy, tj. do 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonawca w w/w kryterium, otrzyma 0 pkt.

3. Projektowane postanowienia umowy - §1 ust. 5 - otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiot umowy określony w formularzu cenowym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować w pomieszczeniach Zamawiającego w Rybniku przy ul. Energetyków 46 z zachowaniem standardów narzuconych przez producenta **w terminie dni od daty podpisania umowy** (wg oferty).

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

Rozdział XII pkt 1 - otrzymuje następujące brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **19.08.2024 r.**

Rozdział XV pkt 2 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

Pkt 2: Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 22.05.2024 r. do godz. 10:00**

Pkt 4: Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22.05.2024 r. o godz. 10:30**

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

Załączniki:

1. Formularz Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) – wersja zmodyfikowana.

D Y R E K T O R

SP ZOZ

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 3 w Rybniku

dr Jarosław Madowicz