



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 | NIP 725-10-19-093 | REGON 000288774
Tel. 42 677 68 34 | Fax 42 678 11 76

www.barlicki.pl

Łódź, dn. 10.11......2020 r.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: aleksandra.niedzialkowska@barlicki.pl
Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 21/ZP/2020

Dotyczy: Wyjaśnienia i zamiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dwuletnia dostawa drobnego sprzętu do zabiegów laparoskopowych

Szanowni Państwo!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. W dniu 19.10.2020 r. złożono następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet 15 –

Klipsownica wielorazowa do zabiegów endoskopowych do SIWZ 21/ZP/2020

Czy Zamawiający w pakiecie nr.15 dopuści do zaoferowania w pełni równoważną Klipsownicę wielokrotnego użytku przeznaczoną do zabiegów endoskopowych, kompatybilną z klipsami tytanowymi, średnio-dużymi typu LT300. długość ramienia 32 cm, średnica ramienia 10 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. W dniu 20.10.2020 r. złożono następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet 15 –

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet 15 – klipsownica wielorazowa do zabiegów endoskopowych.

Lp.1 Klipsownica o dł. trzpienia roboczego od końcówki roboczej do zaworka Luer-Lock 305 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Dotyczy: Pakiet 15

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 42 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. W dniu 21.10.2020 r. złożono następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

Pakiet nr 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie załadowanych staplerów w nożem w ładunku (oraz adekwatnych ładunków) ze zszywkami obłymi wysokości otwartych zszywek 3,85mm i 4,5mm (po zamknięciu 1,0mm i 2,0mm). Z ruchomą dźwignią spustową umożliwiającą odpalenia staplera z obu stron, oddzielnym przyciskiem otwierania staplera, nożem chowanym dla bezpieczeństwa po odpaleniu, antypoślizgowymi nakładkami na rękojeściach staplera.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 2 poz. 6-7

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie załadowanych liniowych staplerów automatycznych (oraz adekwatnych ładunków) ze zszywkami obłymi wysokości otwartych zszywek 3,8mm i 4,5mm (po zamknięciu 1,0mm i 2,0mm). W rozmiarach 30, 45, 60, 90mm. Ze zintegrowaną pinezką/blokadą obsługiwaną automatycznie lub ręcznie. Staplery z dwoma dźwigniami (zamykająca i spustowa).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. W dniu 27.10.2020 r. złożono następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 2 poz. 5

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 2 poz. nr 5 oraz utworzenie odrębnego Pakietu. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 11 poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 11 poz. nr 1 klipsownicy o długości 33 cm spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

Dot. wzoru umowy § 5 ust 4

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 6

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

dot. zapisów umowy § 6 ust 2,3

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: „po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania”

Odpowiedź: TAK. Jednocześnie Zamawiający ustala nowe brzmienie § 6 ust. 2, 3 wzoru umowy następująco:

2. *W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, a Zamawiający po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania skorzysta z uprawnienia określonego w § 5 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonej partii przedmiotu umowy. Zastrzeżona kara umowna jest niezależna od obowiązku zwrotu różnicy ceny, określonego w §5 ust. 4 umowy.*
3. *W przypadku niewykonania umowy lub w przypadku nienależytego wykonania umowy innego niż wskazane w ust. 1 – 2 powyżej po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależyście wykonanej części umowy, a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w całości w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §1 ust. 1 umowy.*

5. W dniu 28.10.2020 r. złożono następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

dot. § 5 ust 1 wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów; „...od złożenia reklamacji przez Zamawiającego” na „...od uznania reklamacji przez Wykonawcę”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

dot. § 6 ust 1 wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie ustalonym zgodnie z § 2 ust. 4 bądź w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie wskazanym w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto towaru niedostarczonego/niewymienionego w terminie za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż **10%** wartości brutto towaru niedostarczonego/niewymienionego w terminie.

Odpowiedź: TAK. Jednocześnie Zamawiający ustala nowe brzmienie § 6 ust. 1 wzoru umowy następująco:

„1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie ustalonym zgodnie z § 2 ust. 4 bądź w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie wskazanym w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto towaru niedostarczonego/niewymienionego w terminie za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego/niewymienionego w terminie.”

6. W dniu 30.10.2020 r. złożono następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 11

Czy Zamawiający w pak 11 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsownica laparoskopowa śr. 10 mm; dł. 33 cm, rozmiar XL, kompatybilna z klipsami polimerowymi o rozmiarze XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 11

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych

do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 11 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowie, tętnice ramiennie-głównowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 11

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w pak 11 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynek), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. W dniu 30.10.2020 r. złożono następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 i 2 uzna za tożsame do wymaganych Jednorazowy, sterylny stapler liniowy 90mm bez noża firmy Frankenmann. Zszywka o wysokości 3,8mm i 4,5mm z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek. Pozycja średniego zamknięcia staplera, stapler posiada przycisk otwierający bransze staplera. osiada możliwość ręcznego i mechanicznego wysunięcia ogranicznika tkanki, posiada dźwignię do wysunięcia pinezki na branszy staplera. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 1 uzna za tożsame do wymaganych Jednorazowy, sterylny załadowany stapler liniowy z nożem zintegrowanym w staplerze o długości 61 mm firmy Frankenman, posiadający cztery rzędy tytanowych zszywek o wysokości zamknięcia zszywek 1,5 mm, 1,75 mm i 2,0 mm posiada pozycję częściowego zamknięcia, umożliwia wypozycjonowanie tkanki przed zespoleniem. Zabezpieczenie przed odpaleniem staplera jeśli dźwignia nie jest w pełni zamknięta bądź jeśli ładunek jest przestrzelony lub wystrzelony.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 2 uzna za tożsame do wymaganych ładunek do staplera kompatybilny ze staplerem proponowanym w pozycji powyżej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 3 uzna za tożsame do wymaganych Jednorazowy, sterylny załadowany stapler liniowy z nożem zintegrowanym w staplerze o długości 81 mm firmy Frankenman, posiadający cztery rzędy tytanowych zszywek o wysokości zamknięcia zszywek 1,5 mm, 1,75 mm i 2,0 mm posiada pozycję częściowego zamknięcia, umożliwia wypozycjonowanie tkanki przed zespoleniem. Zabezpieczenie przed odpaleniem staplera jeśli dźwignia nie jest w pełni zamknięta bądź jeśli ładunek jest przestrzelony lub wystrzelony.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5**Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 4 uzna za tożsame do wymaganych ładunek do staplera kompatybilny ze staplerem proponowanym w pozycji powyżej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6**Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 6 uzna za tożsame do wymaganych stapler Jednorazowy, sterylny stapler liniowy 32mm, 46mm, 60mm bez noża firmy Frankenman. Zszywka o wysokości 3,8mm i 4,5mm z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek i dodatkowo zszywka naczyniowa o wysokości 1,0 mm po zamknięciu dla staplera o długości linii szwu 32mm. Pozycja pośredniego zamknięcia staplera, stapler posiada przycisk otwierający bransze staplera. Posiada możliwość ręcznego i mechanicznego wysunięcia ogranicznika tkanki, posiada dźwignię do wysunięcia pinezki na branszy staplera. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7**Dotyczy pakietu nr 2 poz. 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 7 uzna za tożsame do wymaganych ładunek do staplera kompatybilny ze staplerem proponowanym w pozycji powyżej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 1 uzna za tożsame do wymaganych Jednorazowy zestaw do zabiegów laparoskopowych firmy Applied Medical składający się z trokara o średnicy 11 mm w wersji nożowej (jednostronna osłona na ostrze aktywowana przy pomocy dźwigni w obturatorze) oraz wersji bez ostrzowej (obturator z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiającą stworzenie odmy). Dwa warianty kaniul: z wewnętrznym żebrowaniem oraz balonem i dyskiem mocującym. + dodatkowa kaniula 11 mm z uszczelkami z redukcją 5-11 mm. Dodatkowo trokar 5 mm z bezpiecznym nożem i kaniula 5 mm. Dwa warianty kaniul: z wewnętrznym żebrowaniem oraz balonem i dyskiem mocującym. + igła Veresa 120 mm. 1 op, 6 zestawów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 2 uzna za tożsame do wymaganych trokar do zabiegów laparoskopowych firmy Applied Medical o średnicy 12 mm Dwa warianty kaniul: z wewnętrznym żebrowaniem oraz balonem i dyskiem mocującym do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, trokar posiada redukcję 5-12 mm, długość kaniuli 100 mm i 150 mm. 1 op, 6 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 3 uzna za tożsame do wymaganych trokar do zabiegów laparoskopowych firmy Applied Medical o średnicy 12 mm z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą balona i dysku retencyjnego lub z wewnętrznym karbowaniem do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, trokar posiada redukcję 5-12 mm, długość kaniuli 150 mm. Trokar optyczny. 1 op, 6 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 4 uzna za tożsame do wymaganych trokar do zabiegów laparoskopowych firmy Applied Medical o średnicy 15 mm z wewnętrznym karbowaniem , trokar posiada redukcję 5-15 mm, długość kaniuli 100 lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Trokar optyczny przez który przechodzi każdy rozmiar staplera. 1 op, 6 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 5 uzna za tożsame do wymaganych jednorazowe nożyczki laparoskopowe firmy Applied Medical o średnicy 5mm, długości 35 cm, z możliwością rotacji 360 stopni, 10 szt w op.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 6**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 6 uzna za tożsame do wymaganych jednorazowe atraumatyczne narzędzie laparoskopowe typu clinch firmy Applied Medical o średnicy 5mm, długości 35 cm, 10 szt w op.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 7 uzna za tożsame do wymaganych jednorazowy preparusz laparoskopowy firmy Applied Medical o średnicy 5mm, długości 35 cm, 10 szt w op.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 8**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 8 uzna za tożsame do wymaganych jednorazowy grasper laparoskopowy firmy Applied Medical o średnicy 5mm, długości 35 cm, 10 szt w op.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 9**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o przeniesienie z pakietu 8 pozycji 9 do innego pakietu lub postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 10**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 10 uzna za tożsame do wymaganych Jednorazowego użytku, sterylne firmy Applied Medical Worek laparoskopowy z podajnikiem do pobierania próbek. Poliuretanowy o pojemności 225 ml. Wymiary worka 10,16x24,13cm. Worek z metalowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Kompatybilny z trokarami 10mm. 10 szt w op.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 11**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 11 uzna za tożsame do wymaganych Worek laparoskopowy jednorazowego użytku, sterylne, z podajnikiem do pobierania próbek. Poliuretanowy o pojemności 1600ml. Wymiary worka 19,05x24,13cm. Worek z metalowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Kompatybilny z trokarami 12mm. 5 szt w op.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. W dniu 30.10.2020 r. złożono następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie 1**Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

1. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1 dopuści:

Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości lini. szwu 65mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe na całej długości, zszywki o wysokości 2,5 mm (po zamknięciu 1,0 mm), 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm) lub 4,5 mm (po zamknięciu 2,0 mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu nóż staplera chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

2. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 dopuści:

Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 65 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe na całej długości, o wysokości 2,5 mm (po zamknięciu 1,0 mm;) 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm;) lub 4,5 mm (po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3

3. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 3 dopuści:

Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 85mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie zszywki okrągłe na całej długości, zszywki o wysokości 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm), lub 4,5 mm (po zamknięciu 2,0 mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu nóż staplera chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4

4. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 4 dopuści:

Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 85 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe na całej długości, zszywki o wysokości 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm) lub 4,5 mm (po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 5

5. Pakiet 2 poz.5:

Proszę o przeniesienie tej pozycji do innego pakietu ponieważ jest to pozycja jednego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6

6. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz.6:

Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm, lub 60mm, podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego, pozostałe parametry bez zmian. (5 staplerów do wyboru)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

7. Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm, 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego, pozostałe parametry bez zmian (5 rodzajów ładunków do wyboru).


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Starszy Inspektor
ds. Zamówień Publicznych


mgr Aleksandra Niedziałkowska

Koordinator
Centralnego Bloku Operacyjnego


mgr Agnieszka Nowakowska-Walisiak

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi

mgr Aneta Giejniczak