



Poznań, dnia 23.12.2021r.

Oznaczenie sprawy: PN- 28/ 21

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup i dostawę sterylnych wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych,
materiałów szewnych, opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.12.2021r pod numerem 2021/S 240-630059**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw 1

Dotyczy części nr 24:

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści igłę do portów posiadającą miękką platformę wykonaną z nienasiąkliwego materiału o prostokątnym kształcie której wymiary w żadną stronę (długość/szerokość) nie przekraczają 30mm?
Odp: Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SWZ
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści igłę do portów w rozmiarach 19G, 20G i 22G długość 16 mm, 19mm i 25mm?
Odp: Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SWZ
3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igłę do portów posiadającą miękką platformę wykonaną z nienasiąkliwego materiału o prostokątnym kształcie której długość przekracza 30mm?
Odp: Nie, zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SWZ
4. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igłę do portów tylko w rozmiarze 19G długość 32 mm?
Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ
5. Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga mechanizmu zabezpieczającego przed samozakłuciem aktywowanego za pomocą uchylnej dźwigni sygnalizującej „kliknięciem” bezpieczne położenie igły?
Odp: Nie wymaga, zgodnie z SWZ





Dotyczy części nr 25:

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści filtry nie posiadające funkcji zabezpieczania przed cofaniem się krwi i możliwością zalewania się filtra?

Odp: Zamawiający dopuszcza filtr, który w trakcie stosowania nie będzie ulegał zalaniu przez cofającą się krew

Zestaw 2

Część nr 2, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny wchłaniany pleciony syntetyczny, powlekany, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, długość szwu 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza

Część nr 2, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny wchłaniany monofilament syntetyczny, niepowlekany, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40% absorpcja 90-120 dni, długość szwu 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza

Część nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew o zdolności podtrzymywania po 14 dniach 40%, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza

Część nr 55, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% i po 57 dniach 40%, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza

Część nr 55, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew o zdolności podtrzymywania tkankowego po 21 dniach 15%, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

