

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**Nr sprawy: 37/P/2023**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa Chromatografu Cieczowego Preparatywnego do NCBJ OR POLATOM”.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605) zawiadamia, że wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w przypadku detektora skanującego preparatywnego dopuści urządzenie z dryfem co najwyżej 1×10^{-3} AU/h? Urządzenia analityczne o częstotliwości skanowania 100 Hz pracują z minimalnym 1×10^{-4} AU/h, natomiast dla urządzeń o częstotliwości skanowania 20 Hz, kompatybilnych ze wskazanym zestawem i oprogramowaniem, dryf wynosi 1×10^{-3} AU/h.

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2.

Czy również w przypadku detektora preparatywnego Zamawiający dopuści parametry liniowości wynoszące 1 Au? Wskazana przez Zamawiającego wartość może odnosić się do detektorów analitycznych. Warto zwrócić w tym parametrze uwagę, że liniowość nie jest istotnym parametrem, nie dokonuje się analizy i określenia ilościowego

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Dziel

.....
Kierownik Zamawiającego