



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 60A/2018/ 15 /2019

Wrocław, dnia 14.01.2019 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Diagnostyczno-Zabiegowej Naczyń”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 przewodnika naczyniowego z ruchomym rdzeniem, o następujących parametrach:

- średnica: 0,014”, 0,018”, 0,021”, 0,025”, 0,035”, 0,038”;
- długości: 80 cm, 150 cm, 180 cm, 260 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 przewodnika naczyniowego z ruchomym rdzeniem o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska