

Wadowice, dnia 10.12.2019r.

ZZOZ/ZP/94/5/2019

Informacja o wpłynięciu pytania do zapytania ofertowego na rozbudowę systemu ultrasonograficznego LUMIFY o głowicę liniową L12-4 dla ZZOZ w Wadowicach

W związku z wpłynięciem pytania do zapytania ofertowego na rozbudowę systemu ultrasonograficznego LUMIFY o głowicę liniową L12-4 dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 58/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie W związku z tym, że producent głowicy liniowej L12-4 do systemu ultrasonograficznego LUMIFY, nie przewiduje przeprowadzania przeglądów samej głowicy prosimy o wykreślenie z projektu umowy punktów: §2 punkt 3.2.3, §3 punkt 7.3, 7.4 oraz §4 punkt 1.3 lub dopisanie, że powyższe punkty obowiązują w sytuacji gdy producent oferowanego urządzenia wymaga dokonywania przeglądów- tj. zgodnie z zaleceniami producenta

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeglądu systemu ultrasonograficznego LUMIFY wraz z głowicą liniową, zgodnie z zaleceniem producenta. W związku z powyższym Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o częstotliwości wykonywania przeglądów, ponadto Zamawiający **modyfikuje** zapisy Załącznika nr 3 (Projekt umowy):

1. §3 pkt 7.3 otrzymuje brzmienie: „7.3 bezpłatnych przeglądów serwisowych wykonywanych z częstotliwością zalecaną przez producenta i zakończonych wpisem do paszportu technicznego– jeśli dotyczy”
2. §3 pkt 7.4 otrzymuje brzmienie: „7.4 wykonania bez względu na zalecenie producenta dotyczące częstotliwości przeglądów, przeglądu w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. Przegląd winien nastąpić w siedzibie Zamawiającego, termin przeglądu ustala Zamawiający z min 14- dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie w przypadku konieczności wykonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprawnego sprzętu zastępczego (z potwierdzeniem sprawności), o parametrach nie gorszych od naprawianego. Niewykonanie tego przeglądu automatycznie wydłuża okres gwarancji o czas pomiędzy ostatnim miesiącem – jeśli dotyczy”
3. §4 pkt 1.6 otrzymuje brzmienie: „1.6 za niewykonanie przeglądu sprzętu w terminie określonym w § 3 ust. 7 pkt. 7.3 i 7.4 w wysokości 1% wartości brutto umowy za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia – jeśli dotyczy”
4. poprzez wykreślenie §4 pkt 1.3 o treści: „1.3 za opóźnienia o których mowa w § 3 ust 7 pkt. 7.4, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia”
5. poprzez dodanie w §2 pkt 3 ppkt 3.2.8 w brzmieniu: „3.2.8 Oświadczenia producenta o częstotliwości wykonywania przeglądów”.

Termin składania ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy przesłać **do dnia 11.12.2019r. do godziny 10.00** za pomocą Platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

p.o. Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach
lek. Grzegorz Skałkowski

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x a/a.