



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 14.03.2024 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest **dostawa wyrobów medycznych (jednorazowego użytku) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. nr publikacji ogłoszenia 86653-2024 z dnia 09.02.2024 r.**

Znak sprawy – PN-5/2024.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1

Pakiet nr 1 poz.15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji złożenia próbki o pojemności 250ml tego samego żelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Część 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system zamknięty do nawilżania typu "RespiFlo" posiadający adapter z gwintem 9/16 (co oznacza kompatybilność z reduktorami typu AWAMED , FARUM) napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie? W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Jakość wody spełniająca normę USP 43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody . Pojemnik 500ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Część 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 550 ml napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie czysta głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Adapter z gwintem 9/16 (co oznacza kompatybilność z reduktorami typu AWAMED , FARUM) . Woda spełnia normę sterylności USP 71

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Część 29, poz. 2

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 08.03.2024r. na pytanie nr 12, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania rękawic pakowanych w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu, z możliwością pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania rękawic pakowanych w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu, z możliwością pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania.