

Milicz, dnia 26.04.2022 r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
!!!! KOREKTA !!!!**

Dotyczy: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego.

Zamawiający koryguje (zmienia treść) odpowiedzi na pytania udzielone odpowiednio w dniach:

- 21.04.2022 r. - str. 12
- 26.04.2022 r. - str. 1 - 2

w taki sposób, iż odpowiedzi te przyjmują brzmienie:

- 21.04.2022 r. - str. 12

Było:

PAKIET NR 3

Poz. 37-43

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję oraz kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z ISO, ułatwiające identyfikację ich rozmiaru w warunkach klinicznych.

Odp.

TAK – Zamawiający potwierdza

Jest:

PAKIET NR 3

Poz. 37-43

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję oraz kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z ISO, ułatwiające identyfikację ich rozmiaru w warunkach klinicznych.

Odp.

TAK – jest to rozwiązanie pożądane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednak również inne rozwiązania.

- 26.04.2022 r. - str. 1 - 2

Było:

1. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczony zapytania ofertowego, czy jednym z wymogów w rzeczonym postępowaniu jest to aby dopuszczone zostały tylko **paski i glukometry** które spełniają w całości normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych? Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie

spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczzonego postępowania oraz mając na uwadze, że Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do jego potrzeb. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań”, czy podtrzymują Państwo wymóg, aby do rzeczzonego postępowania **pakiecie 19** przystępowały Hurtownie z testami paskowymi kompatybilnymi z opisem zawartym w SiWZ

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Jest:

1. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczzonego zapytania ofertowego ,czy jednym z wymogów w rzeczonym postępowania jest to aby dopuszczone zostały tylko **paski i glukometry** które spełniają w całości normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych? Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

Odp.

TAK – Zamawiający wymaga ww. rozwiązania

2. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonoego postępowania oraz mając na uwadze, że Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do jego potrzeb. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań”, czy podtrzymują Państwo wymóg, aby do rzeczonoego postępowania **pakiecie 19** przystępowały Hurtownie z testami paskowymi kompatybilnymi z opisem zawartym w SiWZ

Odp.

TAK – Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanych wyrobów z opisem zawartym w SWZ