



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank ŚL. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 20.06.2022 r.

DZP – 23/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn. „Dostawa akcesoriów do diatermii (powtórka)”

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4 - (Wielorazowa elektroda szpatułkowa, zagięta, 2,5 x 12 mm, długość 110-115 mm. Średnica trzpienia 2,4mm). Czy zamawiający dopuści elektroda lancetową, zagiętą o wymiarach 2,4 x 12 mm i długości 115 mm? Elektroda jest niemal identyczna do wymaganej przez zamawiającego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10 - (Pinceta bipolarna bagnetowa niebieska, końcówki dł.8mm, cienkie grubości 0,4mm, wykonane ze stopów nieprzywieralnych, długość pincety 230-240 mm. Dla łatwiejszego rozróżnienia grubości branz, pinceta z dodatkowym oznaczeniem kolorystycznym różowym na końcu pińcety). Czy zamawiający dopuści dla łatwiejszego rozróżnienia grubości branz, pincetę z dodatkowym oznaczeniem kolorystycznym kolor turkusowy na końcu pincety, tego akurat rodzaju pincety?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 19 - (Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki dł.8mm, tępe grubości 1 mm, zamknięcie równoległe, długość pincety 160-170 mm). Czy zamawiający dopuści wymiar długości pincety 190mm? Reszta specyfikacji zgodna z wymogami zamawiającego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2, 3

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 10 pozycję 2 oraz 3?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu Nr 10 poz. 2 oraz 3, ale je wykreśla. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1A do SWZ w zakresie pak. Nr 10.

ZATWIERDZIŁ:
DYREKTOR NACZELNY
Wojciech Michalik