

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 9.08.2021 roku

ZP/p/11/2021

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”.

Nr postępowania: Zp/p/11/2021.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Pytanie do pakietu nr 2

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści zaoferowanie endoprotezy bezcementowej przynasadowej stawu biodrowego tzn. z krótkim trzpieniem:

- 1) Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina. W części bliższej pokryty porowatą okładziną tytanową, napyłaną próżniowo oraz hydroksyapatytem, z dodatkowymi trzema wzdlużnymi płetwami umieszczonymi symetrycznie po obu stronach, zwiększającymi pierwotną stabilizację, dalsza część korundowana dla zwiększenia osteointegracji, część dystalna gładka. Kąt szyjkowo-trzonowy 132°. Trzpień w 8 rozmiarach od 112 do 128mm. Stożek 12/14
- 2) Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 17 rozmiarach zewnętrznych, od 40 do 72mm. Czasza z trzema otworami na śruby. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej i hydroksyapatytu. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek PE do rosnących głów w rozmiarach 22mm dla panewek 40-42mm, 28mm dla panewek 44-46mm, 32mm dla panewek 48-50mm, 36mm dla panewek 52-72mm, wkładek ceramicznych do rosnących głów w rozmiarach 28mm dla panewek 44-46mm, 32mm dla panewek 48-50mm, 36mm dla panewek 52-72mm
- 3) Wkładka polietylenowa, wykonana z wysoko sieciowanego polietylenu (highly cross linked) dostosowana do głów 22-36mm
- 4) Głowa metalowa CoCrMo o średnicach 22mm i 28mm w czterech długościach szyjki, 32mm i 36mm w sześciu długościach szyjki
- 5) Śruby panewkowe o średnicy 6mm i długościach 15-80mm ze skokiem co 1mm
- 6) Zaślepka centralna do panewki z otworami
- 7) Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych

mgr Michał Flis

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
SAMOZWIĘZNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZ I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

mgr Irena Adamczewska

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: M. Flis