



Warszawa, dnia 21 czerwca 2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na „Dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, testów kasetkowych i lateksowych oraz zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej w podziale na zadania” – sprawa nr SZPZLO/Z-27/2021

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 – parametry graniczne – poz. 3

Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 400 oznaczeń/godz. bez ISE, 240 oznaczeń/godz. ISE?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza analizatora o wydajności 400 oznaczeń/godz. bez ISE, 240 oznaczeń/godz. ISE.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 – parametry graniczne – poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator oznaczający sód, potas i chlor metodą bezpośrednią?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1 – parametry graniczne – poz. 6

Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący pomiary HbA1c z wcześniej przygotowanego hemolizatu krwi pełnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza analizatora wykonującego pomiary HbA1c z wcześniej przygotowanego hemolizatu krwi pełnej.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 1 – parametry graniczne – poz. 12

Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w rotor na próbki badane z możliwością dostawiania próbek w dowolnym czasie bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 1 – parametry graniczne – poz. 14

Czy Zamawiający dopuści odczynniki rekomendowane przez Producenta analizatora, w pełni kompatybilne z oferowanym aparatem, produkowane przez Oferenta? Oferent dostarcza odpowiednie aplikacje oraz ponosi odpowiedzialność za całość systemu pomiarowego, zapewniając odpowiednią jakość wymaganą w Polsce dla badań wykonywanych dla celów medycznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.



Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 1 – parametry graniczne – poz. 33

Czy Zamawiający dopuści analizator i odczynniki, których systemowa grupa porównawcza w COBJwDL w Łodzi stanowi min. 11-16 aktywnych użytkowników, a w przypadku oznaczeń modułu ISE grupa metodyczna liczy więcej niż 60 analizatorów/użytkowników? Zgodnie z wytycznymi w/w ośrodka grupę porównawczą dla danego systemu tworzą wyniki przesyłane z minimum 6 palcówek/analizatorów. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie analizatorów i odczynników, które spełniają powyższe wytyczne ośrodka dla oceny w grupach systemowych lub o uzasadnienie postawionego wymogu istnienia w programie kontroli COBwDL grupy min. 30 użytkowników.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 3 – opis przedmiotu zamówienia – pkt 2.8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 wyrobów, których oznakowanie, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) są sporządzone w formie międzynarodowych symboli oraz w języku angielskim. Jednocześnie wykonawca dostarczy do zamawiającego instrukcję użytkowania systemu w języku polskim. Uzasadnienie: Elementy zamkniętych systemów próżniowych wszystkich producentów posiadają oznakowanie (w tym etykiety i opis wyrobu) w języku angielskim oraz za pomocą międzynarodowych symboli np.: znak sterylności, znak jednorazowości itp. Jednocześnie zgodnie z naszą aktualną wiedzą nie ma na rynku polskim systemu zamkniętego do pobierania krwi, którego oznakowanie, etykiety są w języku polskim.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 3 – poz. 2 załącznika 2.3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w poz. 2 załącznika 2.3 do SWZ doszło przypadkiem do omyłki pisarskiej i zamiast 0,8 ml Zamawiający ma na myśli igłę motylkową do pobrań 0,8 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje igły motylkowej do pobrań 0,8 mm.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 3 – poz. 2 załącznika 2.3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w poz. 2 załącznika 2.3 do SWZ Zamawiający dopuszcza igłę motylkową 0,8 mm z wężykiem + adapter typu Luer fabrycznie połączone w jednym opakowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga igły z wężykiem + adapter typu Luer fabrycznie połączone w jednym opakowaniu.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 3 – poz. 2 załącznika 2.3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, w czy w poz. 2 załącznika 2.3 do SWZ wskazana igła motylkowa ma posiadać zabezpieczenie przeciwzakłuciowe?

Odpowiedź: Tak, igła ma posiadać zabezpieczenie przeciwzakłuciowe.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania elementów systemu próżniowego (tj. próbówki, igły systemowe, igły przezierne, igły motylkowe, uchwyt jednorazowy, czytnik OB.) pochodzących od różnych producentów dołączenia oświadczenia producentów oferowanych produktów o wzajemnej kompatybilności. Punktacji natomiast podlega czy ww. elementy systemu próżniowego pochodzą od jednego producenta, jeśli tak to oferent otrzymuje 1 pkt, jeśli natomiast pochodzą od różnych producentów oferent otrzymuje 0 pkt.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podawanie cen do maksymalnie 4 miejsc po przecinku i dokonuje modyfikacji ust. 20.3 w Rozdziale 20 SWZ w następujący sposób:

BYŁO:

20.3 Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

JEST PO MODYFIKACJI:

20.3 Zamawiający dopuszcza podawanie cen maksymalnie do 4 miejsc po przecinku, z tym, że cena ostateczna powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku dwóch ofert o jednakowych cenach Zamawiający porówna cenę bez zaokrągleń.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 2 – poz. 3-4

Prosimy o wyłączenie **pozycji 3,4 z Pakietu nr 2** utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Pakiecie uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu (test immunoenzymatyczny, oparty na zupełnie innej zasadzie działania), co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

- 1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
- 2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
- 3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/niedzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany

przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ. Przedmiotowe zamówienie może zrealizować większa liczba wykonawców niż 1. Ponadto Zamawiający w poz. 4 – WR oczekuje testu z odczynnikiem węglowym.

Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 2

Obecnie przygotowany pakiet asortymentu faworyzuje konkretnego wytwórcę, który jako jedyny posiada zarówno wyszczególnione w SIWZ testy immunochromatograficzne, jak i testy immunoenzymatyczne oraz lateksowe. Czy Zamawiający podzieli pakiet 2 w następujący sposób:

- testy immunochromatograficzne
- testy lateksowe?

Każda z powyższych kategorii produktów stanowi zbiór odrębny, niepowiązany strukturalnie ani funkcjonalnie z innymi kategoriami. Z tego względu umieszczenie w/w grup produktów w jednym pakiecie faktycznie wyklucza możliwość zaistnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, tworząc dla wybranego wykonawcy monopol na kształtowanie cen ofert – przy czym wykonawca ustala ceny bezpośrednio lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Liczba tych podmiotów nie ma znaczenia dla braku faktycznej konkurencji w sytuacji, w której w istocie jeden podmiot dyktuje wszystkie ceny przetargowe. Biorąc pod uwagę znaczne różnice cenowe między testami immunochromatograficznymi i lateksowymi, utrzymywanie obu kategorii testów w jednym pakiecie będzie niekorzystne cenowo dla Zamawiającego, powodując sztuczne zawyżenie cen obu kategorii produktów.

Dokonanie podziału pakietu skutkować będzie dopuszczeniem większej liczby wykonawców, co przełoży się na otrzymanie korzystnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty załącznik nr 1 do SWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 16 – dotyczy załącznika nr 1 pkt 14

Czy nie nastąpiła pomyłka – czy nie powinno być 22 lipca 2021 r. zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje modyfikacji w następujący sposób:

BYŁO:

14. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), czyli do **20 lipca 2021** roku.

JEST PO MODYFIKACJI:

14. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), czyli do **22 lipca 2021** roku.

Pytanie nr 17 – dotyczy załącznika nr 1.1 pkt 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy załącznika nr 2.1A

Czy Zamawiający może podać, które testy należy wyliczyć po stabilności?

Odpowiedź: Po stabilności należy wyliczyć następujące testy: białko całkowite, kreatynina w surowicy i w moczu, mocznik w surowicy i w moczu, ALP, GGTP, CK, fosfor w surowicy i w moczu, magnez w surowicy i w moczu.

Pytanie nr 19 – dotyczy załącznika nr 2.1A

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w zależności od sposobu liczenia ilości testów (uwzględniając stabilność lub nie) należy wypełnić tylko kolumnę 7 lub 8?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20 – dotyczy załącznika nr 2.1A

Czy w związku z powyższym w kolumnie 11 nie powinno być $11=7*10$ lub $8*10$?

Odpowiedź: Tak powinno być.

Pytanie nr 21 – dotyczy załącznika nr 2.1A

Czy nie nastąpiła pomyłka w zapisie pod tabelą tj. czy nie powinno być „W kolumnie nr 7 lub 8 Formularza należy podać ilości opakowań konieczne do wykonania podanej ilości oznaczeń. W przypadku uzyskania ułamkowej ilości opakowań należy zaokrąglić ilości do pełnych opakowań w górę?”

Odpowiedź: Tak powinno być.

Pytanie nr 22 – dotyczy załącznika nr 2.1A

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu: „Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu i krwi pełnej” na „Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej lub hemolizacie krwi”. Jednocześnie zapewniamy, że zachowany zostanie wymóg nr 6 z załącznika 1.1 do formularza oferty dotyczący braku konieczności manualnego przygotowania hemolizatu w przypadku oznaczania hemoglobiny glikowanej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji poz. 5 w Załączniku nr 1.1 do Formularza oferty w następujący sposób:

BYŁO:

5. Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu i krwi pełnej

JEST PO MODYFIKACJI:

5. Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej lub hemolizacie krwi z zachowaniem wymogu z poz. nr 6 z załącznika 1.1 do Formularza oferty dotyczącego

braku konieczności manualnego przygotowania hemolizatu w przypadku oznaczania hemoglobiny glikowanej.

Pytanie nr 23

Czy w związku z wymogiem dotyczącym identyfikacji odczynników przy pomocy kodów kreskowych Zamawiający wyrazi zgodę, aby odczynniki dla jednego testu biochemicznego były identyfikowane poprzez przydzielenie im stałej pozycji w karuzeli odczynnikowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 24

Prosimy o podanie harmonogramu kontroli – ile razy w tygodniu i na ilu poziomach kontrole będą wykonywane dla poszczególnych parametrów, również w moczu.

Odpowiedź: Harmonogram kontroli wymagany przez Zamawiającego:

1. **Białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, cholesterol HDL, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, mocznik, triglicerydy, ALT, AST, amylaza, ALP, GGTP, CK, fosfor, magnez, wapń, żelazo, jony, CRP – kontrola na 2 poziomach codziennie (poniedziałek – piątek)**
2. **Glukoza w moczu, białko w moczu – kontrola na 1 poziomie na przemian, codziennie**
3. **Amylaza w moczu, wapń w moczu – kontrola na 1 poziomie na przemian 3 razy w tygodniu**
4. **Pozostałe parametry wykonywane w moczu – kontrola w dniu zleconego badania, średnio 3 razy w miesiącu na 1 poziomie na przemian**
5. **HBA1C, RF – kontrola na 1 poziomie na przemian, codziennie.**

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów do elektrody referencyjnej? Płyny są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji elektrody referencyjnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 26

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 27

W związku z zapisem „Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli badań RANDOX co 2 tygodnie” prosimy o doprecyzowanie w jakich sprawdzianach Zamawiający chce uczestniczyć.

Odpowiedź: Zamawiający chce uczestniczyć w General Clinical Chemistry RQ9112, Human Urine RQ9115.

Pytanie nr 28

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy przy kalkulacji ceny netto za oznaczenie należy uwzględnić dzierżawę analizatora.

Odpowiedź: Tak, przy kalkulacji ceny netto za oznaczenie należy uwzględnić dzierżawę analizatora.

Pytanie nr 29 – dotyczy zapisu §2 ust. 1 umowy

Czy Zamawiający wraza zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy zapisu §4 ust. 3 umowy

Czy Zamawiający wraza zgodę na zmianę czasu reakcji na 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy zapisu §11 ust. 1.4 umowy

Czy Zamawiający wraza zgodę na zmianę na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej umowy brutto”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w następujący sposób:

BYŁO:

§9.

KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
 - 4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, (...)

JEST PO MODYFIKACJI:

§9.

KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
 - 4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% niezrealizowanej umowy brutto, (...)

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 23 czerwca 2021 roku na dzień **24 czerwca 2021** roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24 czerwca 2021** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA / WAWER
04-564 WARSZAWA, ul. STRUSIA 4/8
lek. med. Maria Aleksandra Kąkol

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ich wykonywania

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – GRANICZNYCH
DLA ANALIZATORA DO BIOCHEMII**

Nazwa, typ analizatora

Producent

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020)

Lp.	Określenie parametru granicznego	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE w przypadku parametrów wyższych od podanych parametrów granicznych – opisać, podać, określić
1.	Rok produkcji minimum 2020, sprawny technicznie i posiadający dopuszczenie do użytkowania	
2.	Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”	
3.	Maksymalna teoretyczna wydajność minimum 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę i minimum 400 oznaczeń ISE na godzinę.	
4.	Moduł ISE – pomiar za pomocą elektrod jonoselektywnych Na, K, Cl metodą pośrednią w surowicy i moczu, możliwość wymiany pojedynczych elektrod	
5.	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu i krwi pełnej lub hemolizacie krwi z zachowaniem wymogu określonego w poz. 6	
6.	Możliwość wykonywania hemoglobiny glikowanej w pełnej krwi (bez manualnego przygotowania hemolizatu)	
7.	Analizator wyposażony jest w oddzielną igłę próbkową i oddzielną igłę odczynnikową	
8.	Moduł pipetowania z funkcją wykrywania skrzepu i mikroskrzepu	
9.	Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku	

10.	Kuwety reakcyjne termostатовane za pomocą łaźni wodnej lub powietrznej	
11.	Możliwość pracy w trybie CITO	
12.	Automatyczny podajnik próbek na minimum 80 probówek z możliwością ciągłego podawania próbek w statywach bez przerywania pracy analizatora	
13.	Analizator pracujący w oparciu o metodę mokrej chemii	
14.	Spójny system: aparat i odczynniki w minimum 95% pochodzą od jednego producenta	
15.	Automatyczne rozcieńczenie próbek po przekroczeniu liniowości metody	
16.	Możliwość monitorowania poziomu odczynników	
17.	Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w Formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze	
18.	Wykonawca zapewni 4 przeglądy okresowe w trakcie trwania umowy	
19.	Maksymalny czas usunięcia awarii do 24 godzin. W przypadku nieusunięcia awarii w wyznaczonym terminie badania będą wykonywane w innym laboratorium na koszt Wykonawcy	
20.	W razie braku możliwości usunięcia awarii powyżej 5 dni roboczych Wykonawca wymieni analizator na sprawny	
21.	Koszt usunięcia awarii i koszty przeglądów, materiałów eksploatacyjnych i części wymiennych nie ujętych w umowie ponosi Wykonawca	
22.	Serwis aparatu przeprowadzony przez autoryzowany serwis producenta aparatu	
23.	Identyfikacja materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych	
24.	Zewnętrzny UPS zapewniający pracę analizatora bez dopływu prądu przez co najmniej 30 minut	
25.	Aparat wyposażony w zewnętrzną drukarkę. Wykonawca zapewni bezpłatne dostarczanie tonerów i zapewni naprawę lub wymianę drukarki w razie zepsucia	

26.	Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli badań RANDOX co 2 tygodnie	
27.	Pełna instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki aplikacyjne w języku polskim, dostawa wraz z analizatorem	
28.	Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości – karty kontrolne Levey'a-Janningsa. Ocena wyników kontroli w oparciu o zasady Westgarda	
29.	Dostawa, instalacja i zintegrowanie z systemem informatycznym Kamssoft na koszt Wykonawcy. Zapewnienie stacji roboczej (komputer, monitor, skaner)	
30.	Szkolenia aplikacyjne personelu wykonane na koszt Wykonawcy	
31.	Możliwość kalibracji bez przerywania rutynowej pracy aparatu	
32.	Wykonawca dostarczy karty charakterystyk substancji	
33.	Potwierdzenie udziału w kontroli COBJ w DL minimum 30 uczestników pracujących na oferowanym analizatorze	
34.	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności CE	
35.	Zróżnicowanie kolorystyczne statywów dla próbek badanych, kalibratorów i kontroli	

W niniejszej Specyfikacji technicznej w kolumnie 2 Zamawiający określił warunki graniczne, których spełnienie jest obowiązkowe. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie 3 należy potwierdzić spełnienie warunków za pomocą słowa „tak” lub opisać.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WARUNKI OCENIANE

Lp.	OPIS WARUNKÓW OCENIANYCH	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE podać, określić, opisać oferowane parametry	OCENA
1	2	3	4
1.	Możliwość ładowania odczynników na pokład analizatora bez przerywania pracy (zatrzymywania analizatora)		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
2.	Łaźnia reakcyjna termostatowana powietrzem		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
3.	Możliwość szybkiego szukania próbek po wykonanej analizie, znajdujących się w statywach producenta analizatora, używając funkcji „search (szukanie po: sample ID lub po nazwisku)		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
4.	Czas trwania badania nie dłużej niż 10 minut od momentu aspiracji materiału badanego		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
5.	Analizator ma możliwość detekcji hemolizy, lipemii i ikterii w próbce pacjenta		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
6.	Kuwety kwarcowe niewymagające okresowej wymiany		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt

Maksymalnie, w ramach parametrów ocenianych, można uzyskać – 30 punktów.

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY do SZPZLO Warszawa-Wawer

....., dnia

I. INFORMACJE O WYKONAWCY

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

.....
Nazwa Wykonawcy

.....
Adres siedziby Wykonawcy

NIP REGON

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (*jeżeli dotyczy*)

tel. fax

e-mail www (*jeżeli posiada*)

województwo powiat

W przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)¹:

1) *Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika*

Pełnomocnik Konsorcjum:

.....
Nazwa Wykonawcy-Pełnomocnika Konsorcjum

.....
Adres siedziby Wykonawcy

NIP REGON

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (*jeżeli dotyczy*)

tel. fax

e-mail www (*jeżeli posiada*)

województwo powiat

Uczestnik Konsorcjum nr

.....
Nazwa Wykonawcy Konsorcjanta

.....
Adres siedziby Wykonawcy-Konsorcjanta

¹ *Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika*

NIP	REGON
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy)	
tel.	fax
e-mail www (jeżeli posiada)	
województwo	powiat

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:	
..... <i>Nazwa</i>	
numer telefonu:
numer faksu:
adres poczty elektronicznej:

II. PRZEDMIOT OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, testów kasetkowych i lateksowych oraz zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej w podziale na zadania” – sprawa nr SZPZLO/Z-27/2021, my niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie:

Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ich wykonywania

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę całkowitą brutto dla:

..... PLN

stanowiącą sumę wszystkich załączników składających się na Formularz asortymentowo – cenowy.

Nr załącznika	Opis przedmiotu zamówienia	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
2.1A	Dostawa odczynników biochemicznych			
2.1B	Dostawa materiałów zużywalnych, w tym kalibratory, kontrole, płyny płuczające oraz wszelkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonywania oznaczeń do wykonywania badań			
2.1C	Dzierżawa analizatora			
SUMA				

2. Oświadczamy, że odczynniki dostarczymy do siedziby Zamawiającego w terminie **do 3 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia.
3. Przedmiotem umowy dzierżawy jest urządzenie dla zadania nr 1:

Nazwa (podać),
producent/firma (podać),
oferowany model, typ(podać),
rok produkcji (podać).

Zadanie nr 2 – Dostawa testów kasetkowych i lateksowych

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za **cenę całkowitą brutto dla:**

..... PLN

stanowiącą wartość tożsamą z wartością brutto w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2.2 do SWZ.

Zadanie nr 3 – Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za **cenę całkowitą brutto dla:**

..... PLN

stanowiącą wartość tożsamą z wartością brutto w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2.3 do SWZ.

2. Oświadczamy, że²:
 - 1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
 - 2) wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

.....
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartość bez kwoty podatku

3. Ponadto oświadczamy, że jesteśmy³:
 - 1) mikro przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <10 osób, a roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi < 2 mln euro,
 - 2) małym przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <50 osób, a roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi < 10 mln euro,
 - 3) średnim przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <250 osób, a roczny obrót wynosi < 50 mln euro lub roczna suma bilansowa wynosi < 43 mln euro.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

² Stwierdzenie nieprawdziwe skreślić

³ Stwierdzenia nieprawdziwe skreślić

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy: p., tel., e-mail
8. Wadium zostało wniesione:
 - 1) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego⁶
 - 2) elektronicznie w formie⁷
9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na następujący rachunek bankowy⁸
10. W przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej strony będzie
11. Deklarujemy 30 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
12. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom⁹.
13. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:

Część zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy

14. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), czyli do **22 lipca 2021** roku.

15. Oświadczamy, że na podstawie art. 18 ust. 3 uPzp¹⁰:

- 1) żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 2) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

⁶ Jeżeli tak, należy wpisać nr rachunku, na który dokonano wpłaty

⁷ Niepotrzebne skreślić

⁸ Niepotrzebne skreślić

⁹ Niepotrzebne skreślić

¹⁰ Niepotrzebne skreślić

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

....., dnia 2021 roku

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr SZPZLO/Z-26/2021, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy w zakresie **zadania nr 1** jest **dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora** do ich wykonywania.
2. W zakres niniejszej umowy wchodzi w szczególności:
 - 1) sukcesywna dostawa odczynników do badań biochemicznych
 - 2) dzierżawa analizatora do badań biochemicznych, typ/nazwa..., rok produkcji ...
 - 3) bieżący serwis analizatora, w tym transport, przeglądy techniczne, usuwanie awarii, koszt części zamiennych oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową pracą analizatora,
 - 4) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora,
 - 5) podłączenie analizatora do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego firmy Kamssoft,
 - 6) kontrola międzynarodowa RIQAS Londyn – co 2 tygodnie,
 - 7) pozostałe, zgodnie z zestawieniem parametrów technicznych analizatora biochemicznego, stanowiącym załącznik nr do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia w zakresie jakości oraz producenta, zgodnie z treścią złożonej oferty.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw odczynników przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Każdorazowo dostarczony Zamawiającemu odczynnik będzie miał termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru dostarczonego, a niezamówionego w zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu pod warunkiem nieprzekroczenia wartości zadania ogółem.

§2.

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI

1. Dostawa analizatora wraz z instalacją, uruchomieniem, zintegrowaniem z systemem informatycznym nastąpi w terminie **do 15 dni** od daty zawarcia umowy.
2. Niniejsza umowa w zakresie dostawy odczynników będzie realizowana od daty zawarcia, tj. od **dnia 2021 roku do dnia ... 2023 roku**.
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie **do 3 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia przekazanego Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:@....., średnio 3 razy w miesiącu.
4. Analizator będzie dzierżawiony w terminie **24 miesięcy** od daty odbioru analizatora przez Zamawiającego. Odbiór analizatora nastąpi po jego dostarczeniu na miejsce, instalacji, uruchomieniu, zintegrowaniu z systemem informatycznym i przeszkoleniu personelu Zamawiającego.
5. Odbioru analizatora dokona Komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawiania faktur za dzierżawę analizatora.
6. Termin realizacji umowy do dnia określonego w ust. 2 lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w §5 ust. 1, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

7. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. Laboratorium w siedzibie Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ do 15⁰⁰, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i złożenia towaru w pomieszczeniach Laboratorium, zgodnie ze wskazaniem personelu Zamawiającego.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki w formie papierowej lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą towaru, a następne po każdej zmianie ww. dokumentów.
9. Wykonawca gwarantuje dostawy towaru wolnego od wad, fabrycznie nowych i oryginalnie zapakowanych.
10. Każda partia danego towaru musi być zgodna asortymentowo ze złożonym zamówieniem.
11. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez niego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, pod względem ilościowym i jakościowym. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowania otwartego.
12. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki towaru stwierdzone podczas dostawy w czasie nie dłuższym niż w dniu następnym.
13. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru po dokonaniu odbioru:
 - 1) Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: lub e-mailem na adres:
 - 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
14. Wszystkie koszty związane ze zmianami w pomieszczeniu i wyposażeniu laboratorium (m. in. skrócenie lub wstawienie nowego blatu, szafki) towarzyszącymi instalacji analizatora, które zamawiający uzna za stosowne, pokrywa Wykonawca.

§3.

1. Wykonawca udziela gwarancji:
 - 1) **24 miesiące** na dostarczony analizator,
 - 2) **6 miesięcy** od daty dostawy partii odczynników na **termin ważności**,
 - 3) **6 miesięcy** od daty dostawy kontroli, kalibratorów na **termin ważności**.
2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania gwarancji w ramach czynszu dzierżawnego do świadczenia usług serwisowych, jak również do wykonania minimum 4 bezpłatnych przeglądów (2 x na rok) potwierdzonych pisemną opinią nt. sprawności technicznej.
3. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia liczony od daty zgłoszenia awarii nie może przekroczyć **24 godzin** w dni robocze.
4. Okres gwarancji liczony jest od daty sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego przez Komisję odbiorczą powołaną przez Zamawiającego, o której mowa w §2 ust. 5.
5. W przypadku napraw trwających powyżej 5 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aparat zastępczy (na pisemny wniosek Zamawiającego).
6. Koszty związane z transportem sprzętu do punktu serwisowego w celu naprawy ponosi Wykonawca .

§4.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Całkowita wartość umowy (dzierżawa analizatora i dostawa odczynników) wynosi brutto:

..... zł

(słownie: złotych00/100).
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę odczynników według cen jednostkowych wymienionych w **załączniku nr 1A i 1B** do niniejszej umowy w wysokości brutto:

..... zł

(słownie: złotych00/100).

3. Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień §14.
4. Czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie:
..... zł
(słownie: złotych groszy).
w tym netto: zł (słownie: złotych groszy),
zgodnie z załącznikiem nr 1C do umowy.
5. Miesięczna kwota czynszu dzierżawy określona w ust. 6 obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
6. Pierwszy czynsz dzierżawny będzie naliczany od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
- Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dzierżawą analizatora i dostawą odczynników, w szczególności: koszt dzierżawy analizatora, transportu do siedziby Zamawiającego, wszelkich załadunków i rozładunków, cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, ubezpieczenia, serwisu, 4 przeglądów, napraw, ewentualnych części zamiennych, kontroli międzynarodowej RIQAS Londyn, przeszkolenia pracowników, podłączenia do sieci informatycznej Zamawiającego firmy Kamssoft oraz podatek od towarów i usług VAT.
7. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
9. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.

§6.

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie:
 - 1) zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany cen urzędowych lub wprowadzenia odczynników na listę cen urzędowych – zobowiązuje Wykonawcę w każdym momencie realizacji umowy do wystąpienia do Zamawiającego z pisemną informacją o mającej nastąpić zmianie cen, przy czym zmiana cen odczynników nie może być wyższa niż cena urzędowa i cena, za jaką Zamawiający może nabyć odczynniki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
 - 2) zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni), zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta odczynników stwierdzające ten fakt,
 - 3) wydłużenia terminu realizacji umowy w zakresie dostaw odczynników, o którym mowa w §2 ust. 2 z zastrzeżeniem niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 2 niniejszej umowy,
 - 4) wydłużenia terminu realizacji umowy w zakresie dzierżawy analizatora w przypadku określonym w pkt 3, z zastrzeżeniem zwiększenia wartości umowy o iloczyn ilości miesięcy przedłużenia umowy i kosztu miesięcznej dzierżawy analizatora, o którym mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy,
 - 5) przedmiotowym, tj. zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową,
 - b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji odczynników,

- c) niższej ceny odpowiednika,
zmiana, o której mowa w pkt 4) będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie oparty na tej samej substancji aktywnej, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co odczynnik objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena odczynnika objętego umową,
- 6) wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach i składzie w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt,
- 7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe w przypadku zmiany cen u producenta, wskaźnika kursu euro, cen urzędowych, itp. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej takiej zmianie poprzez pocztę elektroniczną.
3. Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Strony mogą dokonać zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 b-c), pkt 3 i ust. 3 ustawy Pzp.
5. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneks), za zgodą stron pod rygorem nieważności.
6. Strony podają następujące adresy do doręczeń:
- Zamawiający:
 - Wykonawca:
7. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

§7.

REALIZACJA UMOWY

Nadzór nad wykonywaniem umowy sprawuje:

- Ze strony Zamawiającego p. Katarzyna Sikorska – Kierownik laboratorium, tel. (0-22) 812-06-72.
- ze strony Wykonawcy sprawuje p., tel. (),
adres poczty elektronicznej:

§8.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych materiałach lub ich niezgodności z ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany odczynników na wolne od wad, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.

§9.

KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
 - 1) przekroczenia terminu określonego w §2 ust. 1 pkt 1) umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia za partię towaru za każdy dzień zwłoki,
 - 2) przekroczenia terminu określonego w §2 ust 1 pkt 2) umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia za roczną dzierżawę za każdy dzień zwłoki w dostawie analizatora,
 - 3) przekroczenia terminu określonego w §8 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia za dostarczone wadliwe materiały lub materiały dostarczone niezgodnie z umową za każdy dzień zwłoki w ich wymianie,
 - 4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% niezrealizowanej umowy brutto,
 - 5) dostarczenia „materiału” o krótszej dacie ważności Wykonawca udzieli rabatu na dostarczoną pozycję o krótszej dacie ważności w wysokości 15% za każdy miesiąc brakujący do 6 miesięcznego terminu ważności.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo egzekwowania kar umownych wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§10.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być wprowadzone w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności za zgodą obu Stron.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

- 1) Formularz asortymentowo - cenowy
- 2) Zestawienie parametrów technicznych odczynników i analizatora do biochemii

